



Poznań, 12 kwietnia 2023 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

wg rozdzielnika

Nasz znak: AD-O.272.7.2023

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych z posiadany przez zamawiającego urządzeniem ABI 7500 Fast Real Time PCR System, zestawów do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real - Time PCR, uniwersalnej mieszaniny reakcyjnej do przeprowadzania reakcji Real - Time PCR, materiałów diagnostycznych, odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, odczynników do analizy aminokwasów, kolumnienek do chromatografii, pożywek mikrobiologicznych, zestawów do izolacji genomowego DNA z tkanek do UPPZ metodą Real-Time PCR, testów immunoenzymatycznych oraz zestawów do wykrywania wirusowego RNA w kierunku wirusa grypy ptaków (AIV) „BC”.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet I, załącznik nr 2 do SWZ

Pytanie nr 1: „Zamawiający zapisał następujący warunek: Dostarczone odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO muszą mieć termin ważności dla poz. 1 min. 3 miesiące, dla poz. 2 - 5 min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał: Dostarczone odczynniki do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO muszą mieć termin ważności dla poz. 1, poz.2 i poz. 3 min. 3 miesiące, dla poz. 4 i 5 min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.”

Pytanie nr 2: „Zamawiający zapisał następujący warunek: Każda dostarczona seria odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawionego do kontroli jakości że dostarczane produkty



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami. Uprzejmie wnosimy o modyfikację w/w zapisu tak by brzmiał: Każda dostarczona seria odczynników do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wraz z podanym terminem ważności oraz kartę charakterystyki zgodną z obowiązującymi przepisami o ile wymóg ten dotyczy.”

Dotyczy wzoru umowy, załącznik nr 15 do SWZ

Pytanie nr 3: „Zamawiający zapisał: Dostarczone muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym Brak dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do odmowy przyjęcia dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w ustępu o zapis : Dostarczone muszą posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym o ile wymóg ten dotyczy. Brak dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do odmowy przyjęcia dostawy.”

Odpowiedź nr 1 - 3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

z up. Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

KIEROWNIK
Zespołu ds. Administracyjnych

mgr inż. Zuzanna Ziętek-Cerek

Sporządziła: A. Pospychała

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl