

Kraków, dn. 29.07.2024 r.

Wyjaśnienia treści SWZ (Pytania i odpowiedzi). Zmiana treści SWZ

Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia **publicznego DZiK-DZP.2921.54.2024 – „Dostawa i instalacja sprzętu do produkcji win musujących dla Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”**, Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Zadanie nr 2:

Proszę o doprecyzowanie w przypadku urządzenia do degorżowania i dozowania likieru. W Państwa opisie jest zawarta informacja, że urządzenie ma być stosowane do dozowania likieru tirage, podczas, gdy likier tirage stosuje się przed drugą fermentacją w butelce. Po degorżowaniu stosuje się likier d'expedition. Prosimy o doprecyzowanie, jaką funkcję ma spełniać dana maszyna.

Odpowiedź (1):

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zadaniu nr 2:

Z:URZĄDZENIE DO DEGORŻOWANIA ORAZ DOZOWANIA LIQUER DE TIRAGE

Na:URZĄDZENIE DO DEGORŻOWANIA ORAZ DOZOWANIA LIQUER D'EXPEDITION

Wobec powyższego, mając na uwadze zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania oraz równy dostęp potencjalnych Wykonawców do informacji, jak również umożliwienie potencjalnym Wykonawcom, jak najlepsze sporządzenie ofert, poprzez

wydłużenie czasu na ich przygotowanie i złożenie – Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust.3 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w treści SWZ:

Nowy termin związania ofertą ustala się do dnia: 03.09.2024 r.

Nowy termin składania ofert ustala się do dnia: 05.08.2024 r.;

Nowy termin otwarcia ofert ustala się na dzień: 05.08.2024 r.;

Uwaga! Godziny otwarcia i składania ofert pozostają niezmiennie.

W związku z powyżej udzielonymi odpowiedziami, Załącznik nr 2 do SWZ (Formularz ofertowy) oraz Załącznik nr 2.1 do SWZ (Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia / Przedmiotowy Środek Dowodowy) **należy czytać w całości, łącznie z udzieloną przez Zamawiającego, powyższą odpowiedzią na pytania.**

**Kanclerz
/-/ mgr Marcin Gałan**