



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

Postępowanie: ZO/36/23/AP/MED Przegląd roczny inkubatorów dla Szpitala Specjalistycznego im.J. Gromkowskiego we Wrocławiu (22 urzędzenia) (ID 784014)

Pytania i odpowiedzi z dnia 26.06.2023

Wrocław 26.06.2023

Dot. §3 ust. 4 lit. a) wzoru umowy:

Stosownie do zasad wynikających z Kodeksu cywilnego udzielając gwarancji jakości gwarant (wykonawca) udziela gwarancji, że towar jest zgodny z umową. Gwarancji jakości udziela się zatem na rzeczy – w przypadku umów serwisowych sprzętu medycznego - na części zamienne.

W przypadku wadliwego wykonania usługi, Wykonawca jest zobowiązany do ponownego (należytego) jej wykonania - na warunkach wskazanych w umowie. Nie ma zatem uzasadnienia dla gwarancji „na usługi”. Stosownie do powyższego prosimy o wykreślenie lit. a) z ust. 4 §3.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

2. Dot. §4 ust. 1 lit. e) wzoru umowy:

Prosimy o wyjaśnienie – ilu minimum usług Zamawiający oczekuje w wykazie, o którym mowa w postanowieniu?

Wnioskujemy o zapewnienie proporcjonalności wymogów stosownie do zakresu przedmiotu umowy i nieobciążanie Wykonawcy nadmiernymi obowiązkami formalnymi związanymi z realizacją Umowy. Czy wykaz 3 usług zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat jest dla Zamawiającego wystarczający?

Odpowiedź: Wykaz trzech usług jest wystarczający dla Zamawiającego.

3. Dot. §5 ust. 9 wzoru umowy:

W związku z tym, że zgodnie z zasadami ogólnymi odsetki przysługują za **opóźnienie** w płatności (zob. art. 481 §1 k.c.; podobnie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) a nie za zwłokę, czy Zamawiający zgodzi się dostosować brzmienie postanowienia poprzez zmianę słowa „zwłoka” na „opóźnienie”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

4. Dot. §7 ust. 2 lit. a) (kary umowne) wzoru umowy:

Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, którym są usługi świadczone w sposób ciągły, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w tym za zwłokę w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do pozostałych usług (analogicznie jak zostało wskazane przez Zamawiającego w lit. b) i c) ust. 2). Nadto, kara umowna dotycząca usług świadczonych regularnie, powinna być odnoszona do wartości danej usługi wykonanej nienależycie, nie zaś pełnej wartości umowy.

W związku z powyższym zwracamy się o zmianę ust. 2 lit. a):

„w wysokości 0,2% wartości netto wartości danej usługi (przeгляdu) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (przeprowadzenia przeglądu okresowego w wyznaczonym terminie).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

5. Dot. §7 ust. 4 (kary umowne) wzoru umowy:

Zgodnie z ugruntowanym orzecnictwem sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, o ile szkoda nie stanowi przesłanki dochodzenia kary umownej, o tyle jej brak może stanowić podstawę miarkowania kary na zasadzie art. 484 §2 k.c. (por. np. wyroki SN o sygn. II CK 626/04, I CSK 270/07, IV CSK 49/08). W związku z powyższym nie ma podstaw do formułowania zapisu w umowie, wskazanego przez Zamawiającego w ust. 4 – **prosimy zatem o jego wykreślenie**.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

6. Dot. §7 ust. 5 (kary umowne) wzoru umowy:

Wnioskujemy o zmianę limitu naliczanych na podstawie umowy kar umownych na 20%.

Wskazujemy, iż ryzyka finansowe związane z naliczaniem kar są każdorazowo uwzględniane w kalkulacjach Wykonawców, stąd też nadmierna kumulacja ww. może okazać się zjawiskiem niekorzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. Dot. zapisów SIWZ

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych **aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń?**

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dodatkowych certyfikatów od pracowników serwisu.



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY
ŚLĄSK**

8. Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w OPZ.

9. Dot. zadania 1

Zgodnie z zaleceniami producenta w tym roku należy wymienić blender (resustytator) w inkubatorach PANDA, czy cenę blendera wliczyć w cenę przeglądu? Czy będzie rozliczany na osobnej ofercie?

Odpowiedź: Koszty wymiany elementów eksploatacyjnych będą rozliczane w dodatkowej ofercie.

10. Dot. Wydzielenia

Będąc przedstawicielem producenta sprzętu GE Healthcare uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na podział Części 1 oraz na złożenie oferty częściowej. Dotyczy zadania 1 (załącznik nr 1b), w skład którego wchodzi inkubatory: Giraffe, Omnibed, Panda Warmer, poz. 1-14. Obecny kształt specyfikacji uniemożliwia naszej firmie – wiodącemu, autoryzowanemu przedstawicielowi złożenie konkurencyjnej oferty w tym pakiecie, a Zamawiającego naraża na niekompletne wykonanie przeglądu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis na temat nie dzielenia zamówienia na części.