

Katowice, dn. 15.06.2022r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 14,
Nr sprawy: ZP-22-072UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuści strzykawki do insuliny ze skalą co 0,02ml?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2, Pakiet nr 6 poz. 1a

Czy zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke G22 o długości 75 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3, Pakiet nr 6 poz. 1b

Czy zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke G25 o długości 75 mm lub G25 o długości 90 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza igłę o długości 90mm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 4, Pakiet nr 6 poz. 1a

Czy zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point G22 o długości 90 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 5, Pakiet nr 6 poz. 1b

Czy zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil Point G25 o długości 90 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 6, Pakiet nr 4 poz. a

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do trepanobiopsji z systemem NOLOSE®.

Igła posiada ergonomiczną rączkę dopasowującą się do każdego rozmiaru dłoni (dodatkowa nakładka do dłoni dużej).

Igła posiada system NOLOSE® – wewnętrzny system utrzymywania próbki, który gwarantuje otrzymanie materiału biopsyjnego, bez uszkodzeń oraz cylindryczną komora wewnętrzną zapewniającą większą ilość materiału biopsyjnego w porównaniu z klasycznymi igłami.

Cylindryczne ostrze typu TREPAN® skos o wysokiej penetracji.

Rozmiar 9G przekrój wewnętrzny 2,5mm dł. 10cm

W zestawie : dodatkowa nakładka uchwytu, tulejka , ekstraktor materiału metalowy, zatyczka luer, igła NOLOSE.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7, Pakiet nr 4 poz. b

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do trepanobiopsji z systemem NOLOSE®.

Igła posiada ergonomiczną rączkę dopasowującą się do każdego rozmiaru dłoni (dodatkowa nakładka do dłoni dużej).

Igła posiada system NOLOSE® – wewnętrzny system utrzymywania próbki, który gwarantuje otrzymanie materiału biopsyjnego, bez uszkodzeń oraz cylindryczną komora wewnętrzną zapewniającą większą ilość materiału biopsyjnego w porównaniu z klasycznymi igłami.

Cylindryczne ostrze typu TREPAN® skos o wysokiej penetracji.

Rozmiar 11G przekrój wewnętrzny Ø 2,1mm; dł. 10cm

W zestawie : dodatkowa nakładka uchwytu, tulejka , ekstraktor materiału metalowy, zatyczka luer, igła NOLOSE.

Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 8, Pakiet nr 4 poz. c

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do trepanobiopsji z systemem NOLOSE®.

Igła posiada ergonomiczną rączkę dopasowującą się do każdego rozmiaru dłoni (dodatkowa nakładka do dłoni dużej).

Igła posiada system NOLOSE® – wewnętrzny system utrzymywania próbki, który gwarantuje otrzymanie materiału biopsyjnego, bez uszkodzeń oraz cylindryczną komora wewnętrzną zapewniającą większą ilość materiału biopsyjnego w porównaniu z klasycznymi igłami.

Cylindryczne ostrze typu TREPAN® skos o wysokiej penetracji.

Rozmiar 11G przekrój wewnętrzny Ø 2,1mm; dł. 10cm

W zestawie : dodatkowa nakładka uchwytu, tulejka , ekstraktor materiału metalowy, zatyczka luer, igła NOLOSE.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9, Pakiet nr 1 poz. 1a

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania. Zamawiający informuje, że w obecnym stanie prawnym wydzielenie pozycji i zwiększenie liczby pakietów jest nie możliwe w związku z art. 90 ust. 3 pzp.

Zgodnie z art. 137 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający koryguje SWZ w zakresie załącznika nr 12 „Projekt umowy” poprzez wykreślenie z § 2 ustępu 12. „Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Deklarację Zgodności każdorazowo w dniu dostawy wyrobu medycznego, przekazując ją w formie elektronicznej na adres mailowy apteka.wyrobymedyczne@spskm.katowice.pl.”