

Kraków, 02.11.2023 r.

DZ.271.97.1065.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 34 84

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.97.2023 – Sprzęt do przechowywania produktów leczniczych diagnostyczny i monitorujący

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

PAKIET I - Witryna chłodnicza i lodówki do produktów leczniczych

Część A - Witryna chłodnicza do przechowywania leków

Pytanie 1.

Czy zamawiający w pakiecie I części A dopuszcza głębokość 654 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2.

Pytanie nr 1 do pkt. 6

Czy zamawiający dopuści witrynę chłodniczą o wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 627 x 656 x 1860 [mm] ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3.

Pytanie nr 2 do pkt. 10

Czy zamawiający dopuści witrynę chłodniczą z zakresem temperatury od +20C do +80C?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4.

Pytanie nr 3 do pkt. 14

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez witrynę chłodniczą interfejsu RS485 lub równoważnego ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5.

Pytanie nr 4 do pkt. 15

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez witrynę chłodniczą złącza beznapięciowego?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający wymaga aby witryna chłodnicza posiadała port do wprowadzenia zewnętrznych czujników temperatury ?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga aby witryna chłodnicza posiadała port do wprowadzenia zewnętrznych czujników temperatury.

Pytanie 7.

Dot. pakietu I, cz. A: czy Zamawiający pisząc o "witrynie chłodniczej" ma na myśli urządzenie z przeszklonymi drzwiami?

Odp.: Tak, Zamawiający miał na myśli urządzenie z przeszklonymi drzwiami.

Pytanie 8.

Dot. pakietu I, cz. A: czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 312 l netto?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9.

Dot. pakietu I, cz. A: czy Zamawiający dopuści urządzenie o głębokości 640 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10.

Dot. Pakietu I, cz. A: czy Zamawiający dopuści witrynę bez interfejsu RS485, ale ze stykiem bezpotencjałowym?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania witrynę chłodniczą o głębokości 654 mm, wysokości 1884 mm pojemności netto: 297 l, zużyciu energii w okresie 365 dni 431 kWh, z możliwością połączenia z siecią za pomocą SmartModułu zamiast gniazda RS485 i pozostałych parametrach spełniających wymagania zawarte w OPZ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Część B - Lodówka do przechowywania krwi

Pytanie 12.

Pytanie nr 1 do pkt. 6

Czy zamawiający dopuści lodówkę o zakresie temperatury od +2oC do +8oC, temperatura zadana 4oC?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13.

Pytanie nr 2 do pkt. 8

Czy zamawiający dopuści lodówkę z wnętrzem wykonanym ze stali lakierowanej na kolor biały ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14.

Pytanie nr 3 do pkt. 16

Prosimy o doprecyzowanie wymogu alarmu zaniku napięcia – UPS. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego UPS do podtrzymania pracy lodówki podczas awarii prądu czy wystarczy detektora awarii zasilania emitujący sygnał dźwiękowy i świetlny? Jeżeli ma to być urządzenia UPS to prosimy o określenie minimalnej ilości godzin podtrzymania zasilania.

Odp.: Zamawiający precyzuje, że nie wymaga dostarczenia zewnętrznego UPS do podtrzymania pracy lodówki podczas awarii prądu. Zamawiający wymaga, aby lodówka posiadała alarm zaniku napięcia.

Pytanie 15.

Pytanie nr 4 do pkt. 20

Czy zamawiający dopuści lodówkę o szerokości wewnętrznej 497 mm i wysokości 617 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16.

Pytanie nr 5 do pkt. 21

Czy zamawiający dopuści lodówkę z izolacją cieplną z pianki poliuretanowej o grubości 64 mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17.

Pytanie nr 6 do pkt. 24

Czy zamawiający dopuści lodówkę z trzema regulowanymi półkami ażurowymi wykonanymi ze stali pokrytej tworzywem ?

Odp.: Zamawiający informuje, że zamiast szuflady dopuszcza do zaoferowania min. 2 półki ażurowe wykonane ze stali pokrytej tworzywem wraz z min. 20 stalowymi haczykami do powieszenia woreczków z krwią.

Pytanie 18.

Dot. pakietu I, cz. B: czy Zamawiający pisząc o "Lodówce do przechowywania krwi" ma na myśli urządzenie medyczne, wpisane do rejestru wyrobów medycznych, zgodne z rozporządzeniem MDR

2017/745, sprzedawane z obniżoną stawką VAT (8%)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie ma na myśli urządzenia medycznego wpisanego do rejestru wyrobów medycznych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania tego typu urządzenie.

Pytanie 19.

Dot. pakietu I, cz. B: czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 860 mm, tj. zaledwie 5 mm wyższe? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20.

Dot. pakietu I, cz. B: czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wewnętrznych: 480x465x460 mm (szer. x głęb. x wys.)? Jeśli nie, prosimy o podanie ilości worków z krwią, które mają być przechowywane w środku, bo to jest istotą.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 21.

Dot. pakietu I, cz. B: czy Zamawiający dopuści korpus w kolorze srebrnym i drzwi w kolorze czarnym? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie ma dla Zamawiającego kolor urządzenia.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22.

Dot. pakietu I, cz. B: prosimy o określenie czy urządzenie ma być wyposażone w 2 szuflady do przechowywania krwi w pozycji pionowej.

Odp.: Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania 2 szuflady do przechowywania krwi w pozycji pionowej. Jednocześnie Zamawiający informuje że zamiast szuflady dopuszcza do zaoferowania min. 2 półki ażurowe wykonane ze stali pokrytej tworzywem wraz z min. 20 stalowymi haczykami do powieszenia woreczków z krwią.

Pytanie 23.

Dot. pakietu I, cz. B: czy Zamawiający wymaga, aby chłodziarka posiadała wyświetlacz pokazujący komunikaty w języku polskim?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby chłodziarka posiadała wyświetlacz pokazujący komunikaty w języku polskim. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. rozwiązanie techniczne.

Część C - Lodówka do przechowywania szczepionek

Pytanie 24.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści lodówkę wyposażoną w pojedyncze drzwi ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25.

Pytanie nr 2 do pkt. 5

Czy zamawiający dopuści lodówkę o pojemności netto 395 litrów ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26.

Pytanie nr 3 do pkt. 8

Czy zamawiający dopuści lodówkę z wnętrzem wykonanym ze stali lakierowanej na kolor biały ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27.

Pytanie nr 4 do pkt. 9

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu uchwytów na plecach urządzenia ułatwiających transport ?

Odp.: Tak, Zamawiający rezygnuje z wymogu uchwytów na plecach urządzenia ułatwiających transport.

Pytanie 28.

Pytanie nr 5 do pkt. 18

Prosimy o doprecyzowanie wymogu alarmu zaniku napięcia – UPS. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego UPS do podtrzymania pracy lodówki podczas awarii prądu czy wystarczy detektora awarii zasilania emitujący sygnał dźwiękowy i świetlny? Jeżeli ma to być urządzenia UPS to prosimy o określenie minimalnej ilości godzin podtrzymania zasilania.

Odp.: Zamawiający precyzuje, że nie wymaga dostarczenia zewnętrznego UPS do podtrzymania pracy lodówki podczas awarii prądu. Zamawiający wymaga, aby lodówka posiadała alarm zaniku napięcia.

Pytanie 29.

Pytanie nr 6 do pkt. 10 i 11

Czy zamawiający dopuści lodówkę wyposażoną w dwie rolki transportowe i dwie nóżki do poziomowania urządzenia ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30.

Pytanie nr 7 do pkt. 12

Czy zamawiający dopuści lodówkę z drzwiami przeszklonymi ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31.

Pytanie nr 8 do pkt. 22

Czy zamawiający dopuści lodówkę o głębokości wewnętrznej 570 mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32.

Pytanie nr 9 do pkt. 23

Czy zamawiający dopuści lodówkę z izolacją cieplną z pianki poliuretanowej o grubości 64 mm?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33.

Pytanie nr 10 do pkt. 25

Czy zamawiający dopuści lodówkę z pięcioma półkami stalowymi gładkimi perforowanymi z obrzeżami, zamontowanych na stałych wysokościach i na wysuwanych prowadnicach teleskopowych?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34.

Dot. pakietu I, cz. C: Czy Zamawiający nie popełnił błędu w nazwie urządzenia pisząc o "lodówce dwudrzwiowej"? Patrząc na wymagane gabaryty wydawać by się mogło, że chodzi o urządzenie jednodrzwiowe. Prosimy o doprecyzowanie.

Odp.: Tak, doszło do omyłki pisarskiej w nazwie części C która powinna brzmieć: „Lodówka do przechowywania szczepionek, jednodrzwiowa”

Pytanie 35.

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaistniała omyłka pisarska w nazwie części C: „Lodówka do przechowywania szczepionek, dwudrzwiowa”. W pozycji 12 OPZ wyspecyfikowane jest: „Drzwi pełne zamykane na klucz”, co wskazuje że Zamawiający wymaga by lodówka posiadała jedno drzwi. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.: Tak, doszło do omyłki pisarskiej w nazwie części C która powinna brzmieć: „Lodówka do przechowywania szczepionek, jednodrzwiowa”

PAKIET II - Zamrażarka niskotemperaturowa

Pytanie 36.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych: szerokość x głębokość x wysokość: 785 x 1041 x 1950 mm ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokość wewnętrzną 440 mm ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający będzie punktował wewnątrz wykonane ze stali nierdzewnej, która też stanowi łatwo zmywaną gładką powierzchnię i jest odporna na zarysowania ?

Odp.: Nie, Zamawiający informuje, że zapisy SWZ i punktację w punkcie 10 pozostawia bez zmian.

Pytanie 39.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z 2 izolowanymi drzwiami wewnętrznymi z możliwością łatwego demontażu przy użyciu śrubokręta dostarczonego z zamrażarką ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z izolacją VIP Plus, składającą się z pianki poliuretanowej i paneli próżniowych ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w dwa niezależne układy chłodzenia, dwukompresorową ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 42.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę o zużyciu energii 9,2 kWh/dzień ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z panelem dotykowym LCD ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 44.

Pytanie nr 9

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z panelem kontrolnym umiejscowionym na środku drzwi zamrażarki ?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45.

Pytanie nr 10

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę z dwoma portami kablowymi o średnicy 25mm każdy?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46.

Pytanie nr 11 do pkt. 33

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w 4 sztuki metalowych stelaży na 25 pudełek kriogenicznych o wysokości 50mm. Łącznie można pomieścić 100 pudełek ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47.

Pytanie nr 12 do pkt. 34

Czy zamawiający dopuści zamrażarkę wyposażoną w 5 sztuk metalowych stelaży na 25 pudełek kriogenicznych o wysokości 50mm. Łącznie można pomieścić 125 pudełek ?

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 48.

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń

- Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?
- Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?
- Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?
- Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?
- Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odp.: Zamawiający informuje, że urządzenie będzie umieszczone na poziomie -1. Budynek posiada windę o wymiarach (szer x gł x wys) 1300x2350x2100 [mm] oraz nośności 1600 kg. Nie ma konieczności przemieszczenia urządzenia po schodach. Otwory drzwiowe na drodze transportu mają wymiary (szer x wys) 1450x2200 [mm] oraz 1650x2000 [mm]. Nie ma ograniczeń architektonicznych na drodze transportu urządzenia.

Pytanie 49.

Prosimy o zgodę na następujące parametry

- Wymiary zew. (SxGxW) 785x1041x1947 mm
- Wymiary wew. (SxGxW) 440x696x1266

przy pojemności użytkowej 398 L, czyli zdecydowanie więcej od wymagań Zamawiającego.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50.

Prosimy o wyrażenie zgody na wewnątrz ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, bez pokrycia wewnątrz łatwo zmywalną powłoką, gładką w kolorze białym.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o wyjaśnienie jakie znaczenie ma dla Zamawiającego pokrycie wewnątrz.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51.

Prosimy o zgodę na izolację z pianki poliuretanowej + panele VIP. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52.

Prosimy o zgodę na panel kontrolny 7" 7" HD Intelligent Screen Control System/ 7 calowy Zaawansowany ekran dotykowy HD.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 53.

Proszę o zgodę na 2 porty kablowe o średnicy 25mm. Jest to wystarczająca średnica do przeprowadzenia przez port o średnicy 2 sond do pomiaru temperatury

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 54.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za parametr równoważny do alarmu zanieczyszczenia filtra skraplacza (pkt. 25) alarm przegrzania skraplacza.

Alarm włącza się gdy temperatura skraplacza jest zbyt wysoka z powodu zablokowania sita filtra skraplacza lub wysokiej temperatury otoczenia.

Zanieczyszczony skraplacz zużywa również więcej energii i nagrzewa się. Powoduje to uruchomienie alarmu przegrzania skraplacza co jest równoznaczne że doszło do jego zanieczyszczenia filtra.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zasady konserwacji urządzeń opisane są w instrukcji obsługi i konserwacji zamrażarki i wymagana jest regularna kontrola filtra skraplacza aby nie dopuścić do zabrudzeń niezależnie od tego czy alarm jest czy go nie ma. Zapoznanie się z instrukcją obsługi i postępowanie zgodnie z jej zaleceniami jest m.in. jednym z warunków utrzymania gwarancji przez producenta sprzętu.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o wyjaśnienie.

Odp.: Tak, Zamawiający zgadza się uznać za parametr równoważny do alarmu zanieczyszczenia filtra skraplacza (pkt. 25) alarm przegrzania skraplacza.

Pytanie 55.

Prosimy o zgodę na zaferowanie zamrażarki ze średnim zużyciem energii na poziomie 7kWh/ 24 h przy pełnym załadunku zamrażarki i temperaturze otoczenia 25 0C ? To o 1 kWh więcej od wymagań Zamawiającego.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56.

Prosimy o modyfikację zapisów warunków gwarancji, pkt.38. i wprowadzenie gwarantowanego czasu przystąpienie do naprawy max. 72 (h) w dni robocze od zgłoszenia konieczności naprawy.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy w pkt. 38 bez zmian.

Pytanie 57.

Prosimy o modyfikację zapisu w pkt. 39 i podział na:

- a. naprawę nie wymagającą części zamiennych max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy,
- b. wymagającą sprowadzenia części z zagranicy do 21 dni od daty zgłoszenia.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy w pkt. 39 bez zmian.

Pytanie 58.

Prosimy o zgodę na zaoferowanie stelaży metalowych w ilości 16 sztuk, po 5x5 pudełek na stelaż, łączna ilość pudełek 300 (boksów).

Opisany przez Zamawiającego produkt, pomieści 216 szt. pudełek (boksów)

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 59.

Zamawiający wymaga 2 dodatkowych półek ze stali nierdzewnej jako zapas do oferowanej zamrażarki. Standardowo żaden z dystrybutorów nie posiada na stanie zapasu półek do zamrażarki niskotemperaturowej, nigdy nie ma opisów przedmiotu zamówienia z takimi wymaganiami.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie z przedmiotem zamówienia półek czy dostarczenia na wezwanie.

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę, iż Zamawiający wymaga stelaży metalowych w ilości 12 sztuk, które w całości wypełnią wnętrze zamrażarki. Przy wypełnieniu zamrażarki stelażami , nie będzie możliwości włożenia dodatkowych półek.

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia 2 dodatkowych półek.

Odp.: Nie, Zamawiający zapisy SWZ w punkcie 35 pozostawia bez zmian. Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia półek łącznie z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 60.

Prosimy o odstąpienie od wymogu opisanego w pkt. 26 „wyciszenie permanentne alarmu”. Produkt, który chcemy zaproponować ma możliwość ustawienie maksymalnej czasu, można wpisać np.300 minut wyciszenia w zależności od potrzeby użytkownika. Można również wpisać 99999999 minut.

Wyciszenie całkowite alarmu jest niezalecane przez producenta ze względu na bezpieczeństwo przechowywanego materiału.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o wyjaśnienie, jakie znaczenie ma dla Zamawiającego możliwość wyciszenia permanentnego alarmu i w jakich sytuacjach będzie wykorzystywana przez użytkownika.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 61.

Prosimy o zgodę na zaoferowanie zamrażarki bez funkcji alarmu niskiego poziomu naładowania baterii podtrzymującej pracę wyświetlacza. Na wyświetlaczu jest ikona baterii pokazująca status jej naładowania. W przypadku pracy na zasilaniu bateryjnym ikona pokazuje poziom naładowania baterii oraz komunikat ON.

Podczas normalnej pracy urządzenia status baterii przechodzi w tryb OFF.

Kolor zielony odpowiada prawidłowemu stanowi baterii, kolor czerwony sygnalizuje niski stan naładowania.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET III - Głowica typu convex do aparatu GE Vivid S60 dla Konsultacyjnej Przych. Spec. Kardiologicznej i Kardiochirurgicznej

Pytanie 62.

Ad 9

Czy zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z głowicą przystawki biopsyjnej, czy też pytanie to ma znaczenie jako możliwość zainstalowania przystawki?

Odp.: Zamawiający informuje, że głowica ma mieć możliwość zainstalowania przystawki biopsyjnej. Zamawiający informuje, że nie wymaga dostarczenia przewodnicy biopsyjnej.

PAKIET V - Aparat echokardiograficzny na salę zabiegową Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii

Pytanie 63.

Ad 67

Prawdopodobnie nastąpił błąd drukarski, głowic convex o tak szerokim paśmie (5-12MHz) nie oferuje żaden dostawca. Czy zostanie dopuszczona głowica convex o pasmie 2-5MHz?

Odp.: Tak, nastąpił błąd drukarski i Zamawiający dopuszcza głowicę convex o pasmie 2-5 MHz.

Pytanie 64.

Ad 67

Prawdopodobnie nastąpił błąd drukarski zamiast głowicy convex powinna być głowica liniowa

Odp.: Tak, nastąpił błąd drukarski. Patrz odpowiedź powyżej.

PAKIET VI - Dopuszczenie systemu kardiomonitorów dla O. Kl. Choroby Wieńcowej

Pytanie 65.

pkt 79

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w oryginalny mankiet NIBP producenta kardiomonitorów Nihon Kohden dla dorosłych, standardowy (19-23 cm)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor wyposażony w oryginalny mankiet NIBP producenta kardiomonitorów Nihon Kohden dla dorosłych, standardowy (19-23 cm).

PAKIET VII - Dopuszczenie systemu kardiomonitorów dla O. Kl. Chorób Serca i Naczyń

Pytanie 66.

pkt 79

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w oryginalny mankiet NIBP producenta kardiomonitorów Nihon Kohden dla dorosłych, standardowy (19-23 cm)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza kardiomonitor wyposażony w oryginalny mankiet NIBP producenta kardiomonitorów Nihon Kohden dla dorosłych, standardowy (19-23 cm).

PAKIET IX – Kardiomonitor

Część 1. Kardiomonitor TYP 1 - 1 szt.

Pytanie 67.

Pytanie 1 dot. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o wadze do 5kg?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Część 2. Kardiomonitor TYP 2 - 2 szt.

Pytanie 68.

Pytanie 2 dot. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści ekran $15' \pm 0,6'$, co jest minimalnym odstępstwem od postawionych wymogów?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

WZÓR UMOWY

Pytanie 69.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów III i V

Dotyczy wzoru umowy § 3

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 70.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów III i V

Dotyczy wzoru umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie osobnych umów dla poszczególnych pakietów? W przypadku podpisania umowy na więcej niż jeden pakiet naliczanie kar od wartości brutto całej umowy będzie miało charakter zawyżony.

Odp.: Tak, Zamawiający informuje, że umowy będą zawierane na poszczególne pakiety.

Pytanie 71.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów III i V

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiając Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 72.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów III i V

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do: 0,2% kwoty brutto urządzenia określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 73.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów III i V

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosiła 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w par.2 ust.1 Umowy?

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 74.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów III i V

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 7

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęto się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 75.

Pytania do wzoru umowy dla pakietów III i V

Dotyczy wzoru umowy § 5

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na świecie oraz w kraju proponujemy dodatkowo paragrafu o treści:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będące poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 76.

Dotyczy projektu umowy § 4 Odpowiedzialność odszkodowawcza

Prosimy o zmianę zapisów umownych odpowiednio: Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.
2. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 2 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia.
4. Maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
7. W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 2 ust. 1, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki".

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 77.

Załącznik 2a wzór umowy dla zadań V-IX, § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ust. 1 w § 3 na: „*Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji wskazanej w załączniku nr 1 do umowy Opisie przedmiotu zamówienia, tj. m.in. instrukcji obsługi w języku polskim, w tym instrukcji w wersji elektronicznej, paszportów technicznych, dokumentów dopuszczających dla przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron. Dokumentacja ta stanowi załącznik do protokołu odbioru.*”?

Dokumentach podwykonawcza jest raczej charakterystyczna dla robót budowlanych.

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 78.

Załącznik 2a wzór umowy dla zadań V-IX, § 4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalna wysokość kar umownych naliczanych z różnych tytułów wskazanych w § 4 nie mogła łącznie przekroczyć 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust.1 umowy?

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 79.

Załącznik 2a wzór umowy dla zadań V-IX, §4 ust. 5

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w redakcji ust. 5 § 4? W przedłożonym wzorze umowy brak ust. 8 w § 4.

Odp.: Tak, w ust. 5 § 4 doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający odstępuje od zapisu w ust. 5 § 4.

RODO

Pytanie 80.

Pytania do wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla pakietów III i V

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na zgłoszenie naruszenia do 72 lub 48 lub 36 godzin, o czym mowa w §2 ust. 10 lit. C

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie 81.

Pytania do wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla pakietów III i V

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu:

„Zlecający i Zleceniobiorca nie ponoszą odpowiedzialności wobec drugiej strony za szkody, utratę zysków, przewidywanych oszczędności, wartości firmy, reputacji, ani za szkody przypadkowe lub wtórne, wynikające z:

- nieautoryzowanego dostępu do sieci lub produktu, pomimo zastosowania przez stronę środków bezpieczeństwa zgodnie z Art. 32 RODO,
- wszelkich działań egzekucyjnych wszczętych przeciwko drugiej stronie przez jakiegokolwiek organy regulacyjne, wynikających z naruszenia przez jedną ze stron swoich zobowiązań wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.”?

Odp.: Nie, Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.