

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO – TECHNICZNE
Okulary ochronne do lampy Sollux dla terapeuty.

1. Przedmiot zamówienia: *urządzenia medyczne*
2. Marka i typ urządzenia: ***Okulary ochronne do lampy Sollux dla terapeuty– 2 szt.***
3. Kod CPV: 33100000-1
4. Wymagania techniczne:
 - a) Okulary ochronne do lampy Sollux dla terapeuty chroniące przed promieniowaniem podczerwonym, stosowane w światłoterapii.
 - b) Ochrona oczu przed promieniowaniem podczerwonym o stopniu ochrony 4-3 i 4-4 (źródło promieniowania 1210° C i 1290 ° C).
 - c) Okulary posiadają osłonki boczne oraz zauszuki z płynną regulacją kąta nachylenia.
5. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych: NIE DOTYCZY.
6. Wymagania co do oceny zgodności wyrobu: NIE DOTYCZY.
7. Wymagania dotyczące jakości wyrobu:
 - 7.1. System zarządzania jakością wykonawcy spełnia wymagania zawarte w PN EN ISO 9001:2015.
 - 7.2. Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE.
8. Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania (obsługi).
 - 8.1. Gwarantowany okres bezawaryjnej pracy powinien wynosić 2 lata.
 - 8.2. Wyroby powinny być kategorii pierwszej, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.
9. Miejsce dostawy/realizacji: *Toruń, ul. Okólna 37.*