



Poznań, 31 sierpnia 2023 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

Nasz znak: AD-O.272.16.2023

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę koniugatów do diagnostyki wścieklizny, materiałów referencyjnych DNA do ASF, surowic Salmonella, materiałów diagnostycznych oraz zestawów do różnicowania RNA wirusa grypy ptaków „BC”.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet V, załącznik nr 6 do SWZ

Pytanie nr 1: „W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby „Izolacja badanego materiału genetycznego oraz proces postępowania z endogenną kontrolą dodatnią musi uwzględniać możliwości techniczne posiadanych przez zamawiającego automatycznych urządzeń do izolacji: MagNA Pure 96 oraz MagCore Plus II”. Czy Zamawiający miał na myśli kontrolę egzogenną, skoro trzeba ją dodatkowo dodawać na etapie izolacji? Czy Zamawiający zaakceptuje kontrolę wewnętrzną testu stanowiącą kontrolę reakcji amplifikacji, bez konieczności jej osobnego dodawania na etapie izolacji i kompatybilną z urządzeniami MagNA Pure 96 oraz MagCore Plus II?”

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza kontrolę wewnętrzną zestawu stanowiącą kontrolę reakcji amplifikacji, bez konieczności jej osobnego dodawania na etapie izolacji



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

i kompatybilną z posiadanymi przez zamawiającego automatycznymi urządzeniami do izolacji: MagNA Pure 96 oraz MagCore Plus II.

Pytanie nr 2: „Zamawiający wymaga, aby „Zestaw musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480 lub dostawca musi zapewnić taką kompatybilność zestawu”. Ponieważ barwniki fluorescencyjne użyte w oferowanym przez Wykonawcę zestawie będą wymagały przeprowadzenia dodatkowej reakcji kompensacji kolorów na posiadanym przez Zamawiającego systemie, czy Zamawiający w przypadku niemożliwości dostosowania posiadanego aparatu LightCycler 480 do wymagań oferowanego testu (wynikających z ograniczeń aparatu lub oprogramowania), wyrazi zgodę na użyczenie przez Wykonawcę termocyklera innego producenta na którym będzie istniała możliwość przeprowadzenia testu? W takim przypadku użyczenie będzie nieodpłatne i będzie trwało do momentu wykorzystania odebranych przez Zamawiającego zestawów, zgodnie z §1 ust. 2. wzoru umowy.”

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza możliwość nieodpłatnego użyczenia przez wykonawcę sprzętu do momentu wykorzystania przez zamawiającego zamówionych zestawów.

z up. Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

KIEROWNIK
Zespołu ds. Administracyjnych
mgr Lidia Zwierzchowska-Cerek

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl