

Opis przedmiotu zamówienia

Termosalud jest uznanym Hiszpańskim producentem urządzeń medycznych i kosmetycznych.

Charakteryzuje go wysoka jakość wykonania potwierdzona certyfikacją ISO, zgodność z normami europejskimi zweryfikowana przez laboratorium notyfikowane SGS (Genewa, Szwajcaria).

Urządzenie do radiofrekwencji SYMMED to innowacyjne urządzenie stworzone przez firmę THERMOSALUD, które łączy ze sobą dwie najbardziej skuteczne technologie kosmetyczne (falę radiową pojemnościową i indukcyjną oraz mezoterapię bezigłową HPC). Zabieg z wykorzystaniem tego urządzenia jest bezinwazyjny, nie narusza ciągłości naskórka. Stosowany jest zarówno na twarz jak i ciało.

DIATERMIA WYWOŁANA PRĄDEM O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ - powoduje wzrost temperatury w tkankach wewnętrznych poprzez przechodzenie oscylującej fali radiowej, która generuje ciepło. Za pomocą odpowiednich elektrod aktywuje metabolizm w tkankach skóry i stymuluje przepływ krwi i krążenie limfy na wybranych obszarach ciała.

HPC WIRTUALNA MEZOTERAPIA – służy do zwiększania ilości i głębokości wnikania substancji aktywnych w głąb skóry.

GŁOWICE ZABIEGOWE w zestawie

1. ELEKTRODY POJEMNOŚCIOWE CET - RF koncentruje się w tkankach miękkich, dobrze nawodnionych, czyli w skórze oraz mięśniach znajdujących się w pobliżu elektrody. Wymiary elektrod pojemnościowych: 80/50/30mm.
2. ELEKTRODY INDUKCYJNE, REZYSTYWNE (RET) - RF koncentruje się głębiej niż w przypadku elektrod pojemnościowych. Elektrody rezystywne oddziałują na zbitą tkankę tłuszczową, stawy, więzadła oraz ścięgna. Wymiary elektrod indukcyjnych: 85/55/30mm.

Dane techniczne

Napięcie 220-230V (50-60Hz)

Pobór 250VA

Wyświetlacz 10,2" LED

Wymiary elektrod pojemnościowych 80/50/30mm

Wymiary elektrod indukcyjnych 85/55/30mm

Sposób przeniesienia energii indukcyjny i pojemnościowy

Częstotliwość wyjściowa 0,5Mhz

Wymiary 124x68x59cm

RF POJEMNOŚCIOWY

Częstotliwość wyjściowa 0,5Mhz

Maksymalne napięcie 900Vrms

Maksymalna moc 550VA

RF INDUKCYJNY

Częstotliwość wyjściowa 0,5Mhz

Maksymalne napięcie 210Vrms

Maksymalna moc 200W

Zestaw zawiera

- głowica do ciała,
- głowica do twarzy,
- sterownik,
- elektrody pojemnościowe,
- elektrody rezystancyjne,
- elektroda uziemiająca,
- kabel zasilający.

Cechy zamawianego urządzenia:

- sprzęt przebadany klinicznie;
- wykonywanie zabiegu jest bezpieczne - nie emituje po oderwaniu głowicy od ciała fal radiowych co daje bezpieczeństwo w trakcie nauki zawodu;
- ISO 13485 - międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów;
- posiada HPC – wirtualna mezoterapia, pozwalająca na lepsze przenikanie substancji aktywnych;
- w głowicy wbudowany jest czujnik temperatury zapewniający bezpieczeństwo pracy;
- do urządzenia dołączone są gotowe protokoły zabiegowe (ułatwiają pracę oraz dobór odpowiednich parametrów do danego obszaru zabiegowego);
- częstotliwość 0,5 KHz (działa bardzo głęboko) im wartość niższa tym działanie i efekt lepszy jeżeli będzie 1,0 KHz – nie ma dobrego efektu w wykonywaniu zabiegu;
- urządzenie wyposażone jest w 6 końcówek zabiegowych (pojemnościowe i rezystancyjne) twarz/ciało i końcówki na skórę głowy (najnowsze i bezpieczne głowice) pozwala to na wykorzystanie urządzenia w kosmetologii nie tylko na okolice twarzy;
- zostało przebadane pod kątem skuteczności działania, posiada badania kliniczne;
- posiada Certyfikat FDA - dokument potwierdzający, że dany towar został oficjalnie zatwierdzony, jego stan jest zgodny z normami, został przebadany pod kątem procedur produkcyjnych, zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne badania, testy i kontrole;
- wbudowany wirtualny asystent przeprowadzający przez zabieg.

Zamawiający wymaga min. 24 miesięcy gwarancji na proponowane urządzenie oraz gwarancje serwisu na terenie Polski.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na urządzenie równoważne, pod warunkiem możliwości wykonywania proponowanym urządzeniem opisanych powyżej zabiegów, wyposażenia urządzenia we wskazane w opisie głowice oraz posiadania przez urządzenie certyfikatów potwierdzających, że dany towar został oficjalnie zatwierdzony, jego stan jest zgodny z normami, został przebadany pod kątem procedur produkcyjnych, zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne badania, testy i kontrole.