



Znak: AE/ZP-27-13/24

Tarnów, 2024-03-06

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę laktatora 2 szt.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Szanowni Państwo, przygotowana przez Państwa specyfikacja - załącznik 5 dotycząca laktatorów wyraźnie wskazuje na konkretny model i konkretną firmę, w związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy odstąpić Państwo od tego umożliwiając uczestnictwo w postępowaniu konkurencyjnym rozwiązaniu spełniającemu wszystkie wymagania dotyczące profesjonalnych laktatorów szpitalnych. Oczekiwanie sterowania zewnętrznym czipem oznacza niewystarczające parametry podstawowego modułu sterującego, oczekiwanie języka polskiego określającego tryb pracy oznacza czarnobiałą wyświetlacz - oferowany przez nas sprzęt jest znacznie nowocześniejszy zarówno pod kątem sterowania jak i komunikacji z użytkownikami, a dodatkowo posiada trzy opcje końcówek osobistych, z których każda spełnia wymagania 4 poziomu bezpieczeństwa higienicznego. Reasumując zwracamy się z pytaniem, czy jedynie firma modela może składać ofertę na laktator symphony, czy dopuścicie Państwo ofertę innego szwajcarskiego producenta laktatorów firmy Ardo Medical?
- Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści laktator bez możliwości sterowania czipem zewnętrznym, ale posiadający sterowanie manualne ?
- Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści laktator dedykowany do użytku w placówkach medycznych, jednak nie posiadający wpisu do Rejestru Produktów Medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź.zm.). Oferowane urządzenie posiada Deklarację Zgodności CE.
- Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści laktator z wyświetlaczem z komunikatami w języku angielskim?
- Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści laktator bez dwufazowego programu odciągania pokarmu, zapisanego na chipie zewnętrznym, ale posiadającym dwa tryby pracy tj. stymulacji i odciągania ? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.
- Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający doprecyzuje jakie zestawy laktacyjne (jednorazowe i wielorazowe) są na wyposażeniu Zamawiającego? Informacja ta jest niezbędna w celu ustalenia kompatybilności oferowanego laktatora z wyposażeniem Zamawiającego.
- Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w cenie oferty, odpowiednich zestawów laktacyjnych (wielorazowych lub jednorazowych) kompatybilnych z oferowanym laktatorem w przypadku jeśli na wyposażeniu Zamawiającego znajdują się inne zestawy ?
- Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Prosimy o określenie ilościowe i jakościowe zestawów laktacyjnych, jakiej Zamawiający potrzebuje rocznie przy użytkowaniu laktatora.
- Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści laktator o innej zasadzie działania, bez membran wbudowanych w korpus urządzenia i umieszczonych w zestawach laktacyjnych kompatybilnych z oferowanym urządzeniem?
- Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści szkolenie z obsługi laktatora w formie online, wraz z przeprowadzeniem instruktażu ukazującego sposób uruchomienia i tym samym odstąpi od konieczności przeprowadzenia szkolenia i uruchomienia w siedzibie Użytkownika ?
- Dotyczy Załącznika Nr 5 do SWZ** - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia przeglądów w okresie gwarancji, jeśli Producent ich nie wymaga ? Jeśli nie, proszę o podanie częstotliwości przeprowadzania przeglądów wymaganych przez Zamawiającego.



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące dopuszczenia laktatora opisanego w pytaniu ponieważ Wykonawca nie wskazał konkretnych parametrów w zakresie których wnosi o zmianę lub dopuszczenie.

Ad.2

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.3 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”
zapis o treści:

„Elektryczny laktator szpitalny; praca laktatora sterowana czipem zewnętrznym“

zmienia na zapis o treści:

„Elektryczny laktator szpitalny; sterowany układem elektronicznym dającym możliwość późniejszej modyfikacji w przypadku zmian w standardzie terapii“

Ad.3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wymaga zaoferowania laktatora dopuszczonego do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie.

Ad.4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.5

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.8 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”
zapis o treści:

„Dwufazowy program odciągania pokarmu, zapisany na czipie zewnętrznym“

zmienia na zapis o treści:

„Dwufazowy program odciągania pokarmu, mający możliwość późniejszej modyfikacji programowej“

Ad.6

Zamawiający informuje, iż obecnie posiada jednorazowe, jednodniowe lub na 8 odciągnięć zestawy do odciągania pokarmu Ready-to-Use nr MO-008.027.6 rozmiar M oraz jednorazowe, jednodniowe lub na 8 odciągnięć zestawy do odciągania pokarmu Ready-to-Use nr MO-008.027.7 rozmiar L.

Ad.7

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 5 do SWZ w pkt.15 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”
zapis o treści:

„Laktator kompatybilny z jednorazowymi i wielorazowymi zestawami osobistymi posiadanymi przez Zamawiającego“

zmienia na zapis o treści:

„Laktator kompatybilny z jednorazowymi i wielorazowymi zestawami osobistymi.“

Ad.8

Zamawiający informuje, iż zestawy laktacyjne nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Ad.9

Zamawiający dopuści również zaoferowanie laktatora, który nie posiada membran wbudowanych w korpus urządzenia, a który posiada membrany umieszczone w zestawach laktacyjnych kompatybilnych z oferowanym urządzeniem.

Ad.10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wymaga wszystkich wymaganych przeglądów w okresie gwarancji wliczonych w cenę oferty.



W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.2, Ad.5 i Ad.7 działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia 04.04.2024r. godz. 09:00,

- otwarcie ofert w dniu 04.04.2024r. godz. 10:00,

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.07.2024r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 18.1., 19.1., 20.1., Załączniku Nr 5 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 5 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a



DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

