



.....  
.....

AE/ZP-27-19/24

Tarnów, 2024-04-04

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę myjni-dezynfektorów do basenów, kaczek i innego sprzętu 14 szt.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy zapisów SWZ:** Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby oraz usługi są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami.
2. **Pkt. 23.1 SWZ** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotowuje miejsca montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy.
3. **Pkt. 23.1 SWZ** Prosimy o wskazanie listy lokalizacji (adres, budynek, oddział, piętro) gdzie miałyby być montowane urządzenia. Zawarcie tych informacji w umowie usprawni realizację.
4. **Pkt. 23.1 SWZ** Prosimy o wskazanie osób do kontaktu w poszczególnych lokalizacjach wraz z danymi kontaktowymi (adres e-mail oraz nr telefonu). Podanie tych informacji usprawni realizację umowy.
5. **Pkt.23.3 SWZ oraz pkt 6.1 SWZ** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 13 tygodni od podpisania umowy? Urządzenia są zamawiane u producenta według konkretnej specyfikacji i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy. Ponadto wielkość jednorazowej dostawy również ma wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy.
6. **Pkt. 23.3 SWZ** Prosimy o potwierdzenie, że przez „jednorazową dostawę, montaż i uruchomienie” Zamawiający ma na myśli dostarczenie urządzeń jednego dnia oraz ich montowanie i uruchamianie w kolejnych dniach. Przy ilości 14 sztuk równoczesny montaż i uruchomienie we wszystkich lokalizacjach jednego dnia wymagałoby zaangażowania około dziesięciu wykwalifikowanych serwisantów, co znacznie podniosłoby koszty realizacji inwestycji, a przez to wartość ofert składanych przez Wykonawców.
7. **Pkt. 23.3 SWZ** Prosimy o wskazanie osoby odpowiedzialnej po stronie Zamawiającego za realizację umowy z którą można dokonywać będzie bieżących ustaleń wraz z danymi kontaktowymi (adres e-mail oraz nr telefonu). Podanie tych informacji usprawni realizację umowy.
8. **Pkt. 23.3 SWZ** Czy zamawiający udostępni tymczasowe miejsce składowania urządzeń na czas rozlokowania po docelowych pomieszczeniach i instalacji poszczególnych egzemplarzy urządzeń? Wielkość zamówienia wymaga uwzględnienia dodatkowych czynników logistycznych przy realizacji.
9. **Pkt. 23.11** Prosimy o zmianę zapisu tak, aby w umowie termin usuwania usterek i wad oraz dokonania naprawy był każdorazowo ustalany z Wykonawcą. Pozwala to dostosować harmonogram serwisowy do możliwości i zapotrzebowania obydwu stron umowy.
10. **Pkt. 23.11 SWZ** Prosimy o wydłużenie maksymalnego na usuwania w ramach rękojmi i gwarancji usterek i wad oraz dokonania naprawy do 14 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.
11. **Pkt. 23.12 ppkt.a) SWZ** Wnosimy o wykreślenie słowa „urządzenia” z zapisu do umowy. Urządzenia tego typu składają się z setek części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym. Decyzja





- o tym co należy wymienić nie leży w gestii Zamawiającego ale wykwalifikowanego serwisu Wykonawcy.
12. **Pkt. 23.12 ppkt. c) SWZ** Wnosimy o usunięcie zapisu w całości z umowy. Decyzja o tym czy wada nadaje się do usunięcia, czy konieczna jest wymiana nie leży w gestii Zamawiającego, ale wykwalifikowanego serwisu Wykonawcy.
  13. **Pkt. 23.12 ppkt. a), b), c) oraz pkt. 23.13 oraz pkt. 23.15. SWZ** Wnosimy o wykreślenie z zapisów do umowy części: „lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”. Termin winien być uzgadniany z Wykonawcą dla dostosowania harmonogramów pracy obydwu stron, zamiast być narzucany przez Zamawiającego.
  14. **Pkt. 23.15 ppkt. a), b), c), d) SWZ** Prosimy o naliczanie kar od wartości danego urządzenia, którego sprawa dotyczy. Naliczanie kar od całości umowy jest niewspółmierne do ewentualnie poniesionej szkody
  15. **Pkt. 23.15 ppkt. a) SWZ** Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,2% na 0,02%. Obecne kary umowne są niewspółmierne do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.
  16. **Pkt. 23.15 ppkt. b) SWZ** Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 5% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmierne do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.
  17. **Pkt. 23.15 ppkt. b) SWZ** Wykonawca wnosi o wykreślenie części zapisu „oraz uchybień w zakresie jakości”. Zapis jest niejednoznaczny, a kara nałożona z jego tytułu niewspółmierne wysoka do ewentualnego przewinienia.
  18. **Pkt. 23.15 ppkt. b) SWZ** Prosimy o wykreślenie co Zamawiający ma na myśli przez „uchybień w zakresie jakości”. Zapis jest niejednoznaczny, a kara nałożona z jego tytułu niewspółmierne wysoka do ewentualnego przewinienia. Wykonawca zwraca uwagę, pozostawienie tego zapisu spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.
  19. **Pkt. 23.15 ppkt.e) SWZ** Prosimy o dodanie analogicznego zapisu dotyczącego kary dla Zamawiającego. Obecne zapisy chronią jedynie jedną stronę.
  20. **Pkt. 23.15 ppkt. d) SWZ** Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,2% na 0,02%. Obecne kary umowne są niewspółmierne do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.
  21. **Pkt. 23.16 SWZ** Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany maksymalnej wysokości kar z 30% na maksymalnie do 20%. Obecna wysokość maksymalnej kary jest rażąco wysoka i niewspółmierne do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.
  22. **Pkt. 23.18 SWZ** Wykonawca wnosi o jednoznaczne ustanowienie terminu płatności. Brak informacji na etapie przygotowania ofert uniemożliwia dokładne oszacowanie kosztów inwestycji.
  23. **Pkt. 23.18 SWZ** Wykonawca wnosi o 30 dniowego terminu płatności. Dłuższy termin spowoduje konieczność kredytowania dostarczonego wyposażenia, a co za tym idzie wzrost wysokości złożonych ofert.
  24. **Pkt. 23.22 SWZ** Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu w całości. W przypadku niewykonania zamówienia, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, nałożenia kar i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego zgodnie z proponowanymi w pkt. 23 SWZ zapisami. Dokonywanie zakupu od innego podmiotu na koszt Wykonawcy jest zabezpieczeniem niewspółmierne do przedmiotu umowy wygórowanym.
  25. **Pkt. 23.24 ppkt. b) SWZ** Wykonawca wnosi o usunięcie części zapisu: „bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy”. W przypadku wątpliwości po





stronie Zamawiającego co do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zasadna jest komunikacja pomiędzy stronami w ww. sprawie. Zatem wezwanie Wykonawcy do należytego realizowania umowy na piśmie jest podstawową czynnością w przypadku wątpliwości Zamawiającego w tym zakresie.

26. **Pkt. 23.24 ppkt. c) SWZ** Wykonawca wnosi o usunięcie części zapisu: „terminie wyznaczonym przez Zamawiającego” na „w terminie uzgodnionym z Wykonawcą przez Zamawiającego”. Termin winien być uzgadniany z Wykonawcą dla dostosowania harmonogramów pracy obydwu stron, zamiast być narzucany przez Zamawiającego.
27. **Dot. pkt. 6 Załącznik Nr 4 do SWZ** : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o maksymalnej wysokości urządzenia 1800 mm? Oferowana wysokość nieznacznie odbiega od wysokości podanej przez Zamawiającego.
28. **Dot. pkt. 15 Załącznik Nr 4 do SWZ:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie, w którym samodezynfekcja następuje automatycznie podczas każdego procesu mycia i dezynfekcji? W proponowanym rozwiązaniu każdorazowo dochodzi do dezynfekcji wszystkich dysz myjących, które są zainstalowane w komorze, poprzez dystrybucję pary do komory przez wszystkie dysze myjące. Rozwiązanie to jest równoważne do wymaganego.
29. **Dot. pkt. 16 Załącznik Nr 4 do SWZ:** Czy Zamawiający dopuści aby suszenia wstępne następowało konwekcyjnie wewnątrz komory, a całkowite dosuszanie następuje po wyjęciu naczyń z komory myjni? Polska Norma PN-EN ISO 15883-1 nie wymaga automatycznego, mechanicznego schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń, suszenie jest opcjonalne i nie wymagane. Suszenie konwekcyjne jest to powszechnie stosowane rozwiązanie, pozwalające na zwiększenie wydajności myjni przez szybsze wyjęcie zdezynfekowanych naczyń z urządzenia.
30. **Dot. pkt. 20 Załącznik Nr 4 do SWZ:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
31. **Dot. pkt. 22 Załącznik Nr 4 do SWZ:** Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400 V 50 Hz max 4.85 kW?
32. **Dot. pkt. 24 Załącznik Nr 4 do SWZ:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia w którym temperatura dezynfekcji kontrolowana jest przez czujnik temperatury zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 15883-3 którą to normę spełnia oferowane urządzenie?
33. **Dot. Pkt. 5 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Prosimy o doprecyzowanie czy pisząc o komorze wykonanej ze stali nierdzewnej Zamawiający ma na myśli by zaoferowane urządzenie było wyposażone w komorę ze stali kwasoodpornej klasy AISI316L wykonaną metodą głębokiego tłoczenia? Na rynku pojawiają się również urządzenia wyposażone w komory spawane, które nie tylko mają mniejszą wytrzymałość ale znajdują się w nich ślady łączenia (spawy), na których mogą osadzać się zanieczyszczenia mogące spowodować wtórną kontaminację wsadu.
34. **Dot. Pkt. 6 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach 450 x 555 x 1.155mm co nieznacznie odbiega od zapisów SWZ
35. **Dot. Pkt. 7 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby wraz z zaoferowaną myjnią dostarczyć kosze wsadowe umożliwiające mycie wszystkich opisanych w p. 7 naczyń i pojemników. Producenci myjni stosują dedykowane kosze wsadowe do kaczek i basenów, do misek, pojemników do zbiórki moczu czy misek nerkowatych.
36. **Dot. Pkt. 7 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Prosimy o podanie jakiej pojemności słój do zbiórki moczu ma być myty w zaoferowanej myjni.
37. **Dot. Pkt. 9 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc o dyszach strumieniowych. W jaki sposób Zamawiający będzie liczył ich ilość? Każdy producent myjni dobiera rodzaj i ilość dysz myjących do konstrukcji urządzenia, tak by osiągnąć jak najlepsze efekty mycia. Jedni stosują pojedyncze dysze stałe inni dysze obrotowe, a jeszcze inni całe systemy





wielodyszowe. Z punktu widzenia użytkowego liczy się efekt mycia, ilość i rodzaj dysz nie zawsze ma przełożenie na osiągnięcie lepszych rezultatów mycia.

38. **Dot. Pkt. 12 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia pozwalała również na przeprowadzanie procesów o działaniu sporobójczym przeciwko sporom bakteryjnym *Clostridium Difficile*, co byłoby potwierdzone certyfikatem niezależnej, akredytowanej jednostki badawczej?
39. **Dot. Pkt. 12 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej pisząc o dezynfekcji zgodnej z normą PN EN ISO 15883-1? Dezynfekcję termiczną dla myjni do kaczek i basenów opisuje p. 4.5 normy PN EN ISO 15883-3
40. **Dot. Pkt. 13 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Prosimy o doprecyzowanie, którego programu spośród wymienionych w p. 12 SWZ ma dotyczyć podany czas?
41. **Dot. Pkt. 15 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Prosimy o doprecyzowanie czy samodezynfekcja urządzenia ma dotyczyć całego układu hydraulicznego tj. zbiornika wody, wytwornicy pary, komory, przewodów wodnych, dysz i odpływu czy tylko elementów wymienionych w p. 15 SWZ?
42. **Dot. Pkt. 16 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Ponieważ norma PN EN ISO 15883-1 dopuszcza na zasadzie równoważności dwa sposoby suszenia: suszenie nawiewowe (mechaniczne) oraz suszenie konwekcyjne (termiczne) prosimy o dopuszczenie do oceny urządzenia wyposażonego w konwekcyjny system suszenia mytych naczyń. Suszenie nawiewowe (mechaniczne) wymaga stosowania filtrów HEPA, co podnosi koszt zakupu i eksploatacji urządzenia.
43. **Dot. Pkt. 18 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Ponieważ w większości polskich szpitali woda jest albo twarda albo bardzo twarda większość wiodących producentów myjni-dezynfektorów stosuje dwie pompy dozujące środki chemiczne - myjący (o odczynie zasadowym) oraz odkamieniający (o odczynie kwaśnym). Stosowanie pojedynczego środka odkamieniającego (o odczynie kwaśnym) powoduje przyspieszone niszczenie się mytych naczyń oraz zwiększone zużycie środka, który musi być dozowany w większym stężeniu.
44. **Dot. Pkt. 22 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię zasilaną prądem 3-fazowym (400V, 50Hz)? Taki system zasilania pozwala na znaczne skrócenie czasu trwania procesu, co Zamawiający podnosi w p. 13 SWZ
45. **Dot. Pkt. 23 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dopuszczając urządzenia emitujące hałas na poziomie 55dB? Myjnie wiodących producentów mają maksymalny poziom hałasu <50dB, co oznacza iż są 4 krotnie cichsze niż dopuszczone w SWZ.
46. **Dot. Pkt. 25 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Ponieważ w większości polskich szpitali woda jest albo twarda albo bardzo twarda większość wiodących producentów myjni-dezynfektorów stosuje dwie pompy dozujące środki chemiczne - myjący (o odczynie zasadowym) oraz odkamieniający (o odczynie kwaśnym). Stosowanie pojedynczego środka odkamieniającego (o odczynie kwaśnym) powoduje przyspieszone niszczenie się mytych naczyń oraz zwiększone zużycie środka, który musi być dozowany w większym stężeniu.
47. **Dot. Pkt. 29 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Czy w przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał 2 pomp dozujących środki chemiczne to należy dostarczyć pakiet startowy składający się ze środka myjącego oraz odkamieniającego w opakowaniach o pojemności 5l każdy?
48. **Dot. Pkt. 31 Załącznik Nr 4 do SWZ** - Prosimy o doprecyzowanie czy wymagane w p. 31 SWZ przeglądy mają również obejmować wymianę części zużywalnych (np. filtrów HEPA w przypadku urządzeń wyposażonych w suszenie nawiewowe) czy tylko dojazd i czas pracy serwisanta?

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad.1**

Zamawiający informuje, iż wymagania dotyczące Wykonawcy oraz oferowanego przedmiotu zamówienia określił w SWZ.

**Ad.2**

Zamawiający informuje, iż ma przygotowane miejsca montażu myjni-dezynfektorów i nie przewiduje przygotowywania miejsca montażu zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.





**Ad.3**

Zamawiający informuje, iż lokalizacja 13 sztuk myjni-dezynfektorów znajduje się w budynkach Zamawiającego znajdujących pod adresem ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów Budynki: G 2 piętro – 1 szt., K parter – 3 szt., K 2 piętro – 1 szt., K 3 piętro – 1 szt., K 4 piętro – 1 szt., I parter – 1 szt., I 2 piętro – 1 szt., I 3 piętro – 1 szt., O parter – 1 szt., O 2 piętro – 1 szt., Z parter – 1 szt., natomiast lokalizacja 1 szt. myjni-dezynfektora znajduje się w Budynku ZOL ul. Szpitalna 53, 33-100 Tarnów - parter.

**Ad.4 i Ad.7**

Zamawiający informuje, iż kontakt do osoby/osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy zostanie podany Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza po podpisaniu umowy.

**Ad.5**

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wymagania SWZ dotyczące terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

**Ad.6**

Zgodnie z wymaganiami określonym w SWZ dostawa przedmiotu zamówienia winna być jednorazowa, natomiast montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia winno odbyć się w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

**Ad.8**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza udostępnienie tymczasowego pomieszczenia na składowanie urządzeń jeśli będzie taka potrzeba na czas rozlokowania urządzeń na poszczególne oddziały.

**Ad. 9-21 i Ad.24-26**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wprowadzenie nowych zapisów do pkt.23 SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

**Ad.22 i Ad.23**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem pkt IV.1 Formularza Ofertowego Wykonawca winien zaoferować termin zapłaty od dnia wystawienia faktury, przy czym nie może on być krótszy niż 30 dni.

**Ad.27**

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 4 do SWZ w pkt.6 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”

**zapis o treści:**

„Urządzenie w wersji stojącej, pionowej o wymiarach:

Szerokość: max. 500 mm

Głębokość: max. 500 mm

Wysokość: max. 1730 mm“

**zmienia na zapis o treści:**

„Urządzenie w wersji stojącej, pionowej o wymiarach:

Szerokość: max. 500 mm

Głębokość: max. 500 mm

Wysokość: max. 1800 mm“

**Ad.28**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt.15 Załącznika Nr 4 do SWZ.

**Ad.29**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt.16 Załącznika Nr 4 do SWZ.

**Ad.30**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt.20 Załącznika Nr 4 do SWZ.

**Ad.31**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt.22 Załącznika Nr 4 do SWZ.

**Ad.32**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt.24 Załącznika Nr 4 do SWZ.

**Ad.33**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt.5 Załącznika Nr 4 do SWZ

**Ad.34**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o wymiarach podanych w pytaniu.



**Ad.35**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem określonym w pkt.1 Załącznika Nr 4 do SWZ zaoferowane myjnie-dezynfektory winny być gotowe do pracy i nie wymagać dodatkowych zakupów. W związku z powyższym oczywisty jest fakt, iż w przypadku, gdy zaoferowane myjnie-dezynfektory wymagają koszy wsadowych Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posiadało komplet takich koszy – umożliwiających mycie sprzętu w konfiguracji określonej w pkt.7 Załącznika Nr 4 do SWZ.

**Ad.36**

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w Załączniku Nr 4 do SWZ w pkt.7 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne”  
**zapis o treści:**

„Pojemność komory: 1 basen z pokrywą i 1 kaczka na mocz lub 3 kaczki lub 1 miska do toalety pacjenta, lub 2 miski „nerkowate” lub 1 pojemnik na mocz. Myjnia musi posiadać co najmniej wszystkie wymienione opcje zestawień sprzętu do mycia“

**zmienia na zapis o treści:**

„Pojemność komory: 1 basen z pokrywą i 1 kaczka na mocz lub 3 kaczki lub 1 miska do toalety pacjenta, lub 2 miski „nerkowate” lub 1 pojemnik na mocz (słój) o pojemności 2,5l. Myjnia musi posiadać co najmniej wszystkie wymienione opcje zestawień sprzętu do mycia“

**Ad.37**

Zamawiający informuje, iż parametr określony w pkt. 9 Załącznika Nr 4 do SWZ został precyzyjnie przez Zamawiającego opisany i nie ma potrzeby jego doprecyzowywania.

**Ad.38 i Ad.39**

Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania myjni-dezynfektorów posiadających programy określone w pkt.12 Załącznika Nr 4 do SWZ i podtrzymuje wymagania SWZ w tym zakresie.

**Ad.40**

Zamawiający informuje, iż parametr określony w pkt. 13 Załącznika Nr 4 do SWZ został precyzyjnie przez Zamawiającego opisany i nie ma potrzeby jego doprecyzowywania. Najkrótszy czas trwania programu ma dotyczyć programu, który jest najkrótszy.

**Ad.41**

Zamawiający informuje, iż parametr określony w pkt. 15 Załącznika Nr 4 do SWZ został precyzyjnie przez Zamawiającego opisany i nie ma potrzeby jego doprecyzowywania

**Ad.42**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt.16 Załącznika Nr 4 do SWZ.

**Ad.43**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt.18 Załącznika Nr 4 do SWZ.

**Ad.44**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt.22 Załącznika Nr 4 do SWZ.

**Ad.45**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt.23 Załącznika Nr 4 do SWZ.

**Ad.46**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt.25 Załącznika Nr 4 do SWZ

**Ad.47**

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt.29 Załącznika Nr 4 do SWZ

**Ad.48**

Zamawiający informuje, iż parametr określony w pkt.31 Załącznika Nr 4 do SWZ został precyzyjnie przez Zamawiającego opisany i nie ma potrzeby jego doprecyzowywania.

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.27 i Ad.36 działając na podstawie art.137 ust.1, 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 z póź.zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 19.04.2024r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 19.04.2024r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.07.2024r.





W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 17.1., 18.1., 19.1., Załączniku Nr 4 oraz zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 4 do SWZ po zmianie treści SWZ.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora  
*mgr Danuta Nosek*



Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika 33-100 Tarnów ul. Szpitalna 13 - administracja@ssz.tar.pl

www.ssz.tar.pl - tel. 14 63 10 100 – fax. 14 62 13 637 - NIP 873-27-14-039 - REGON 000313408

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 83 1050 1562 1000 0090 3255 1757

