

Warszawa, 03.01.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "ostawa aparatury do produkcji nanokompozytów na bazie materiałów 2D dla Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej/ Delivery of a system to produce nanocomposites based on 2D materials for Faculty of Physics Warsaw University of Technology ID554056.

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem, na podstawie dyspozycji art. 135 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 11 września 2021r Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie Wykonawcy:

1. Nasz sprzęt wymaga użycia następujących parametrów: 400V - 3 fazy - 50Hz + zero + uziemienie.  
Co możemy zrobić w takiej sytuacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt wymagający użycia następujących parametrów:  
400V - 3 fazy - 50Hz + zero + uziemienie

Pytanie Wykonawcy:

W SWZ ceny są podane w euro, natomiast zał. nr 5 stanowi, że polisa ubezpieczeniowa musi być podana w PLN. Co w przypadku podmiotów zagranicznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej w załączniku nr 5. Polisa ubezpieczeniowa powinna być podana w EUR, zgodnie z SWZ. Zamawiający poprawi omyłkę i zamieści na stronie postępowania poprawny załącznik nr 5.

Pytanie Wykonawcy:

Podobnie wygląda sytuacja w zał. 5 par. 3, punkt 1: widnieje PLN netto, a SWZ wprost informuje, że wszystko jest płacone w walucie EUR.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej w załączniku nr 5. Wszystkie ceny należy podać w EUR. Zamawiający poprawi omyłkę i zamieści na stronie postępowania poprawny załącznik nr 5.