



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

WYKONAWCY

Łódź, dnia 14.04.2023 r.

ZP/ 19 /2023

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi kontraktu serwisowego urządzeń laboratoryjnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ

Prosimy o usunięcie z formularza cenowego z góry wpisanej stawki podatku VAT, zgodnie z rozdz. XVII SWZ oraz obowiązującymi przepisami wykonawca jest odpowiedzialny za wskazanie właściwej dla przedmiotu zamówienia stawki podatku VAT.

Odpowiedź: Wpisana stawka podatku VAT w Formularzu asortymentowo – cenowy ma charakter poglądowy, a Zamawiający potwierdza, że określenie właściwej stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.

Pytanie 2

Dotyczy wzory umowy par. 10 ust 1d)

Prosimy o zmianę sposobu naliczania kary umownej za zwłokę w reakcji serwisu o 12 godzin poprzez naliczanie kary za każdy dzień zwłoki a nie jak to zaproponował Zamawiający za każdą godzinę zwłoki. Zaproponowana kara jest zbyt wygórowana, kara naliczana za każdą godzinę zwłoki, stwarza dla Wykonawcy ryzyko, że w przypadku przekroczenia terminu, nie będzie miał zysku z realizacji danej dostawy. Zatem przy pozostawieniu postanowień umowy w obecnym kształcie, każdy z wykonawców będzie musiał przewidzieć wyższe koszty na ryzyko związane z realizacją przedmiotu zamówienia, co przełoży się bezpośrednio na wyższe koszty Zamawiającego.

KIO wielokrotnie zwracało uwagę na postanowienia umów, które naruszają zasady równości stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, m.in. w wyroku z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15, gdzie stwierdziła, że „ważną sferą zastosowania zasad współżycia społecznego, jako granicy swobody umów, jest problematyka tzw. słuszności (sprawiedliwości) kontraktowej, rozumianej jako równomierny rozkład uprawnień i obowiązków w stosunku prawnym, czy też korzyści i ciężarów oraz szans i ryzyk związanych z powstaniem i realizacją tego stosunku. Tak więc o naruszeniu reguł sprawiedliwościowych można mówić wówczas, gdy dysproporcja tych wartości jest rażąca.

W konsekwencji powyższych rozważań wnosimy o zmianę treści SWZ tj. zmianę § 10 ust. 1d Wzoru umowy poprzez naliczanie kar umownych za zwłokę w realizacji serwisu za każdy dzień zwłoki liczony od upływu wyznaczonego terminu o którym mowa w § 6.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy § 10 ust. 1d), w brzmieniu:

„za zwłokę w reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę o 12 godzin Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości netto niezrealizowanej części umowy, za każdą godzinę zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego terminu,”



PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68

ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01

ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80

ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”



CERTYFIKAT 2020/17

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 4 - wzór umowy par. 1

Czy zamawiający potwierdza, że wzór umowy dotyczy wyłącznie przeglądów serwisowych z wyłączeniem napraw nie objętych przeglądem, które to stanowić będą treść osobnej oferty (zgodnie z par 1 ust 8 niniejszej umowy). W przeciwnym razie prosimy o precyzyjne określenie zakresu niniejszej umowy.

Wyjaśnienie: w przypadku gdy kontrakt miałby obejmować wyłącznie przeglądy nie możemy zobowiązać się do określonego czasu reakcji na zgłoszoną awarię oraz utrzymaniem sprzętu laboratoryjnego w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej w całym okresie trwania kontraktu. W tym celu należałoby aparat zabezpieczyć kontraktem obejmującym również koszt napraw oraz koszt części zamiennych. Taki kontrakt będzie kwotowo wyższy od kontraktu obejmującego wyłącznie przeglądy i płatny w postaci ryczałtu (kwota pełnego kontraktu nie zmienia się niezależnie od ilości wizyty serwisowych i wymienionych części). Czy Zamawiający zgadza się na ofertę obejmującą pełen serwis wraz z przeglądami aparatu?

W przypadku decyzji o ujęciu w umowie wyłącznie przeglądów aparatu prosimy o uwzględnienie stosownych zapisów we wzorze umowy (m.in usunięcie zapisów o czasie reakcji, utrzymaniu pełnej sprawności działania systemu przez cały okres trwania kontraktu, działaniach serwisowych innych jak przegląd okresowy oraz wymianie części zamiennych innych niż wchodzących w skład zestawu części standardowo wymienianych podczas przeglądu).

Odpowiedź: Tak, dotyczy przeglądów serwisowych z wyłączeniem napraw nie objętych przeglądem.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr 4 - wzór umowy par. 7 ust. 1 oraz załącznik nr 2a 'Warunki kontraktu serwisowego' punkt 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące warunki gwarancji: na wykonane czynności 3 miesiące, na wymienione podczas wizyty części zamienne – 6 miesięcy?

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wymiany części/podzespołu termin udzielonej gwarancji to 90 dni (czyli gwarancja na te części nie obowiązuje do końca trwania kontraktu)

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy § 7 ust. 1, w brzmieniu:

„ Jeżeli w czasie świadczenia usługi lub w wyniku pisemnego zlecenia Wykonawca dokonuje wymiany materiały/ elementy/podzespoły/części (za pisemną zgodą Zamawiającego), Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane czynności i części obowiązującej 6 miesięcy od daty wymiany.”

Zamawiający zmienia zapisy Załącznika 2A pkt.11 , w brzmieniu:

„Gwarancja na wykonane czynności, wymienione części, elementy, podzespoły obowiązuje 6 miesięcy od daty wymiany.”

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 4 Czy Zamawiający dopuści użycie części rekondycjonowanych w przypadku zapewnienia na nie gwarancji 6 miesięcy od daty wymiany?

Odpowiedź: Tak jeżeli Wykonawca jasno określi, że to część rekondycjonowana i jak się odnosi cenowo do części nowej.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr 4, wzór umowy par. 1 ust 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, w sytuacjach wyjątkowych, na poinformowanie o terminie planowanej wizyty w czasie krótszym niż 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy § 1 ust. 7, w brzmieniu:

„Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o dokładnej dacie i godzinie wykonania przeglądu minimum 7 dni przed wykonaniem przeglądu, a Zamawiający będzie mógł wyznaczyć inny termin w przypadkach niezależnych.

W przypadku niemożliwości wykonania przeglądu w powyższym terminie strony ustalają nowy termin przeglądu, jednak podanie nowej daty musi nastąpić nie później niż pierwotny podany termin.”

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 4 – załącznik nr 2 (formularz cenowy) Czy w przypadku zgody Zamawiającego na objęcie aparatu pełnym kontraktem serwisowym (uwzględniającym przeglądy, serwis i części zamienne) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci podania pojedynczej (nie rozłożonej na koszty przeglądu + koszty serwisu) kwoty?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy par. 10 ust. 1 d

Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisu stanowiącego par. 10 ust. 1 d za zwłokę w realizacji serwisu ze względu na fakt, że w par. 6, na który powołuje się Zamawiający nie zostały określone żadne terminy lub doprecyzowanie terminu w par. 6

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy § 10 ust. 1d), w brzmieniu:

„za zwłokę w reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę o 12 godzin Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5% wartości netto niezrealizowanej części umowy, za każdą godzinę zwłoki, liczony od upływu wyznaczonego terminu,”

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 4, wzór umowy par. 3 ust 1 W przypadku decyzji Zamawiającego o skorzystaniu z oferty pełnego kontraktu serwisowego prosimy o zmianę zapisu: Zamawiający zostanie obciążony kosztami kontraktu proporcjonalnymi do czasu, w którym z kontraktu korzystał. Kontrakt może być rozwiązany pisemnie z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy § 3 ust. 1, w brzmieniu:

„Zamawiający zostanie obciążony kosztami kontraktu proporcjonalnymi do czasu, w którym z kontraktu korzystał.”

Uwaga

- 1) W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.
- 2) Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed udostępnił:

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kinga Miśkiewicz