



WSPRiTS/ZP/367/2021
ZP.261.50.2021

Warszawa, dnia 19 listopada 2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2021/S 221-581855 z dnia 15.11.2021 r. na zakup 17 ambulansów z wyposażeniem [Nr postępowania: 50/ZP/2021].

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ (cz. I)

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

Dotyczy Części 1 „Zakup 5 ambulansów dla WSPRiTS Meditrans Warszawa”:

1) PYTANIE: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse z systemem wspomaganie nagłego (awaryjnego) hamowania, bez dodatkowego elektronicznego systemu wspomagającego, układu uaktywniającego się poprzez automatyczne hamowanie w razie zagrożenia wjechania w tył pojazdu poprzedzającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulanse bez dodatkowego elektronicznego systemu wspomagającego opisanego powyżej.

2) PYTANIE: dot. radiotelefonu przewoźnego - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania radiotelefonu przewoźny o poniższych parametrach: zakres częstotliwości: VHF: 136 – 174 MHz; UHF: 400 – 470 MHz. Moc nadawcza (regulowana): VHF: 1 – 25 W / 1 – 50 W; UHF: 1 – 25 W / 1 – 45 W. Obsługiwane tryby pracy: DMR Tier II według ETSI TS 102 361-1/2/3; Simulcast; XPT Digital Trunking; DMR Tier III według ETSI TS 102 361-1/2/3/4; Analogowy, MPT 1327. Liczba kanałów 1024. Liczba stref 64 (każdy z maksymalnie 16 kanałami). Raster kanałowy: 12,5 / 20 / 25 kHz (analogowy); 12,5 kHz (cyfrowy). Wymiary (wys. × szer. × gł.)(bez anteny) 174 × 60 × 200 mm. Ciężar 1,7 kg. Wyświetlacz LCD 220 × 176 pikseli, 262 000 kolorów, 2,0 cala, 4 wiersze. Temperatura robocza: -30 °C do +60 °C. Temperatura przechowywania: -40 °C do +85 °C. Ochrona przed pyłem i wilgocią: IP54. Odporność na upadki i wibracje: MIL-STD-810 C/D/E/F/G. Względna wilgotność powietrza: MIL-STD-810 C/D/E/F/G?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania radiotelefonu opisanego powyżej. Jednocześnie, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie Części nr 1 „Zakup 5 ambulansów dla WSPRiTS Meditrans Warszawa” w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia/ Formularza cenowego, poz. 83 poprzez wykreślenie dotychczasowej treści i wpisanie: Do radiotelefonu pokładowego w miejscu, gdzie miał być radiotelefon należy przygotować następujące instalacje do radiotelefonu: zasilanie 12V na stałe niezależnie od położenia kluczyka w stacyjce z sieci pokładowej ambulansu zakończone złączem fabrycznym do Motoroli DM 4600. Przewód antenowy doprowadzony do miejsca instalacji radiotelefonu zakończony wtykiem BNC. W miejscu przeznaczonym na radiotelefon niezbędne jest zamontowanie ramy mocującej do posiadanego przez Zamawiającego radiotelefonu Motorola DM-4600. Zmodyfikowany plik stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

3) PYTANIE: dot. radiotelefonu przenośnego - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania radiotelefon przenośny o poniższych parametrach: zakres częstotliwości: VHF: 136-174MHz; UHF: 400-470MHz. Moc wyjściowa: 1W – 5W VHF; 1W – 4W UHF. Ilość kanałów: 1024. Liczba stref: 64 (każda maksymalnie 16 kanałów). Odstęp międzykanałowy: 25/20/12.5kHz. Napięcie robocze: 7.4V (znamionowe). Akumulator: 2.000mAh Li-Ion (BL2006 - standard); 2.500mAh Li-Ion (BL2503 - opcja). Wydajność akumulatora (cykl 5/5/90, wysoka moc, akumulator 2.000mAh): tryb analogowy: powyżej 10.5 godzin; tryb cyfrowy: powyżej 14 godzin. Stabilność częstotliwości: +/- 1.5ppm. Impedancja anteny: 50Ω. Wymiary: 125 x 55 x 37mm. Waga z baterią BL2006 i anteną: 355 g. Wyświetlacz LCD: 160x128 pikseli, 65.535 kolorów, przekątna 1.8". Moc wyjściowa audio odbiornika: 0.5W. Zniekształcenia audio odbiornika: ≤ 3%. Odpowiedź akustyczna odbiornika: +1 ~ -3dB. Tłumienie zakłóceń przekazywanych: < -57dBm. Zniekształcenia audio nadajnika: ≤ 3%. Odpowiedź akustyczna nadajnika: +1 ~ -3dB. Protokół cyfrowy nadajnika: ETSI-TS102 361 -1, -2, -3. Typ cyfrowego syntezy dźwięku: AMBE++ lub SELP. Temperatura pracy: -30°C - +60°C. Temperatura przechowywania: -40°C - +85°C. Klasa odporności: IP67. Standard militarny USA: MIL-STD-810 C/D/E/F?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania radiotelefonu opisanego powyżej. Jednocześnie, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie Części nr 1 „Zakup 5 ambulansów dla WSPRiTŚ Meditrans Warszawa” w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia/ Formularza cenowego, poz. 84 poprzez wykreślenie dotychczasowej treści i wpisanie: Mocowanie radiotelefonu przenośnego: ładowarka wisząca do posiadanego przez Zamawiającego radiotelefonu Motorola DP 4600, zamontowana na ścianie za fotelem pasażera; zasilanie ładowarki z instalacji pokładowej 12V – bezprzerwowo. Zmodyfikowany plik stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

4) PYTANIE: dot. noszy samojezdnych - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy noszy samojezdnych do 20 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

5) PYTANIE: dot. plecaka ratowniczego - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plecaka spełniającego opisane parametry, lecz bez elementów odbłaskowych na szelkach do transportu na plecach?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

6) PYTANIE: dot. plecaka ratowniczego - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie plecaków bez deklaracji CE. Pragniemy wyjaśnić, iż plecaki medyczne nie należą do grupy wyrobów medycznych, nie wymagają posiadania dokumentów CE oraz są sprzedawane z 23% stawką VAT.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

7) PYTANIE: dot. plecaka ratowniczego – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

8) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy sprzętu medycznego do 20 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

9) PYTANIE: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu autoryzowanego przez producenta serwisu na terenie Polski dla asortymentu: deska ortopedyczna; deska pediatryczna; nosze zbierakowe; kapnograf. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się do spełnienia warunków serwisowych określonych w SWZ dla powyższych produktów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Dotyczy Części 2 „Zakup 12 ambulansów typu T dla podmiotów leczniczych”:

10) PYTANIE: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy sprzętu medycznego do 20 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.