



**SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY**

ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica

Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98

E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl

NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125

www.szpital-trzebnica.pl

Nr postępowania: ZP/37/2020/PN

Trzebnica, dnia 13.01.2021 r.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Zakup i dostawa aparatu RTG ramię C wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi i użytkowania**”.

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy (Zamawiający) zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) odpowiada na poniższe zapytania Wykonawcy, które brzmią:

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznik nr 2, punkt 11

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym głębokość łuku ramienia wynosi 48,3 cm ? Różnica pomiędzy oferowanym urządzeniem a wyspecyfikowanym to tylko 1,7 cm, taka różnica w codziennym użytkowaniu jest w zasadzie nieodczuwalna.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznik nr 2, punkt 12

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym, prześwit między wzmacniaczem obrazu a kołpakiem tzw. „wolna przestrzeń” wynosi 35 cm ? Jest to w zupełności wystarczająca odległość aby komfortowo wykonywać zabiegi zgodne z przeznaczeniem aparatu.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznik nr 2, punkt 14

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym, zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (WigWag) wynosi 320° ? Różnica pomiędzy oferowanym urządzeniem a wyspecyfikowanym to tylko 40°, dzięki zastosowaniu wielokierunkowego ramienia, którym w bardzo łatwy sposób można manewrować, powyższa różnica w codziennym użytkowaniu jest w zasadzie nieodczuwalna.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy załącznik nr 2, punkt 23

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym, pamięci na dysku twardym 25 000 obrazów oraz możliwością nagrywania filmów 15 min. Urządzenie ma możliwość współpracy z systemem informatycznym szpitala w celu np. przechowywania obrazów oraz przechowywaniem obrazów w (dołączonym) pendrive.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznik nr 2, punkt 35

Czy zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada fabrycznie wbudowanego w aparat wewnętrznego systemu zasilania? Tego typu rozwiązania są wymogiem jedynie w urządzeniach ratujących życie.

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy Umowy §4 ust 4

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych (dla naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych).

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, więc o czas transportu.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Umowy §5 ust 1 pkt 1)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego wymienionych czynności do 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

*W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w tabeli w załączniku nr 2 do SIWZ (Zestawienie Parametrów).*

*Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

Z poważaniem,

SPZOZ Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej  
w Tizebnicy  
Dyrektor  
Jarosław Maroszek