

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 22.06.2023 r.

ZP/p/17/2023

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na dostawę i montaż angiografu, aparatu do znieczulania oraz aparatu stacjonarnego RTG wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, celem realizacji projektu pn.: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu zniwelowania skutków pandemii COVID-19 i zminimalizowania skutków pandemii i innych chorób zakaźnych w przyszłości”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 13 - UZUPEŁNIENIE

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), tym samym Zamawiający publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zamawiający dokonał uzupełnienia odpowiedzi na zestaw pytań nr 2 z pisma z dnia 21.06.2023 r. z wyjaśnieniami treści SWZ nr 13. Uzupełnienie odpowiedzi poniżej:

Zestaw zapytań nr 2

Pytanie 1:

W nawiązaniu do ZMIANA TREŚCI SWZ Nr 6 z dnia 20-06-2023 – wraz z publikacją załącznika: „6.Załącznik nr 2 do SWZ część 1 - zmiana 6.docx”, w celu uniknięcia sporów na etapie oceny ofert, wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie odpowiedzi dopuszczające są wiążące.

Wobec powyższego wnosimy o rezygnację i wykreślenie punktacji za rozwiązanie mobilne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza iż wszystkie odpowiedzi dopuszczające są wiążące oraz Załącznik nr 2 do SWZ część 1 – zmiana 6 jest wersją obowiązującą. Zamawiający nie wprowadza zmian i wymaga zgodnie z aktualnym SWZ.

W nawiązaniu do zestawu zapytań nr 2 w wyjaśnieniu treści SWZ nr 13 z dnia 21.06.2023 r., Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zdanie iż wszystkie odpowiedzi dopuszczające są wiążące oznacza tyle, że wiążące są te odpowiedzi, które w przypadku jeżeli modyfikują pierwotny zapis opisu przedmiotu zamówienia lub jego kolejną zmianę, to wiążące są tylko te, które zostały opublikowane jako późniejsze, albowiem każda kolejna zmiana wyłączała znaczenie wcześniejsze. Nie oznacza to zatem, że Zamawiający uchylił wyżej wymienioną regułę, a wprost przeciwnie każda kolejna odpowiedź dotycząca opisu przedmiotu zamówienia zmienia to co było opublikowane wcześniej w tym samym przedmiocie.

Odnosząc się do wniosku Wykonawcy o rezygnację i wykreślenie punktacji za rozwiązanie mobilne, Zamawiający oświadcza, że jedyną obowiązującą wersją opisu przedmiotu zamówienia i punktacji w zakresie mobilności jest tylko i wyłącznie ta wersja opisu i punktacji, która została ustalona odpowiedzią na pytanie nr 4 z zestawu pytań nr 3, w wyjaśnieniu treści SWZ nr 8 z dnia 13.06.2023 r., co niniejszym Zamawiający potwierdza i jeszcze raz cytuje: „Zamawiający rozszerza katalog parametrów punktowanych w taki sposób, że dopisuje pozycję „Mocowanie statywu – podłogowe” z następującym opisem: „Pozycjoner na wózku jezdnym z systemem nawigacji wózka pozwalającym na w pełni automatyczne sterowanie ruchem angiografu w pomieszczeniu badań i osiągnięcie pozycji parkingowej w wybranym przez Użytkownika kierunku”, nadaje mu metrum punktowe 10 pkt. Jednocześnie Zamawiający uzupełnia ten opis niniejszego parametru dodając, że rozwiązanie to aby uzyskać 10 pkt. musi polegać na możliwości przemieszczania się statywu/pozycjonera na wózku jezdnym przy czym wózek jezdny statywu/pozycjonera nie może być na stałe mocowany do podłogi za pomocą śrub lub innych rozwiązań tego typu. Powyższe nie wyklucza, iż zasilanie i inne sieci niezbędne do podłączenia wózka jezdny mogą być poprowadzone do sufitu na elastycznym połączeniu.”

Kumulatywnie, Zamawiający wyjaśnia, że podążając za odpowiedzią na pytanie nr 1 w zestawie zapytań nr 1 w wyjaśnieniu treści SWZ nr 10 z dnia 13.06.2023 r., Zamawiający utrzymuje, że wykreślił punkt 1b, tym samym w konsekwencji w opisie przedmiotu zamówienia nie znajduje się zapis „Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron)” z przypisaną mu miara punktów Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt.

Zamawiający zwraca uwagę, że w sposób nie budzący wątpliwości, pytanie nr 1 w zestawie zapytań nr 1 w wyjaśnieniu treści SWZ nr 4 z dnia 07.06.2023 r., odnosiło się do parametru z wadliwie przyporządkowanym mu numerem „pkt. I. 81”, gdy tymczasem prawidłowe oznaczenie powinno brzmieć „pkt. B.1”, tym samym udzielona przez Zamawiającego odpowiedź odnosi się do parametru, którego prawidłowy numer jest „pkt. B.1”, co jest prawidłowo odzwierciedlone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ część 1.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr inż. Aleksandra Waraczewska