



SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



Sekretariat 67 210 62 05
Centrala 67 210 66 66
Fax 67 212 40 85
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 19.07.2023 roku

FZP.III-241/42/23

Wszyscy uczestnicy postępowania

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**ODCZYNNIKI LABORATORYJNE WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że modyfikuje odpowiedź udzieloną w dn. 18.07.2023 r. na *pytanie nr 9*:

Pytanie nr 9.

Zadanie nr 1: Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej w punkcie 8 Rozdziału II SWZ (Przedmiotowe środki dowodowe) wymagając dla zadania nr 1 przedstawienia wraz z ofertą opisu techniczno-eksploatacyjnego aparatu świadczącego o spełnieniu warunków granicznych dotyczących analizatora? Zadanie nr 1 nie obejmuje swoim zakresem dostawy analizatora, tylko dzierżawę sprzętu tj. zestawu komputerowego z drukarką, skanera, kołyski laboratoryjnej, mikroskopu fluorescencyjnego oraz kamery do zdjęć.

z brzmienia:

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli – zestaw komputerowy z drukarką, skaner, kołyską laboratoryjną, mikroskop fluorescencyjny oraz kamerą do zdjęć

na brzmienie:

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli – zestaw komputerowy z drukarką, skaner, kołyską laboratoryjną, mikroskop fluorescencyjny oraz kamerą do zdjęć. Wykonawca wraz z ofertą winien załączyć opis sprzętu jaki oferuje w ramach umowy dzierżawy a który jest niezbędny do wykonywania wskazanych w danym zadaniu badań.