



Znak: AE/ZP-27-49/20

Tarnów, 2020-08-25

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę aparatu do znieczulenia.

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

- Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólne warunki umowy – pkt 9** - Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urzędzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone: „(...) Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”. Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.
- Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólne warunki umowy – pkt 14** - Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej. Wobec powyższego czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy punktu: Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy
- Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólne warunki umowy – pkt 14 b)** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości do: 2,5% wartości brutto przedmiotu umowy?
- Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólne warunki umowy – pkt 14 d)** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ostatniego zdania w/w punktu na: „naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia”?
- Dotyczy pkt XVI SIWZ Ogólne warunki umowy – pkt 19-** Wnioskujemy o wykreślenie tego punktu z umowy. Środkiem dyscyplinującym Wykonawcę do należytego wykonania umowy są m.in. kary umowne z tytułu zwłoki w dostawie lub odstąpienia od umowy. Zamawiający nie ma podstaw, aby dokonać zakupu towaru od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym umową.
- Dotyczy XVI SIWZ Ogólne warunki umowy – pkt 21** - Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron, w związku z czym prosimy Zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dniowy.
- Dotyczy XVI SIWZ Ogólne warunki umowy – pkt 25** - W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został



wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie treści klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodatkowo Paragrafu o treści:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.
4. Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 6** - Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczuleń z jedną pojemną szufladą na akcesoria umożliwiającą wydzielenie mniejszej części przestrzeni w tej szufladzie, która może być zamknięta na kluczyk?
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 16** - Czy zamawiający dopuści aparat bez opcji podłączania układów bezzastawkowych, czyli z prowadzeniem wentylacji tylko w układach półzamkniętych? Systemy półotwarte są praktycznie nieużywane przy stosowanych, zaawansowanych technologicznie aparatach do znieczuleń.
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 20** - Czy zamawiający dopuści aparat z jednym uchwytem do mocowania parownika i z innym systemem mocowania niż Selectatec, ale z możliwością szybkiego i wygodnego przekładnia parowników również w trakcie zabiegu?
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 31** - Czy zamawiający dopuści aparat do znieczuleń z zakresem objętości oddechowej od 50ml do 1600ml w wentylacji objętościowej?
12. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 34** - Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją Plateau wdechu, jako pauza wdechowa z wartością procentową dla cyklu oddechowego w zakresie od 0 do 30%?
13. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 36** - Czy zamawiający dopuści aparat bez alarmu objętości oddechowej dla poszczególnych pojedynczych oddechów i zarazem bez zawieszania tych alarmów? Alarmy pojedynczego oddechu nie sprawdzają się w praktyce klinicznej. Standardowo używane są alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej.
14. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 37** - Czy zamawiający dopuści aparat bez alarmu minimalnego ciśnienia wdechowego, ale wyposażony w alarmy ostrzegające między innymi o niskim ciśnieniu



wdechowym np. alarm niskiej objętości minutowej pełniący również rolę alarmu odłączenia pacjenta lub alarm układ pacjenta odłączony lub alarm przecieku, lub alarm nadmiernego wypływu aktywujący się gdy różnica między maksymalnym i minimalnym ciśnieniem w trakcie wdechu jest zbyt mała, etc.?

15. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 56** - Czy zamawiający dopuści aparat z inną filozofią prezentacji danych na ekranie niż sztywne konfigurowanie konkretnych stron respiratora? Proponowane przez nas urządzenie posiada możliwość wyboru z wielu zakładek tak aby operator mógł szybko wybrać odpowiedni na daną chwilę sposób prezentacji danych na ekranie, np. wyświetlanie pętli, krótkich trendów, manometru, reflektora objętości, etc. Umożliwia również swobodną konfigurację wykresów.
16. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 6** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulenia z jedną szufladą?
17. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 10** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenu azotu i powietrza, z prezentacją na ekranie tzw wirtualnych przepływomierzy?
18. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 15** - Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,83 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO₂ bez baypasu CO₂?
19. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 16** - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemie półzamkniętym? Wentylacja w systemach półotwartych jest rzadko stosowana.
20. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 18** - Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością stosowania pochłaniacza wielorazowego oraz zamiennego stosowania pochłaniaczy jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi?
21. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 20** - Czy Zamawiający dopuści mocowanie typu Draeger?
22. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 21** - Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w zintegrowany ssak inżektorowy z możliwością podłączenia do pojemników z wymiennymi wkładami?
23. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 23** - Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy przycisków i pokrętła funkcyjnego i przyzna za takie bezpieczniejsze rozwiązanie 5 punktów?
24. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 32** - Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją objętości oddechowej od 10 ml w trybie objętościowym? W trybie kontrolowanym ciśnieniowo objętość jest parametrem wynikowym i podrzędnym.
25. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 33** - Czy Zamawiający dopuści aparat z regulacją ciśnienia wdechowego od 7 cmH₂O?
26. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 36** - Czy Zamawiający dopuści aparat bez alarmów objętości oddechowej TV oraz bez możliwości czasowego zawieszenia alarmu TV?
27. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 49** - Czy Zamawiający dopuści manometr pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych wyświetlany na monitorze stanu wbudowanym poniżej ekranu respiratora?
28. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 55** - Czy Zamawiający dopuści sterowanie poprzez pokrętło i ekran dotykowy, przyciski fizyczne służą tylko włączeniu/wyłączeniu aparatu, zmianie natężenia oświetlenia oraz wyciszeniu alarmów? Proponowane rozwiązanie zdecydowanie ułatwia obsługę aparatu.
29. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 58** - Czy Zamawiający dopuści aparat z prezentacją krzywej anestetyku i jednoczesną prezentacją wdechowego i wydechowego stężenia anestetyku?
30. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 69** - Czy spełni wymagania Zamawiającego kodowanie gniazd przewodów pomiarowych za pomocą kolorów lub kształtów, w sposób wykluczający niewłaściwie podłączenie?
31. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 73** - Czy spełni wymagania Zamawiającego ręczna konfiguracja ekranu, pozwalająca włączyć i wyłączyć monitorowanie i wyświetlanie poszczególnych parametrów?
32. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 87** - Czy spełni wymagania Zamawiającego możliwość wyświetlania 2 różnych odprowadzeni EKG i kaskada na dwóch polach krzywych?
33. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 90** - Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie EKG bez siatki?
34. **Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 98** - Czy Zamawiający dopuści monitor bez stożkowego mankietu zakładanego na przedramię?



35. Dotyczy Załącznika Nr 6 pkt 105 - Czy spełni wymagania Zamawiającego zakres pomiarowy od – 50 do 300 mmHg?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.2

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.14 SIWZ – Ogólne warunki umowy dodaje **zapis o treści:**

„Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy wynosi 20% wartości umowy brutto.”

Ad.3

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.14 b) SIWZ – Ogólne warunki umowy **zapis o treści:**

„ b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

zmienia na zapis o treści:

„b) 2,5% wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,”

Ad.4

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.14 SIWZ – Ogólne warunki umowy **zapis o treści:**

„Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

zmienia na zapis o treści:

„Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.”

Ad.5

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.6

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.21 SIWZ – Ogólne warunki umowy **zapis o treści:**

„21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:

- a) jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
- b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,
- c) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć braków, wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.”

zmienia na zapis o treści:

„21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy w następujących sytuacjach:



- a) jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o wymaganych i oferowanych parametrach oraz właściwej jakości przekroczy 5 dni od upływu terminu wyznaczonego na realizację umowy,
 - b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z wymaganiami SIWZ, umową lub wymaganiami Zamawiającego, bez konieczności jego wezwania przez Zamawiającego do należytego realizowania umowy,
 - c) jeżeli Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć braków, wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dniowy.”

Ad.7

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.11

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.31 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ

zapis o treści:

„Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa”

zmienia na zapis o treści:

„Zakres objętości oddechowej minimum od 50 do 1500 ml - wentylacja objętościowa”

Ad.12

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.13

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.14

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.15

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu do znieczulenia posiadającego zamiast możliwości programowania minimum trzech dowolnych konfiguracji ekranu respiratora - możliwość wyboru z wielu zakładek tak, aby operator mógł szybko wybrać odpowiedni na daną chwilę sposób prezentacji danych na ekranie, np. wyświetlanie pętli, krótkich trendów, manometru, reflektora objętości, etc. umożliwiającego również swobodną konfigurację wykresów.

Ad.16

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.17

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu do znieczulenia posiadającego precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, z prezentacją na ekranie tzw. wirtualnych przepływomierzy.

Ad.18

Zamawiający dopuści również zaoferowanie układu oddechowego o prostej budowie, łatwego do wymiany i sterylizacji pozbawionego lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,83 L wraz z pojemnikiem absorbera CO₂ bez baypasu CO₂.

Ad.19

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Ad.20

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu do znieczulenia z możliwością stosowania pochłaniacza wielorazowego oraz zamiennego stosowania pochłaniaczy jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi.

Ad.21

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.22

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu do znieczulenia wyposażonego w zintegrowany ssak inżektorowy z możliwością podłączenia do pojemników z wymiennymi wkładami.

Ad.23

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.23 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni lub przycisku funkcyjnego, lub brak takiej możliwości.”

zmienia na zapis o treści:

„Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni lub przycisku funkcyjnego, lub przycisków i pokrętła funkcyjnego, lub brak takiej możliwości.”

Ad.24

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu do znieczulenia z regulacją objętości oddechowej od 10 ml w trybie objętościowym pod warunkiem zachowania pozostałych wymagań określonych w pkt.32 Załącznika Nr 6 do SIWZ.

Ad.25

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.26

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.27

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.28

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.29

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu do znieczulenia posiadającego prezentację krzywej anestetyku i jednoczesną prezentacją wdechowego i wydechowego stężenia anestetyku.

Ad.30

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu do znieczulenia posiadającego kodowanie gniazd przewodów pomiarowych za pomocą kolorów lub kształtów, w sposób wykluczający niewłaściwie podłączenie.

Ad.31

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.32

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.87 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Możliwość wyświetlania 3 różnych odprowadzeń (w przypadku 5 elektrod) jednocześnie, lub prezentacji EKG w formie kaskady na minimum 3 polach krzywych.”

zmienia na zapis o treści:

„Możliwość wyświetlania minimum 2 różnych odprowadzeń (w przypadku 5 elektrod) jednocześnie, lub prezentacji EKG w formie kaskady na minimum 2 polach krzywych.”



Ad.33

Zamawiający dopuści również zaoferowanie aparatu do znieczulenia posiadającego wyświetlanie EKG bez siatki.

Ad.34

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.35

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.105 w kolumnie „Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne.” Załącznika Nr 6 do SIWZ **zapis o treści:**

„Pomiar ciśnienia krwawego minimum w 1 kanale. Zakres minimum od 40 do 320mmHg.”

zmienia na zapis o treści:

„Pomiar ciśnienia krwawego minimum w 1 kanale. Zakres minimum od -40 do 300mmHg.”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w Ad.2, Ad.3, Ad.4, Ad.6, Ad.11, Ad.23, Ad.32 i Ad.35, działając na podstawie art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- składanie ofert do dnia **11.09.2020r. godz. 10:00**

- otwarcie ofert w dniu **11.09.2020r. godz. 11:30**

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie VI, VII.2, XI.1, XII.1, XVI, Załączniku Nr 6 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 6 do SIWZ po dokonanej zmianie treści SIWZ.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a



Zastępca Dyrektora


mgr Danuta Nosek