



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-35/24

Tarnów, 23-04-2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 221.000 EURO) na dostawy: wyrobów medycznych do endoskopii, stentów do dróg żółciowych i przelyku, endoskopowych pętli do polipektomii, sfinkterotomów, pułapek na polipy.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2** - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji nr 2 do osobnego pakietu. Zwiększy to konkurencyjność i zapewni większą ilość potencjalnych oferentów.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1, 3** - Prosimy Zamawiającego o wycofanie poz. 1 i poz. 3 z pakietu Nr 1 z powodu wygaszania produkcji opisanych produktów?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 1** - Czy zamawiający dopuści? Jednorazowe pętli do polipektomii, sterylne, owalne wykonane z plecionego drutu l długość 2300 mm, wymagane średnice otwartej pętli co najmniej 15 mm i 24 mm, średnica cewnika mieszcząca się w przedziale 2.3 mm - 2.4 mm, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji, zintegrowana rączka, pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji
4. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 2** - Czy zamawiający dopuści? Jednorazowe kleszcze do biopsji, sterylne, elastyczne, gładkie lub gładkie z igłą, wymagane długości j 1800 mm i 2300 mm, zintegrowany uchwyt, pakowane indywidualnie z zestawem etykiet samoprzylepnych do dokumentacji

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z **Pakietu Nr 4 poz.2** do osobnego pakietu.

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wycofanie z **Pakietu Nr 1 poz.1, 3**.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 1** jednorazowych pętli do polipektomii, opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 6 poz. 2** jednorazowych kleszczy do biopsji, opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Daruta Nosok

Nawoi

