

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 51
fax. 0-12 614 25 51
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.30.307.2019

Kraków, dnia 23.04.2019 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, że wpłynęły pytania do postępowania nr DZ.271.30.2019 na dostawę zastawek mechanicznych i biologicznych serca oraz protez aorty wstępującej z zastawką.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści zastawkę o kącie otwarcia płatków 80 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem