



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certification

Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 29.07.2022 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 23/2022

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego i analizatora pomocniczego oraz zautomatyzowanego aparatu do barwienia preparatów hematologicznych do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 2

1. Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, w której wykonawca zaoferuje parametr NRBC #, % jako parametr diagnostyczny IVD? Na polskim rynku są dostępne analizatory hematologiczne posiadające ten parametr jako diagnostyczny, status diagnostyczny zapewnia użytkownikowi dodatkowo zakresy referencyjności, co powinno być rozpatrywane jako korzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia Zamawiającego.

Odp. Tak.

KOMENDANT

Z upoważnienia Komendanta

ppłk mgr farm. Jacek SYPKO

I.B. 91/ 810 59 82