

Kielce dn. 05.03.2021 r.

AZP.2411.22.2021.BK

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: prośby o złożenie oferty na oferty na zakup wraz z dostawą antybakteryjnych głowic i słuchawek natryskowych do filtrowania wody dla Kliniki Hematologii.

1. Czy dopuszczą Państwo wymagany atest higieniczny PZH z datą ważności do 08.04.2022 r., a oferta będzie ważną? Cytuję producenta „nie możemy na chwilę obecną przesłać dokumentu z inną datą. Będziemy przedłużać atest PZH w stosownym czasie. WYROBIENIE takiego dokumentu wiąże się z całą procedurą oraz kosztami, więc musi on pozostać taki, jak obecnie, czyli z datą ważności do 08.04.2022.”

Ad.1) Atest producenta do 08.04.2022 jest wystarczający, ponieważ zamówienie zostanie złożone przed tym terminem, a dostawa będzie 28.04.2022r. Producent do tej pory utrzymywał ciągłość atestów.

2. Czy dokument „Declaration CE” wymagany przez Państwa w sytuacji, gdy produkty będą dystrybuowane w Polsce jest wystarczający i nie jest potrzebny inny dokument? Czy dokument sprostą ofercie i nie zostanie odrzucona, a jest to zawarte w opisie „Oferta ma zawierać” – jako pkt. 6?

Ad.2) W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy załączyć oświadczenie.

W związku z zadanymi pytaniami, Zamawiający przesuwając termin składania ofert na dzień **10.03.2021 r.**

1. Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 10.03.2021 do godz. 9:00**

2. Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej:

[https://platformazakupowa.pl/pn/onkol\\_kielce](https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce)

3. Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej w dniu **10.03.2021 o godz. 10:00.**

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
*mgr Mariusz Klimczak*

2