



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091
PKD- 8610Z
REGON- 000805666
KONTO – Bank Pekao S.A.
06 1240 4748 1111
0000 4872 7945

Nasz znak:

TZ/2500/3/1072/2022

TZ/2500/3/1074/2022

TZ/2500/3/1108/2022

TZ/2500/3/1114/2022

Andrychów dn., 08.04.2022 r.

INFORMACJA O WPŁYNIĘCIU PYTAŃ DO TREŚCI SWZ I OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie” – znak sprawy: TZ/2500/3/2022

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, dalej „Zamawiający”, na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” informuje, że w postępowaniu zostały złożone pytania i poniżej podaje treść pytań i udzielonych odpowiedzi. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ i w związku z tym na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 1 – dotyczy Części II poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wizytacyjnego z długim rękawem zakończonym gumką, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy Części I poz. 22

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,4x19mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy Części I poz. 28-29

Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł do pena w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dotyczy Części I poz. 30

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 26G wyposażoną w ręcznie domykany koreczonek portu bocznego i zastawkę zabezpieczającą przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy Części I poz. 36

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bezpieczną w rozmiarze 24G 0,7x19mm, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 6 – dotyczy Części I poz. 62

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz tlenowy o długości 210cm., pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dotyczy Części II poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dotyczy Części II poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów posiadających poliestrowy mankiet ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dotyczy Części II poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie ceny za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dotyczy Części IV poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kasetki do leków dobowej jednorazowej, cztero-przegródkowej o wymiarach dł. 22,5 cm, szerokość 6 cm, głębokość 1,5 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dotyczy Części IV poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dotyczy Części V poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady 2l o średnicy podstawy 95mm, średnicy górnej: 109mm i wysokości 246mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dotyczy Części VI poz. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby gaziki były jałowe.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 – dotyczy Części III poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pozycji rękawic bezpudrowych czy pudrowanych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice lateksowe pudrowe i bezpudrowe.

Pytanie nr 15 – dotyczy Części III poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic, posiadających lepszy poziom AQL wynoszący 1,0. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

Pytanie nr 16 – dotyczy Części III poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek w opakowaniu 200 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dotyczy Części III poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawiczek z AQL 1,0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dotyczy Części VI poz. 1

Prosimy o dopuszczenie gazika w rozmiarze 65 x 30 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Ponadto, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w poniższym zakresie:

1. W Rozdziale XIV pkt. 1:

Jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.05.2022 r.

Winno być:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.05.2022 r.

2. W Rozdziale XVI pkt. 1:

Jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow w terminie do dnia 13.04.2022 r. do godz. 09.00.

Winno być:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow w terminie do dnia 21.04.2022 r. do godz. 09.00.

3. W Rozdziale XVI pkt. 6:

Jest:

6. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert (nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert), tj. 13.04.2022 r. o godz. 09.30.

Winno być:

6. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert (nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert), tj. 21.04.2022 r. o godz. 09.30.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

4. W Rozdziale XVIII pkt. 5:

Jest:

5. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie Wykonawców w terminie określonym przez Zamawiającego do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Winno być:

5. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów według kryteriów określonych przez Zamawiającego, Zamawiający dokonuje wyboru spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

5. W Rozdziale XVIII dodaje się pkt. 6 i pkt. 7

6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający dokonuje wyboru oferty z najniższą ceną.

7. Jeżeli nie będzie możliwy wybór oferty w sposób określony w pkt. 6, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

Zmodyfikowany SWZ stanowi integralną część niniejszej modyfikacji.

Termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow

do dnia 21.04.2022 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 21.04.2022 r. godz. 09:30.

*Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Andrychowie*

Piotr Kopijasz

Otrzymują:

1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow

1 x Wykonawcy (email)

1 x a/a