



Słupsk, dnia 01.08.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa wyrobów medycznych”- nr postępowania 67/PN/2023

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania elektrod HV o średnicach 7,8 i 8,4F?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania elektrod HV o średnicach 7,8 i 8,4F?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania elektrod HV o średnicach 7,8 i 8,4F?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Część nr 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 530 sztuk pojedynczych elektrod, czy też 530 kompletów (1 komplet = 2 sztuki)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający oczekuje zaoferowania 530 sztuk pojedynczych elektrod.

Pytanie nr 5:

Część nr 1

W przypadku oczekiwania pojedynczych sztuk, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ich na komplety a'2 sztuki?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Zad.2.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wartościach czułości komorowej w zakresie 1 – 11 mV?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Zad.2.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające algorytm w ciągły sposób dokonujący pomiarów progu stymulacji i automatycznie dostosowujący amplitudę impulsu w zależności od zmierzonego progu? Częstotliwość pomiarów można programować w zakresie od co 1,2,4,8,12 godz., codziennie o określonej godzinie, co 7 dni o określonej godzinie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Zad.7.

1. Czy Zamawiający dopuści kardiowertery ICD VR oraz DR bez VDD?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Zad.7.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD DR o następujących trybach stymulacji: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR ; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Zad.7.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD VR o następujących trybach stymulacji: VVI; VVIR; VOO; OVO?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Zad.7.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenia bez układu z elektrodą pięciopolarną?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Zad.7.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie mogące dostarczyć 6 terapii HV w strefie VT i VF?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Zad.7.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD VR i DR o maksymalnej dostarczonej energii 35J?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Zad.7.

7. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTD o następujących trybach stymulacji: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Zad.7.

8. Czy Zamawiający dopuści układy CRTD bez elektrody pięciopolarnej?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Zad.7.

9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTD z 6cioma terapiami HV w strefie VT i VF?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Zad.7.

10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTD o maksymalnej energii 35J?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Zad.7.

11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTP o następujących trybach stymulacji: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Zad.8.

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD VR i DR bez VDD?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Zad.8.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD DR o następujących trybach stymulacji: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR ; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Zad.8.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD VR o następujących trybach stymulacji: VVI; VVIR; VOO; OVO?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Zad.8.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie ICD VR i DR o maksymalnej dostarczonej energii 35J?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Zad.8.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTD o następujących trybach stymulacji: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Zad.8.

6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTD o maksymalnej energii defibrylacji 35J?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Zad.8.

7. Czy Zamawiający dopuści zestaw nie zawierający balona do kontrastowania?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Zad.8.

8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie CRTP o następujących trybach stymulacji: DDDR; DDD; AAIR<=>DDDR; AAI<=>DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak