



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**  
**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**  
☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251  
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790  
✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

## WYKONAWCY

Łódź, dnia 27.11.2023 r.

ZP/ 121/2023

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu specjalistycznego na potrzeby UCP i UCGiP CSK UM w Łodzi.**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

### **Pytanie 1**

#### **Dot. Pakietu nr 14 , poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 płytke spełniającą wszystkie wymogi opisane w SIWZ ale o wymiarach 64x38 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 2**

#### **Dot. Pakietu nr 18, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elektrody wielorazowej czynnej typu Slim z ręczną aktywacją dwoma przyciskami ze zintegrowanym przewodem o dł.4 m wyjściem na elektrody o śr. trzpień 4 mm kompatybilny do ERBE 350?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 3**

#### **Dot. Pakietu nr 18, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Pincety bipolarnej prostej ostrej dł. 105 mm, kompatybilna do ERBE 350?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 4**

#### **Pakiet 18 pozycja 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Elektrody igłowej prosta Ø 0,8 x 22mm,dł.40mm,trzpień śr. 4 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 5**

#### **Pakiet 18 pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przewodu do pincety bipolarnej wymienionej w pozycji 2

dł. kabla 4 m kompatybilny do ERBE 350?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 6**

**Dot. Pakietu nr 18, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie elektrody wolframowej prostej izolowanej śr.0,5x3 mm, trzpień śr. 4 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 7**

**Dot. Pakietu nr 6, poz.2**

prosimy o dopuszczenie specjalistycznego pozycjonera głowy i szyi z otworem w postawie z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podporami bocznymi, wykonanego z z pianki z bezzwową, podwójnie powlekaną membranową powłoką ochronną, wielokrotnego użytku, przystosowanego do dezynfekcji powierzchniowej, dostępnego w rozmiarach M: 250mm x 210mm x 116mm (±5mm) i L: 282mm x 237mm x132mm (±5mm)



**Odpowiedź: Zgodnie SWZ**

#### **Pytanie 8**

**Dot. Pakietu nr 6, poz.3**

prosimy o dopuszczenie poduszki żelowej o szer. 8,5 cm, w przypadku spełniania pozostałych parametrów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 9**

**Dot. Pakietu nr 18, poz. 1**

prosimy o dopuszczenie elektrod o powierzchni aktywnej 107 cm<sup>2</sup>, dzielonych REM, kompatybilnych z diatermią ICC 350, bez pierścienia ekwipotencjalnego i etykiet do wklejania

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

#### **Pytanie 10**

**Dot. Pakietu nr 18, poz. 2**

prosimy o dopuszczenie dł. 195 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 11**

**Dot. Pakietu nr 18, poz. 5**

prosimy o dopuszczenie dł. 23 mm, w przypadku spełniania pozostałych wymogów

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 12****Dot. Pakietu nr 20**

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości zamienników - czujników kompatybilnych z technologią Oximax, z kalibracją cyfrową rozumianą jako dokładność pomiaru SpO<sub>2</sub> +/-2% w zakresie 70-100%, dla pacjentów o wadze 1-20 kg lub <3 kg, mikrobiologicznie czystych, spełniających pozostałe wymagania

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 13****Dot. Pakietu nr 25**

prosimy o dopuszczenie rozmiaru 1,5 cm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 14****Dot. Pakietu nr 27, poz.2**

prosimy o dopuszczenie rozmiaru 26mmx3,2 mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 15****Dot. Pakietu nr 10, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 3m?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 16****Dot. Pakietu nr 10, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o długości 4m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 17****Dot. Pakietu nr 10, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy wew. 5mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 18****Dot. Pakietu nr 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką Yankauer wykonaną w całości z przezroczystego materiału?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 19****Dot. Pakietu nr 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką Yankauer w rozmiarze Ch21 (4,13 / 7,51)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 20****Dot. Pakietu nr 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drenem o długości 3m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 21****Dot. Pakietu nr 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania fabrycznie niepodłączony?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 22****Dot. Pakietu nr 20, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści czujniki mikrobiologicznie czyste?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 23****Dot. Pakietu nr 20, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści czujniki dla niemowląt o wadze 1-15kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 24****Dot. Pakietu nr 20, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści czujniki dla noworodków o wadze do 3kg?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 25****Dot. Pakietu nr 20, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie równoważnego czujnika w technologii Oximax, pochodzący od innego producenta (nie będący czujnikiem oryginalnym), kompatybilny z pulsoksymetrem Nellcor?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

**Pytanie 26****Dotyczy: Umowy**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

b) za niedostarczenie towaru będącego przedmiotem umowy w terminie o którym mowa w § 3 ust. 6 w wysokości 0,2 % wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę**

**Pytanie 27****Dotyczy: Umowy**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

c) za zwłokę w wymianie towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braku Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% wartości netto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na wymianę o którym mowa w § 4 pkt. 3, jednak nie więcej niż 10% wartości netto nie wymienionego towaru lub braku uzupełnienia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę**

**Pytanie 28****Dotyczy: Umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 1 projektu umowy 21 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

**Uwaga**

- 1. W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.**
- 2. Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**Zamawiający na stronie internetowej: : [https://platformazakupowa.pl/pn/csk\\_umed](https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed) udostępnił:  
- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami**

Sekretarz Komisji Przetargowej  
Agnieszka Bonczkowska