

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert na dostawę środków dezynfekcyjnych, akcesoriów do mycia, dezynfekcji i zabezpieczenia narzędzi, sprzętu oraz ochrony osobistej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Znak sprawy: 14/05/2024/Z

Pytanie nr 1

Pakiet 2 poz 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci proszku do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, zawierający nadwęglan sodu, o bardzo dobrych właściwościach myjących i usuwających zanieczyszczenia organiczne (krew, białko, tłuszcze), kompatybilny z takimi materiałami jak stal i silikon, skuteczny w stężeniu 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (*C.difficile*)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Preparat przebadany pod względem bakteriobójczym na szczepach wieloopornych. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-według obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza *M. terrae* i *M. avium*) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Konfekcjonowany w opakowania 1kg i 5kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Dostawca przeliczy ilość zamawianego preparatu stężonego do oferowanego stężenia roboczego.

Pytanie nr 2

Pakiet 3 poz 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ w koncentracji przeznaczanego do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych opartego na czwartorzędowych związkach bez zawartości fenoli, chloru, nadtlenu wodoru. Preparat o niskim stężeniu roztworu roboczego 0,25% i dużej skuteczności wobec: B, F(*candida*), V (HIV, HCV, HBV, Rotawirus), Tbc. Wyrób medyczny. Konfekcjonowany w opakowania 1L i 5L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 3

Pakiet 3 poz 5

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ konfekcjonowanego w opakowania po 300 tabletek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

Pakiet 3 poz 6

Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia preparatu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji powierzchni inwazyjnych i nie inwazyjnych oraz pozostałych powierzchni. Dualna rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. O znacznie

lepszych parametrach mikrobójczych wobec: B(w tym MRSA i VRE), F(cadida), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Avium i Terrae) w czasie 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficile i Cl.Sporogones w czasie do 15 minut. Konfekcjonowanego w opakowaniu 1L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 5

Pakiet 3 poz 7

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Nawilżone gotowe do użycia. Konfekcjonowanych w tuby po 100. Możliwość użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni inwazyjnych i nie inwazyjnych oraz pozostałych powierzchni. Dualna rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. O znacznie lepszych parametrach mikrobójczych wobec: B(w tym MRSA i VRE), F(cadida), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Avium i Terrae) w czasie 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficile i Cl.Sporogones w czasie do 15 minut.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 6

Pakiet 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w koncentracji przeznaczonej do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych, oparty o związki amoniowe, pozbawiony pochodnych fenolowych, chloru, nadtlenu wodoru, zgodny z normami, niskie stężenie robocze preparatu. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i w obecności pacjentów. spektrum działania: B, F (C.albicans), V (HIV, HCV, HBV, Rotawirus, Adeno, Vaccinia), Tbc, w stężeniu 0,25% z możliwością rozszerzenia spektrum. Wyrób medyczny. Opakowanie 1l

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pakiet 3 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu w koncentracji przeznaczonej do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych, oparty o związki amoniowe, pozbawiony pochodnych fenolowych, chloru, nadtlenu wodoru, zgodny z normami, niskie stężenie robocze preparatu. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i w obecności pacjentów. spektrum działania: B, F(C.albicans), V (HIV, HCV, HBV, Rotawirus, Adeno, Vaccinia), Tbc, w stężeniu 0,25% z możliwością rozszerzenia spektrum. Wyrób medyczny Opakowanie 5l

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pakiet 3 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ściereczek do stosowania na sucho i mokro w rozmiarze 18x 39 cm op. 256 szt. tj. 469 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ściereczek zgodnie z opisem w ogłoszeniu – zaproszeniu do składania ofert.

Pytanie nr 9

Dot. załącznika nr 3 do Ogłoszenia – Istotne postanowienia umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §9 na:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości **0,2 %** wartości zamówienia częściowego brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 3.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości **0,2 %** wartości zamówienia częściowego brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w § 7 ust. 2 Umowy.

(...)

10. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi **10 %** wartości brutto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

Pytanie nr 10

Dot. załącznika nr 2 do Ogłoszenia – pakiet 1 poz. 5

Ze względu na wycofanie z obrotu preparatu o parametrach podanych w pakiecie 1 w pozycji 5, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnego preparatu nie wymagającego aktywatora opartego na: węglanie i wodorowęglanie N, N-didecylo-N, N-dimetyloamonu, niejonowych związkach powierzchniowo czynnych, związku kompleksującym. Spektrum działania: B, F (C. albicans) – do 5 min, V (osłonkowe) – do 15 min, Tbc – do 60 min. Spełniający pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę ogłoszenia – zaproszenia do składania ofert, zamieszczona jest na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wloszczowa i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

INSPEKTOR
Działu Obsługi Adm.-Tech.

Joanna Szwarc
Joanna Szwarc