



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4
W BYTOMIU**

ALEJA LEGIONÓW 10 41-902 BYTOM

TEL.: 32 281-02-71-7 FAX: 32 281-02-70 NIP: 626-25-10-567
KONTO BANKOWE ING Bank Śl. O/Bytom 26 1050 1230 1000 0022 1313 7165



Bytom, dnia 05.09.2019 r.

DZP – 32/2019

Wyjaśnienia treści SIWZ


do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych do zabiegów wewnątrznaczyniowych**


Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej:

1. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2:

Proszę o doprecyzowanie, czy w pozycji nr 2 Zamawiający wymaga Y connectora typu „klik” z trzema ustawieniami zastawki: zamknięta, częściowo otwarta, otwarta (wg. rys. nr 1), czy Y connectora zakręcanego (wg. rys. nr 2)?



Rys. 1



Rys. 2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Y connector wg rys. nr 1.

2. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie Y connectora o świetle wewnętrznym 9,0 F. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 8 pozycja 2 „Y” connector’a z kontrolą stopnia otwarcia i zamknięcia zastawki przez operatora jedną ręką za pomocą przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Zbiornictwa
Wodociągów i Kanalizacji
Specjalistycznego Biura Zarządzania
Bytomiu
Z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Zbiornictwa
Wodociągów i Kanalizacji
Specjalistycznego Biura Zarządzania
Bytomiu
Z-ca Dyrektora Biura Zarządzania Zbiornictwa
Wodociągów i Kanalizacji
Specjalistycznego Biura Zarządzania
Bytomiu

4