



Łódź, dnia 09.10.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 130/PN/ZP/D/2024 – Dostawy materiałów zużywalnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni.

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, t.j. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 03.10.2024 r.:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar:

3. § 7, pkt. 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu lub wydaniu zamówionego towaru w całości lub w części - w wysokości 2 % wartości netto niedostarczonego lub niewydanego towaru za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

4. - § 7, pkt. 2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie zwłoki w dostarczeniu lub wydaniu towaru wolnego od wad w przypadku reklamacji jakościowej, - w wysokości 2 % wartości netto niedostarczonego lub niewydanego towaru za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

5. § 7, pkt. 4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 pkt a lub ust. 4 lub rozwiązania umowy z przyczyn określonych w § 8 ust. 2, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości netto niedostarczonego lub niewydanego przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy Parametry Techniczne:

6. Pakiet 1: Poz. 2 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaofierowanie etykiet, gdzie zmiana koloru po sterylizacji będzie na kolor brązowy?



Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

7. Poz. 3 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie etykiet, gdzie zmiana koloru po sterylizacji będzie jednym z wybranych kolorów (fioletowy, niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy, żółty)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

8. Poz. 4 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie etykiet, gdzie zmiana koloru po sterylizacji będzie na kolor czerwony?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem

KIEROWNIK
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2
UM w Łodzi
Anna Pietrzyk
mgr Anna Pietrzyk