



Łódź, 17.04.2020 r.

## DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

e-mail: [ewa.twardowska@barlicki.pl](mailto:ewa.twardowska@barlicki.pl)

Tel. 42 677-68-24

Znak sprawy: 5/ZP/2020

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „dostawa systemu implantu ślimakowego”.**

### Szanowni Państwo!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) informuje.:

**W dniu 16.04.2020 r. wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:**

#### Pytanie 1

**Dotyczy Pakietu nr 1 , poz.2- zał. 1C**

Parametry techniczne urządzenia

Czy zamawiający dopuści następujące wymiary urządzenia:

Stymulator: 17.3x25.4x5,9 mm

Cewka: 29.0x3.3 mm

Wymiary całkowite: 45.7x25.4 mm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy zaproponowane warunki, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia innych produktów niż opisane w SIWZ zaznaczyć gwiazdką (\*) przy danej pozycji w załączniku 1C – „Wymagane parametry techniczne/graniczne” oraz w kolumnie „parametry oferowane” wpisać oferowane-dopuszczone parametry oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „\* - poz. nr ... dokonano zmiany zgodnie z odpowiedziami zamawiającego.”**

1. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert jest do 21.04.2020 r. do godz. 09:00.
2. Zamawiający informuje, iż termin otwarcia ofert wyznaczony na 21.04.2020 r. do godz. 10:00 nie zostaje zmieniony.
3. Zamawiający informuje, iż Oferent jest związany przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1  
im. N. Barlickiego w Łodzi

mgr Aneta Olejniczak