

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
Przedmiot – **Sygnalizator progowy promieniowania jonizującego**

Lp.	Parametr	Wymagane
1.	Wartość progowa sygnalizowanej mocy dawki na poziomie	5 μ Sv/h
2.	Rodzaj sygnalizowanego promieniowania	gamma, X, beta
3.	Detektor	Licznik Geigera-Mullera
4.	Sygnalizacja alarmowa	akustyczna, optyczna
5.	Zasięg słyszalności alarmu	Min. 60 m
6.	Długość	Max. 200 mm
7.	Szerokość	Max. 100 mm
8.	Wysokość	Max. 100 mm
9.	Masa	Max. 1000 g
10.	Temperatura pracy	Od – 5 do + 40 °C
11.	Zasilanie	Akumulatorowe (dopuszczalne dodatkowe zasilanie z sieci)
12.	Ładowarka akumulatora w zestawie	Tak