

Ciśnieniomierz elektroniczny do pomiaru ciśnienia tętniczego.

l. p.	Wymagane parametry
1	Czytelny wyświetlacz, ciekłokrystaliczny LCD
2	Mankiet na ramię wykonany z nietoksycznego i antyalergicznego materiału
3	Mankiet odporny na działanie środków dezynfekcyjnych
4	Mankiet z zapięciem Velcro®
5	Wykrywa arytmie serca (IHB)
6	Mankiet na ramię dla dorosłych rozmiar M-L (22-42 cm.)
7	Maksymalny błąd pomiaru $\pm 3\text{mmHg}$
8	Warunki pracy : 10 – 40 °C 15 – 95 % wilgotności względnej maksymalnej
9	Waga z bateriami do 400 g.
10	Zasilanie: baterie alkaliczne Zasilacz sieciowy
11	Pompowanie i wypompowywanie powietrza z mankieta automatyczne.
12	Wskaźnik klasyfikacji ciśnienia krwi wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
13	Wymiary: 143 x 125 x 50 mm ($\pm 5\%$)
14	EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11 – lub równoważne
15	Odporny na wstrząsy.
16	Wskaźnik baterii i wymiana baterii
16 a	Słaba bateria
16 b	Rozładowana bateria
17	Komunikaty o błędach
18	Zakres pomiaru ciśnienia : 0-280 mmHg, tętno 40-200 ud/min
19	Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie:0 – 300 mmHg
20	Etui w komplecie
21	Okres gwarancji 36 miesięcy od daty zakupu
22	Certyfikat CE
23	Oświadczenie Oferenta że urządzenie spełnia obowiązujące przepisy prawne.
24	Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej .
25	Oświadczenie że oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
26	Oświadczenie że oferowane, powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
27	Faktura – płatność min. do 30 dni.