



## SZPITAL ŚW. ŁUKASZA w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, 21 października 2022 r.

### **Wszyscy uczestnicy postępowania e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 40/PN/2022.**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

#### **1) Dotyczy Zadania nr 33, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów w następującym składzie:

- 1 x kleszcze plastikowe 14 cm
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm
- 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki
- 1 x igłotrzymacz 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11,6 cm
- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)
- 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10 cm
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm

*Opakowanie:*

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **dopuszcza** możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów o ww. składzie z zachowaniem pozostałych parametrów opisanych w poz. 1 w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.33.

**Odpowiedzi udzieliła: Natalia KUNERT- St. Referent ds. Administracji i Zaopatrzenia**