



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: [zaopatrzenie-pm@elk.com.pl](mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl)  
e-mail: [przetargi@promedica.elk.pl](mailto:przetargi@promedica.elk.pl)  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 4

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**Znak: P-M/Z/2883/2022**

**Data: 14.07.2022r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2062/2022**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 78 poz. 15 - Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Pakiet nr 78 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Lifepak 12/15 o rozmiarze o 107 mm x 23 m.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 85 poz. 1 - Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Pakiet nr 85 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 40 x 55 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 85 poz. 2 - Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Pakiet nr 85 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o średnicy 50 mm na włókninie, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 85 poz. 6 - Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Pakiet nr 85 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody w kształcie kwiatka o średnicy 25,7 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 85 poz. 6 - Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**  
Pakiet nr 85 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej o średnicy 30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 85 poz. 8 - Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy**

Pakiet nr 85 poz. 8

Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda w ww. pozycji ma posiadać tarkę do przygotowania naskórka przed aplikacją?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, żeby elektroda posiadała tarkę do przygotowania naskórka przed aplikacją.**

**PYTANIE nr 7 – dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Projekt umowy – par. 6 ust. 1 lit. c)

Prosimy o zmianę kary umownej z 5% na 2% wartości brutto niedostarczonej w terminie części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin dostaw. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 6 ust. 1 lit. c) stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 14.07.2022 r. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.**

**PYTANIE nr 8 – dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Projekt umowy - par. 6 ust. 1 lit. d)

Prosimy o zmianę kary umownej na 10% oraz o odniesienie kary umownej do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 6 ust. 1 lit. d) stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 14.07.2022 r. Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**