

Lubań, dnia 01 marca 2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 1

do treści SWZ na „Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów usunięcia zaćmy oraz chirurgii dróg łzowych” nr postępowania ZP/01/2023

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dot. Pakiet nr 9, poz.1

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy soczewkę typu EDOF:

Soczewka o wydłużonej głębi ostrości opracowana w refrakcyjnej technologii Wavefront Linking zmniejszającej ryzyko zaburzeń widzenia : - jednoczęściowa, asferyczna - budowa typu Biconvex - angulacja 0° - aberacja neutralna - materiał hydrofobowy typu SEMTE o obniżonej ilości mikrowakuoli - filtr UV i filtr światła niebieskiego. - dwie części haptyczne z otworem wzdłuż całego haptyka; części haptyczne o dużym kącie przylegania zabezpieczającym przed rotacją - zabezpieczenie przed PCO: podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 3600 - współczynnik refrakcji: 1.47 - współczynnik Abbego: 58 - całkowita średnica: 13 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od +8.0 do +30.0D (co 0.5D); (dostępne +31.0 do +35.0D co 1.0D - na specjalne zamówienie) - stałe dla pomiarów optycznych i ultradźwiękowych: - SRK/T A-Constant: A: 118.9 - Haigis: a0=1,32; a1=0,4; a2=0,1 - Hoffer Q: pACD=5,46 - Holladay 1: SF=1,7 - Barrett Universal II: LF=1,83 - Holladay II: ACD=5,49; SF=1,73 - cięcie: 2,2 mm, min - implantacja: sterylny injector typu Preloaded; jednoręczny z tłokiem - czas przechowywania: 2,5 lat

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA