



Nr sprawy: 35/PNE/DOT/2023

Sosnowiec, 10.07.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia powstającej na Bloku Neurochirurgicznym Pracowni Rezonansu Magnetycznego.”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW NR 1

Pytanie nr 1

dot. część nr 3, zał. nr 6 do SIWZ - Wstrzykiwacz kontrastu do badań w środowisku rezonansu magnetycznego – 1szt.

Prosimy o dopuszczenie wstrzykiwacza kontrastu charakteryzującego się poniższymi parametrami:

Automatyczna dwugłowicowa strzykawka pracująca w środowisku MR

- możliwość pracy w polu magnetycznym 1,7T;
- funkcja iniekcji testowej;
- hydrauliczny systemem zasilania (brak zakłóceń skaner-strzykawka);
- blokada przechyłu, która pomaga minimalizować ryzyko zatorów powietrznych;
- prędkość przepływu od 0,1ml/s do 10 ml/s (co 0,1);
- system KVO (Keep Vein Open, który zapewnia drożność wkłucia przez podawanie 0,25 ml soli fizjologicznej w systematycznych odstępach czasu (30s);
- aplikacja do obsługi danych (m.in.: dane pacjenta, dane środka kontrastowego, kalkulator GFR);
- zakres ciśnienia: 40 - 300 PSI (ustawienie co 1,0 PSI);
- kolorowy, dotykowy panel sterujący;
- pamięć 50 protokołów badań;
- iniekcje wielofazowe – max. 6 faz;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania przetargowego urządzenie - wstrzykiwacz kontrastu charakteryzujący się poniższymi parametrami pod warunkiem, że spełnia ono również wymagania - parametry wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 6 część 3 a mianowicie: pkt. 2, 3, 5, 8, 10, 12-17.





ZESTAW NR 2

Pytanie nr 1

Dot. załączników do SWZ

Zwracamy się z prośbą o opublikowanie załączników do SWZ w formacie edytowalnym (word).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udostępnia Załączniki do SWZ w formie edytowalnej (WORD).

Pytanie nr 2

Dot. SWZ roz. X pkt. 1 p.pkt. 1.1-1.2

Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie parametrów i funkcjonalności sprzętu za pomocą oświadczenia podmiotu posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „[...]” (pozycja z numerami katalogowymi – o ile występują [...]”?

W folderach, broszurach mogą nie występować numery katalogowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość braku wystąpienia numerów katalogowych w folderach, broszurach.

Czy Zamawiający skorzysta z prawa nadanego mu przez ustawodawcę w art. 20 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i dopuści złożenie oryginalnych firmowych katalogów producenta w języku angielskim?

Z uwagi na ciągły rozwój produkowanych urządzeń najnowsze katalogi i dane techniczne w pierwszej kolejności producent publikuje w języku angielskim, jako powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, następnie zaś w językach poszczególnych krajów. Dopuszczenie przedstawienia dokumentacji w języku angielskim umożliwi Wykonawcy potwierdzenie wymagań Zamawiającego za pomocą pełnej i aktualnej dokumentacji opisującej najnowsze rozwiązania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści przedstawienie dokumentacji w języku angielskim umożliwiając Wykonawcy potwierdzenie wymagań za pomocą pełnej i aktualnej dokumentacji opisującej rozwiązania.

Pytanie nr 3

Dot. SWZ roz. X pkt. 1 p.pkt. 1.3

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli oferowany przedmiot zakupu nie posiada oddzielnej deklaracji, to prawidłowe będzie złożenie Deklaracji Zgodności dla sprzętu, która obejmuje daną opcję. Np. oferowany w ramach pakietu 5 system przyspieszenia obrazowania MR nie posiada oddzielnej Deklaracji Zgodności, Deklaracja na rezonans magnetyczny obejmuje również system przyspieszania.



Odpowiedź: Z uwagi na fakt, iż przedmiot zakupu nie posiada dokumentu oddzielnej deklaracji Zamawiający zgadza się na przedłożenie dokumentu Deklaracji Zgodności dla sprzętu, który obejmuje daną opcję.

Pytanie nr 4

Dot. pakietu 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni łącze internetowe wymagane do zdalnej diagnostyki.

Odpowiedź: Zamawiający zapewni łącze internetowe wymagane do zdalnej diagnostyki.

Pytanie nr 5

Dot. zał. 6 do SWZ (pakiet 1) pkt 44 tabeli – przeglądy serwisowe

Czy Zamawiający potwierdza, że przeglądy mają być wykonane tylko jeżeli są wymagane? Producent sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w ramach pakietu 1 nie wymaga przeglądów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wykonanie przeglądów dotyczy tylko przypadków kiedy producent sprzętu będącego przedmiotem zamówienia takowych wymaga.

Pytanie nr 6

Dot. zał. 6 do SWZ (pakiet 1) pkt 46 tabeli

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą? Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby termin zakończenia naprawy wynosił 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą.

Pytanie nr 7

Dot. zał. 6 do SWZ (pakiet 5) – przyjazd serwisu i naprawa

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą? Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby termin zakończenia naprawy wynosił 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą.

Pytanie nr 8

Dot. zał. 5 do SWZ (wzór umowy dla pakietu 1) oraz zał. 5a do SWZ (wzór umowy dla pakietu 5) par. 4 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„Termin zapłaty uznaje się za spełniony z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.”?

Uzasadnienie: Dług pieniężny, zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9



Dot. zał. 5 do SWZ (wzór umowy dla pakietu 1) oraz zał. 5a do SWZ (wzór umowy dla pakietu 5) par. 4 ust. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie, celem doprecyzowania, zapisu:

„gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym sprzęcie”?

Wynika to z treści art. 578 kc.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający miał na myśli gwarancję obejmującą zwyczajowo wady ukryte.

Pytanie nr 10

Dot. zał. 5 do SWZ (wzór umowy dla pakietu 1) oraz zał. 5a do SWZ (wzór umowy dla pakietu 5) par. 5 ust. 1 pkt. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma tu na myśli aktualizacje przeprowadzane w ramach dostarczonej konfiguracji/platformy sprzętowej danego systemu.

Prosimy o potwierdzenie, że warunki gwarancji dotyczą przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ (odpowiednio pakiet 1 i 5), a nie rezonansu magnetycznego, który został zakupiony w ramach oddzielnego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o aktualizacje przeprowadzane w ramach dostarczonej konfiguracji/platformy sprzętowej danego systemu a nie aparatu MR.

Pytanie nr 11

Dot. zał. 5 do SWZ (wzór umowy dla pakietu 1) oraz zał. 5a do SWZ (wzór umowy dla pakietu 5) par. 5 ust. 1 pkt. 3

Prosimy o wykreślenie pkt. 3. Wykonawca do wykonania napraw serwisowych nie jest konieczne wykonanie ekspertyzy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający miał na myśli przeprowadzenie zdalnej diagnostyki przedmiotu zamówienia w sytuacji zaistnienia problemów technicznych.

Pytanie nr 12

Dot. zał. 5 do SWZ (wzór umowy dla pakietu 1) oraz zał. 5a do SWZ (wzór umowy dla pakietu 5) par. 5 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

*„[...] z rokiem produkcji **nie starszym niż 2022** [...]”?*

W interesie Zamawiającego jest nie wymaganie sprzętu wyprodukowanego tylko w zeszłym roku.

Odpowiedź: Zamawiający dla Pakietu nr 1 wyraża zgodę na zaoferowanie sprzętu, którego rok produkcji jest niestarszy niż 2022 z uwagi na posiadany przez zamawiającego aparat MR (rok produkcji 2022) w którym opcja będzie zastosowana.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść § 5 ust. 2 Umowy dla Pakietu nr 1, który otrzymuje brzmienie:

- 2. W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy**





Sprzęt fabrycznie nowy z rokiem produkcji nie starszym niż 2022, kompletny, o najwyższym standardzie zarówno pod względem jakości wykonania, jak również funkcjonalności, wolny od wszelkich wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz prawnych.”

(Zmodyfikowany Załącznik nr 5 dla Pakietu nr 1 oraz Załącznik nr 5a dla Pakietu nr 5 w załączeniu)

Zamawiający w związku z powyższym modyfikuje w Załączniku nr 6 - Część nr 1 i 5 do SWZ zapis na „Rok produkcji: nie starszy niż 2022 [sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany , nierekondycjonowany]

(Zmodyfikowany Załącznik nr 6 dla Pakietu nr 1 i 5 w załączeniu)

Pytanie nr 13

Dot. zał. 5 do SWZ (wzór umowy dla pakietu 1) oraz zał. 5a do SWZ (wzór umowy dla pakietu 5) par. 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na poniższy:

„W razie interwencji serwisowych gwarancja przedłuża się o czas niesprawności urządzenia.”?

Uzasadnienie:

Jak Państwu wiadomo z istoty instytucji gwarancji jakości wynika określony okres jej obowiązywania, czyli okres, w którym podmiot uprawniony z gwarancji ma zapewnione świadczenia ze strony zobowiązanego z gwarancji (odpowiednio sprzedawcy albo producenta rzeczy) w zakresie usunięcia ewentualnych wad urządzenia. Nie bez powodu również ustawowy okres gwarancji na rzecz ruchomą wynosi 2 lata , bo jak zakłada ustawodawca, bazując na doświadczeniu rynkowym, wady rzeczy tkwiące w niej w chwili sprzedaży (wydania) kupującemu – w szczególności wady materiałowe, konstrukcyjne, montażowe – z założenia powinny ujawnić się w początkowym okresie używania rzeczy. Jak Państwu wiadomo, tzw. okres żywotności urządzenia nie ma nic wspólnego z okresem gwarancji. Jakkolwiek na rynku spotyka się czasami tzw. „gwarancję dożywności”, to przy bliższym zapoznaniu się z jej warunkami okaże się zazwyczaj, że jest to tylko „chwyt reklamowy” albo taka gwarancja dotyczy bardzo specyficznego rodzaju rzeczy, do których wyroby (urządzenia) medyczne z całą pewnością nie należą. Mamy przy tym świadomość, że postawiony przez Państwa warunek w zakresie odnawialności gwarancji na wymieniane części urządzenia odpowiada istniejącym przepisom Kodeksu cywilnego, ale, jak Państwu wiadomo, przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie gwarancji mają tylko charakter „pomocniczy” na wypadek, gdyby strony umowy nie sprecyzowały warunków gwarancji i siłą rzeczy muszą mieć jak najbardziej ogólne / uniwersalne brzmienie, które może nie być i z reguły nie jest adekwatne w stosunku do nowoczesnych urządzeń medycznych. Urządzenia takie, jak Państwo wiecie, ze swej natury bardzo skomplikowane, składają się z wielu części / podzespołów / oprogramowania, podlegają z mocy przepisów krajowych i unijnych rozlicznym procesom certyfikacyjnym / jakościowym, z tego też względu niezwykle rzadko (jeśli już ulegają jakiejś awarii, uszkodzeniu) naprawia się poszczególne ich części / podzespoły - części / podzespoły takie ulegają wymianie na certyfikowane części / podzespoły. Z tego też względu każda taka naprawa gwarancyjna prowadziłaby do odnowienia gwarancji w zakresie tej części, w najgorszym przypadku na cały okres tzw. „żywotności urządzenia”. A nie taki jest przecież sens i istota gwarancji i co najważniejsze, niemożliwe staje się de facto określenie czasu, w którym wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie zobowiązany w okresie gwarancji, co bezpośrednio przekłada się na brak możliwości właściwego skalkulowania ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść § 5 ust. 7 Umowy (Załącznik nr 5) dla części nr 1 oraz (Załącznik nr 5a) dla części 5, który otrzymuje brzmienie:



7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków, Wykonawca dostarczył w ramach gwarancji zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji przedłuża się o czas niesprawności urządzenia.

(Zmodyfikowany Załącznik nr 5 i 5a w załączeniu)

Pytanie nr 14

Dot. zał. 5 do SWZ (wzór umowy dla pakietu 1) oraz zał. 5a do SWZ (wzór umowy dla pakietu 5) par. 7 ust. 1 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,1% - powszechnie przyjętej w umowach zawieranych na podstawie pzp w sektorze medycznym?

Zwracamy uwagę, że zgodnie z orzecznictwem zarówno sądów cywilnych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16), jak również Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo – kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i być przyczyną niewielkiego zainteresowania wykonawców zamówieniem. To z kolei wpłynie na konkurencyjność postępowań, a niekiedy nawet zmusi do ich unieważnienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15

Dot. zał. 5 do SWZ (wzór umowy dla pakietu 1) oraz zał. 5a do SWZ (wzór umowy dla pakietu 5) par. 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu:

„[...] z tym, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywuującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 16

Dot. zał. 5 do SWZ (wzór umowy dla pakietu 1) oraz zał. 5a do SWZ (wzór umowy dla pakietu 5) par. 7 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu:



„Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego”?

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadmierzającą) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazana, powszechną i należytą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 17

Dot. zał. 5 do SWZ oraz 5a do SWZ wzór umowy powierzenia danych osobowych (dla pakietu 1 i 5) par. 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ustępu 1 poniższymi zapisami:

(1) Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

(2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem

(3) Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

(4) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

(5) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

(6) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciężących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciężących na podprzetwarzającym.

(7) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia





ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

Uzasadnienie

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

ZESTAW NR 3

Pytanie nr 1

Dot. Części 4

Czy w związku z faktem, że urządzenia kupowane w niniejszym postępowaniu mają współpracować z Rezonansem Magnetycznym o natężeniu pola 3T, Zamawiający będzie wymagał, aby system infuzyjny opisany w części 4 mógł bezpiecznie pracować w polu do linii 10 000 Gaussów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga.

Pytanie nr 2

Dot. Części 4

Czy Zamawiający dopuści system infuzyjny, charakteryzujący się poniższymi parametrami?

L.p.	Parametry wymagane	Parametr wymagany /pożądany	Wartość oferowana
1	System infuzyjny zapewniający jednoczesną podaż dwóch leków pacjentowi przeznaczony do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego (MR) do 3 Tesli (do linii 10 000 Gauss'ów)	TAK	
2	Rok produkcji: nie starszy niż 2023 (sprzęt/ fabrycznie nowy nieużywany, nierekondycjonowany)	TAK	
3	System przystosowany do różnych typów infuzji, min: strzykawka luer lock, przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych	TAK	
4	Rozbudowany system parametrów infuzji przystosowany dla dorosłych i pacjentów pediatrycznych, min. VTBI, VI	TAK	





5	Zakres szybkości dozowania oraz szybkości podaży dawki uderzeniowej BOLUS w obu kanałach od 0,1 do 1400 [ml/h]	TAK	
6	Programowalny poziom ciśnienia okluzji, ustawiany zakres funkcji KVO	TAK	
7	10 h pracy pompy zasilanej z akumulatora przy infuzji jednego leku 125 ml/h	TAK	
8	Czas ładowania akumulatora do poziomu 95% wynosi 12 h	TAK	
9	Na wyposażeniu systemu: bezprzewodowe urządzenie sterujące systemem, stojak paramagnetyczny oraz zestawy akcesoriów jednorazowego użytku, w ilości pozwalającej na wykonanie 50 badań	TAK	

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego- system *infuzyjny* charakteryzujący się wymienionymi parametrami pod warunkiem, że spełni on również pozostałe wymagania - parametry wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

ZESTAW NR 4

Pytanie nr 1

Dot. Części dot pak. nr 4)

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF) lub na adres poczty e-mail: kancelaria@wss5.pl

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że **podtrzymuje treść § 3 ust. 7 wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- 1) w wysokości **0.5 %** wynagrodzenia umownego brutto **należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy** – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu montażu określonego na podstawie § 3 ust. 41, **nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy**





Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje treść § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu.

- 2) w wysokości 10 % niezrealizowanego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje treść § 7 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu.

- 3) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy – w przypadku nieusunięcia awarii/usterek stwierdzonych podczas odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje treść § 7 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu.

- 4) w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu określonego w § 5 ust. 3 i ust. 9, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia umownego brutto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje treść § 7 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu.

- 5) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy – za niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia zgodnie z § 9 ust. 4,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje treść § 7 ust. pkt. 5) wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu.

- 6) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niedostarczone dokumenty

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje treść § 7 ust. 1 pkt. 6) wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu.

- 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% tego wynagrodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje treść § 7 ust. 1 pkt. 7) wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu.



ZESTAW NR 5

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ, X. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

„1.1) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci np. kart katalogowych, specyfikacji technicznych, certyfikatów itp, które posłużą potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

1.2) Przedmiotowe środki dowodowe w postaci np. Karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje producenta / ulotki / prospekty oferowanego asortymentu z opisem produktów, potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia (pozycja 12 z numerami katalogowymi). Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

1.3) Przedmiotowe środki dowodowe w postaci: Certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności zaoficerowanych produktów (CE).”

Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia i oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak sformułowane wymaganie uniemożliwia złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych lub dokumentacji technicznej itp. oferowanego sprzętu/oprogramowania. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie złożenia oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta / dystrybutora potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta/dystrybutora potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznik Nr 6 do SWZ, Część 2, System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, Parametry techniczne

„System nieograniczający ilości archiwizowanych badań”

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z powyższego wymogu, ponieważ zapis wyklucza wszystkich Wykonawców, którzy oparli swoją politykę licencyjną na wielkości archiwum.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego i pewność co do ponoszonych kosztów w trakcie użytkowania systemu i wymaga nieograniczonej ilości archiwizowanych badań.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznik Nr 6 do SWZ, Część 2, System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, Parametry techniczne

„System obsługujący macierze o nieograniczonej pojemności bez zakupu dodatkowej licencji.”

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z powyższego wymogu, ponieważ zapis wyklucza wszystkich Wykonawców, którzy oparli swoją politykę licencyjną na wielkości archiwum.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego i pewność co do ponoszonych kosztów w trakcie użytkowania systemu i wymaga nieograniczonej ilości archiwizowanych badań



Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznik Nr 6 do SWZ, Część 2, System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, Parametry techniczne

„Formatka wyszukiwania badań wg zdefiniowanych kryteriów”

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez powyższą funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przez zapis: "formatka wyszukiwań badań wg. zdefiniowanych kryteriów" miał na myśli formatkę umożliwiającą wyszukiwanie konkretnego badania lub grupy badań między innymi według kryteriów:

- nazwisko i imię pacjenta,
- identyfikator pacjenta PESEL
- płeć
- numer badania
- identyfikator badania,
- study instance UID
- modalność
- data badania
- producent aparatu wykonującego badanie
- aparat na którym jest wykonywane badanie

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznik Nr 6 do SWZ, Część 2, System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, Parametry techniczne

„Formatka prezentacji szczegółów wyszukanego badania.”

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez powyższą funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przez zapis: " *Formatka prezentacji szczegółów wyszukanego badania*" miał na myśli prezentację szczegółów badania zawierających standardowe informacje o wykonanym badaniu zawierające minimum:

- nazwisko i imię pacjenta
- numer badania
- rodzaj badania
- datę badania i informację o ilości serii wraz z listą serii
- informacje o ilości instalacji/obrazów
- informację o objętości badania na macierzy
- umożliwiającą otwarcie badania w przeglądarce diagnostycznej/lub referencyjnej

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznik Nr 6 do SWZ, Część 2, System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, Parametry techniczne

„Formatka zmiany wartości przechowywanych w nagłówkach DICOM.”

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez powyższą funkcjonalność.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przez zapis; " *Formatka zmiany wartości przechowywanych w nagłówkach DICOM*" miał na myśli formatkę umożliwiającą zmianę wartości przechowywanych w nagłówkach DI-





COM w przypadku omyłki związanej z błędnym wprowadzeniem-wpisaniem danych podczas rejestracji lub wykonywania badania takich jak:

- DANE PACJENTA nazwisko i imię, identyfikator pacjenta PESEL, płeć, data urodzenia,
- DANE BADANIA numer badania, modalność rodzaj badania, data badania, wiek pacjenta w dacie badania
- DANE SERII nazwa serii, numer serii, operator wykonujący badania, anatomiczne części ciała
- DANE INSTALACJI/OBRAZU numer instalacji/obrazu w serii, data akwizycji instalacji/obrazu

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznik Nr 6 do SWZ, Część 2, System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, Parametry techniczne

„Możliwość zapisywania i eksportowania obrazów w formacie DICOM, JPEG,MPEG4 oraz TIFF.”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania z możliwością zapisywania i eksportowania obrazów w postaci plików graficznych: JPG, BMP, TIFF, PNG, GIF lub w postaci pliku video w formacie AVI.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprogramowanie z możliwością zapisywania i eksportowania obrazów w postaci plików graficznych: JPG,BMP, TIFF, PNG, GIF lub w postaci pliku video w formacie AVI pod warunkiem, że będzie możliwość zapisywania i eksportowania obrazów w formacie DICOM, JPEG,MPEG4 oraz TIFF.

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznik Nr 6 do SWZ, Część 2, System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, Parametry techniczne

„Przyrządy pomiarowe: gęstość (HU), dystans, kąt, polilinia, długość krzywej, obwód, powierzchnia, objętość, kąt Cobba, VTI.”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez oprogramowanie przyrządów pomiarowych tj. polilinia oraz VTI.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy Załącznik Nr 6 do SWZ, Część 2, System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, Parametry techniczne

„Pomiary EKG: długość fragmentu w sekundach, mV, obliczanie tętna, interwały osi QT, RR, QTc i QRS, porównanie EKG.”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez oprogramowanie funkcjonalności w zakresie pomiarów EKG tj. długość fragmentu w sekundach, mV, obliczanie tętna, interwały osi QT, RR, QTc i QRS, porównanie EKG.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy Załącznik Nr 6 do SWZ, Część 2, System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, Parametry techniczne

„Adaptacyjny „responsywny” interfejs użytkownika o rozmiarze ekranu dostosowanym dla tabletów i smartfonów.”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.





Pytanie nr 11

Dotyczy Załącznik Nr 6 do SWZ, Część 2, System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, Parametry techniczne

„Sterowanie typu Multi-Touch dla tabletów, smartfonów i dotykowych monitorów: zmiana kontrastu i jasności, powiększanie, przesuwanie, przewijanie, pomiary.”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od powyższego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy Załącznik Nr 6 do SWZ, Część 2, System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, Parametry techniczne

„Możliwość odtwarzania plików MPEG2 i MPEG4 w formacie DICOM.

Odtwarzanie i manipulacja Video (MPEG2 i MPEG4) w zakresie: zmiana „okna” (widowing), obrót, przesuwanie, zoom.”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie plików AVI.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików AVI pod warunkiem, że będzie możliwości odtwarzania plików MPEG2 i MPEG4 w formacie DICOM.

Pytanie nr 13

Dotyczy Załącznik Nr 6 do SWZ, Część 2, System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, Warunki gwarancji

„Wykonanie przeglądów serwisowych nieodpłatnych w okresie trwania gwarancji w terminach zgodnych z wymaganiami producenta.”

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał wykonywania przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji, jeśli zgodnie z zaleceniami producenta nie są one wymagane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie będzie wymagał wykonywania przeglądów serwisowych w okresie trwania gwarancji, jeśli zgodnie z zaleceniami producenta nie są one wymagane.

Pytanie nr 14

Dotyczy

„pełne wsparcie producenta w języku polskim, *Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania w przypadku gdy Wykonawca zamierza oprzeć swoje rozwiązanie o oprogramowanie z rodziny Linux. Aktualne wymaganie wyklucza wszystkich wykonawców którzy jako system serwerowy stosują Linux. Jednocześnie wsparcie w języku polski jest świadczone dla całego oferowanego rozwiązania przez Wykonawcę*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

ZESTAW NR 6

Pytanie nr 1

Dotyczy: załącznik nr 5 do SWZ, część 2, par. 3, pkt. 8, ppkt. 1 i 2)

Specyfika dostawy serwera do systemów zintegrowanych, m.in. takim systemem jest system PACS, wymaga dokonania szeregu instalacji na etapie przedwdrożeniowym. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę serwera z wykonaną preinstalacją systemu PACS w celu ułatwienia prac instalacyjnych i integracyjnych w miejscu instalacji oraz w celu ograniczenia do niezbędnego minimum zaangażowania personelu Zamawiającego w proces instalacji przy założeniu, że sprzęt zostanie dostarczony wraz z oryginalnymi opakowaniami i pełną ich zawartością?





Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę serwera z wykonaną preinstalacją systemu PACS przy założeniu, że sprzęt zostanie dostarczony wraz z oryginalnymi opakowaniami i pełną ich zawartością.

Pytanie nr 2

Dotyczy: załącznik nr 5 do SWZ, część 2, par. 5, pkt. 1.1)

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach realizacji części nr 2 tj. Dostawy System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia serwisowego i technicznego tylko dla dostarczanego systemu PACS oraz serwera będących przedmiotem zadania nr 2 niniejszego postępowania i nie wymaga tego wsparcia dla rezonansu magnetycznego.

W odniesieniu do zadania nr 2 prosimy o zmianę zapisu par. 5, pkt. 1.1) w następujący sposób:

„W okresie gwarancji Wykonawca zapewni wsparcie serwisowe i techniczne. Przez wsparcie serwisowe i techniczne w okresie gwarancji Zamawiający rozumie zapewnienie poprawności działania archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem, w tym wsparcie konfiguracyjne, aktualizacje dostarczanego przez producenta oprogramowania, poprawki.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga zapewnienia wsparcia serwisowego i technicznego tylko dla urządzeń będących przedmiotem zamówienia: systemu PACS oraz serwera.

Pytanie nr 3

Dotyczy: załącznik nr 5 do SWZ, część 2, par. 5, pkt. 2,

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie realizacji zadania nr 2 wymaga dostarczenia sprzętu, który jest fabrycznie nowy z rokiem produkcji min. 2023.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymaga dla Część nr 2 dostarczenia sprzętu, który jest fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy niż 2023.

(Zmodyfikowany Załącznik nr 5 dla Pakietu nr 2 w załączeniu)

Pytanie nr 4

Dotyczy: załącznik nr 5 do SWZ, część 2, par. 5, pkt. 3,

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie definicji dni roboczych określając je jako dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu § 5 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 5

Dotyczy: załącznik nr 5 do SWZ, część 2, par. 5, pkt. 9,

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie realizacji zadania nr 2 Zamawiający wykreśla z par. 5 pkt. 9 zapis o niezbędnych pracach budowlanych. Część 2 niniejszego postępowania dotyczy dostawy. Dostawy System archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem bez jakichkolwiek prac budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku dostawy systemu archiwizacji i dystrybucji badań obrazowych PACS wraz z dedykowanym serwerem nie jest wymagane przeprowadzenie prac budowlanych.

Pytanie nr 6

1. Dotyczy: załącznik nr 5 do SWZ, część 2, par. 7, pkt. 1

Prosimy Zamawiającego o modyfikację umowy w następujący sposób:

„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:



- 1) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu montażu określonego na podstawie § 3 ust. 41,
- 2) w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- 3) w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy – w przypadku nieusunięcia awarii/usterek stwierdzonych podczas odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- 4) w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu określonego w § 5 ust. 3 i ust. 9,
- 5) w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy – za niedopełnienie obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia zgodnie z § 9 ust. 4,
- 6) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2
- 7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia brutto podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 100% tego wynagrodzenia.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymuje treść w § 7 ust. 1 pkt. od 1) do 7) wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu.

**p.o. Dyrektor ds. Ekonomicznych
i Zarządzania Majątkiem
Agnieszka Kozak**