



Znak: AE/ZP-27-70/20

Tarnów, 2020-10-26

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 214.000 EURO na dostawę pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych 20 sztuk, pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych 10 sztuk oraz pomp infuzyjnych perystaltycznych 5 sztuk.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

- 1. Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. III pkt 87** - Prosimy o zmianę wymogu stosowania detektora kropli. W nowoczesnych pompach nie ma już takiej potrzeby, gdyż czułość techniczna i detekcja pęcherzyków powietrza wynosi $\geq 0,01$ ml, natomiast jeśli chodzi o zatrzymanie infuzji na poziomie komory kroplowej, służą do tego dreny standard SafeSet.
- 2. Dotyczy SIWZ XVI pkt.14** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 14:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
 - a) 0,2 % wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy,
 - b) 5 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy,
 - c) 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - d) 0,2 % wartości wadliwego przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy.Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.
- 3. Dotyczy SIWZ XVI pkt.19** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów pkt. 19:
W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, Zamawiający może dokonać zakupu towaru w kwocie odpowiadającej wartości niewykonanej części zamówienia od innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą umową bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sądowych.
- 4. Dotyczy SIWZ XVI pkt.10** - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w pkt. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
- 5. Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. I pkt 22** - Czy Zamawiający dopuści możliwość programowania czasu i objętości dawki "bolus", prędkości wylicza się automatycznie?

6. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. II pkt 59** - Czy Zmawiający dopuści możliwość programowania czasu i objętości dawki "bolus", prędkości się wylicza automatycznie - osobno dla każdego toru?
7. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. I pkt 11 i poz. III pkt 86** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp wyposażonych w dołączany uchwyt do mocowania do statywu.
8. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. I pkt 12 i poz. III pkt 85** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp które z uwagi na niewielką wagę i małe gabaryty nie posiadają uchwytu do przenoszenia.
9. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. I pkt 19 i poz. II pkt 57 i poz. III pkt 89** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z możliwością określenia sposobu dawkowania leku w różnych jednostkach w czasie z uwzględnieniem masy ciała pacjenta. W jednostkach: ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq z uwzględnieniem masy ciała pacjenta w odniesieniu do czasu: min, h, 24 h.
10. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. I pkt 21** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp bez programowania nazwy oddziału (tak jak Zamawiający dopuszcza w pkt. 61).
11. **Dotyczy Załącznika Nr 6 poz. II pkt 51** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z dołączanym uchwytem do mocowania i przenoszenia połączonych w zestaw pomp jednostrzykawkowych.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający dopuści również zaoferowanie nowoczesnego rozwiązania technicznego, które nie wymaga detektora kropli, ale zatrzymuje infuzję na poziomie komory kroplowej za pomocą drenów standard SafeSet i zapewnia bezpieczeństwo pacjenta podczas infuzji.

Ad.2

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 z póź. zm.) wprowadza zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ w pkt.XVI ppkt.14 SIWZ – Ogólne warunki umowy **zapis o treści:**

„14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
 - dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamy parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,

w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego..

Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.”

zmienia na zapis o treści:

„14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- a) 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym, z powodu okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- b) 5 % wartości brutto przedmiotu umowy - w przypadku dostawy niezgodnej z wymaganymi i określonymi w Załączniku do umowy parametrami technicznymi oraz uchybień w zakresie jakości,
- c) 10 % wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,



- d) 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w:
- dokonaniu naprawy oraz usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi,
 - dostarczeniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu o tożsamych parametrach na żądanie Zamawiającego w okresie gwarancji/rękojmi,
 - demontażu i ponownym zamontowaniu nowego urządzenia, elementu, podzespołu, modułu, zespołu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięcia wady, w okresie gwarancji/rękojmi,
- w terminie, o którym mowa w pkt.10 lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Naliczanie kar umownych, o których mowa w pkt. b) poprzedzone będzie propozycją Zamawiającego wymiany wadliwego towaru na towar pozbawiony wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia. Maksymalna wysokość kar umownych, jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wynosi 20% wartości umowy brutto."

Ad.3

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.4

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach pkt.XVI SIWZ – „Ogólne warunki umowy”.

Ad.5

Zamawiający dopuści również zaoferowanie pomp, które posiadają możliwość programowania czasu i objętości dawki “bolus”, prędkość wylicza się automatycznie.

Ad.6

Zamawiający dopuści również zaoferowanie pomp, które posiadają możliwość programowania czasu i objętości dawki “bolus”, prędkość się wylicza automatycznie - osobno dla każdego toru.

Ad.7

Zamawiający dopuści również zaoferowanie pomp wyposażonych w dołączany uchwyt do mocowania do statywu.

Ad.8

Zamawiający dopuści również zaoferowanie pomp, które z uwagi na niewielką wagę i małe gabaryty nie posiadają uchwytu do przenoszenia.

Ad.9

Zamawiający dopuści również zaoferowanie pomp, które posiadają możliwość określenia sposobu dawkowania leku w różnych jednostkach w czasie z uwzględnieniem masy ciała pacjenta. W jednostkach: ng, mcg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, kcal, mEq z uwzględnieniem masy ciała pacjenta w odniesieniu do czasu: min, h, 24 h.

Ad.10

Zamawiający dopuści również zaoferowanie pomp, które nie posiadają możliwości zaprogramowania nazwy oddziału.

Ad.11

Zamawiający dopuści również zaoferowanie pomp z dołączanym uchwytem do mocowania i przenoszenia połączonych w zestaw pomp jednostrzykawkowych.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

