



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 13.10.2022 r.

ZP.261.49.2022

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-d8889fae-4896-11ed-8832-4e4740e186ac

dotyczy: postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym na **zakup i dostawę ambulansu typu C (DMC powyżej 3,5 t) wraz z noszami głównymi z podwoziem**. Znak sprawy ZP-TP/49/22

- I. Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
  1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans na pojeździe bazowym N1?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
  2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w uchwyt typu RAM mocowania systemu SWD zamiast opisanego w pkt nr 1 załącznika nr 2 ?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
  3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwными wyposażony w: - 2 szt. Butli tlenowych 10l z reduktorami, - mocowanie krzeselka kardiologicznego z systemem płozowym, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dzieci - mocowanie materaca próżniowego, Zamiast opisany w pkt 13 załącznika nr 2?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**
  4. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w czujniki parkowania z przodu i z tyłu?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza ambulans bez czujników parkowania z przodu i z tyłu, pod warunkiem, że jest wyposażony w kamerę cofania.**
  5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w panel sterujący nie posiadający funkcji sterowania sygnalizacją niskotonową?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że włączanie sygnalizacji dźwiękowej możliwe jest poprzez klakson pojazdu.**
  6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z zabudową specjalną ściany działowej: a) szafka przy drzwiach prawych przesuwanych z blatem roboczym do

przygotowywania leków, wyposażona w dwie szuflady, system mocowania drukarki systemu PRM SWD z instalacją zasilającą i połączeniową z tabletem. b) pojemnik na zużyte igły, c) wysuwany kosz na odpady, d) miejsce i system mocowania jednego plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, e) jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z zabudową specjalną ściany prawej: a) dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem stałym, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów. b) jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, c) uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, d) przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez uchwytu na prawej ścianie do mocowania plecaka?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, np. szafka z pasami, na której można położyć plecak.**

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z zabudową specjalną ściany lewej: a) cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem stałym, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, b) pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (2 szt.) i gniazdami 12V (3 szt.), c) 3 przesuwne na szynach płyty do zamocowania dowolnego defibrylatora transportowego, dowolnej pompy infuzyjnej, ssaka d) na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego e) szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem z roletą, schowek na narkotyki zamykany zamkiem na klucz

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony na lewej lub prawej ścianie przy fotelu w duży płaski panel informacyjny lub tablica do pisania o wymiarach min. 300x300 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych lub zapisanie informacji dotyczących procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia, posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w instalację tlenową opisaną jak poniżej? Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z 2 punktami poboru typu AGA b) sufitowy punkt poboru tlenu, c) 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry, manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., e) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans nie wyposażony w radiotelefon przewoźny oraz radiotelefon przenośny?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans przystosowany do montażu drukarki mobilnej HP OfficeJet 200 zamiast laserowej Laser Jet Pro M15a?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego uchwytu wraz z dedykowaną drukarką.**

14. Czy zamawiający dopuści pojazd z reflektorami LED i światłami do jazdy dziennej LED?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

15. Czy zamawiający dopuści pojazd bez czujników ciśnienia w kołach lub doposażenie kół w czujniki niefabryczne?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

16. Jaki szacowany jest roczny przebieg pojazdu?

**Odp. Ok. 120 000 km.**

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie Zamawiającemu dwóch osobnych faktur za realizację zamówienia tj. jedna faktura za pojazd bazowy z zabudową i druga faktura za sprzęt medyczny? W związku z tym, że w opisie przedmiotu zamówienia, dotyczącego wyposażenia pojazdu, wymagany jest sprzęt medyczny, który objęty jest niższą 8% stawką VAT, proszę o rozważenie możliwości rozdzielenia płatności na dwie osobne faktury. Pierwsza faktura na pojazd bazowy wraz z zabudową, w tym przypadku 23% stawka VAT, druga faktura na sprzęt medyczny i 8% VAT. Rozdzielenie płatności na dwie osobne faktury w dokonywanym zakupie, pozwoli Zamawiającemu w uzyskaniu oszczędności, być może na kolejne niezbędne zakupy. Zmianie nie ulega przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletnego pojazdu wraz z wymaganym wyposażeniem.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu zawartego w § 3, a dokładnie karty pojazdu? Informuję, iż od 4 września 2022 roku w związku z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) zostały uchylone przepisy dotyczące karty pojazdu, co jest jednoznaczne z końcem obowiązku wystawiania takich kart przez producenta lub

importera nowego pojazdu. W związku z powyższym proszę o wykreślenie ze wzoru umowy "karty pojazdu".

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

19. Czy Zamawiający dopuści, aby oferowany ambulans posiadał świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego oraz inne dokumenty wymienione pkt. 4 ppkt. 3 Załącznika nr 1 do SWZ na dzień dostawy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

20. Prosimy o doprecyzowanie wymogu dotyczącego kosztów przeglądów przedziału medycznego oraz pojazdu bazowego, tj. czy w okresie gwarancji przedmiotowe koszty ponosi Zamawiający czy wykonawca ?

W załączniku nr 2 do SWZ, SWZ oraz Załączniku nr 4 do SWZ (projekt umowy) widnieją sprzeczne zapisy:

„Przeglądy zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego Zamawiający będzie wykonywał na własny koszt.”

„Serwis zabudowy specjalnej medycznej (sanitarnej) w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego.”

„W okresie obowiązywania gwarancji serwis pojazdu bazowego realizowany bezpłatnie w ASO oferowanej marki ambulansu.”

**Odp. Zapisy Rozdz. III pkt. 9.1.3 SWZ oraz § 5 ust. 3 Załącznika nr 4 do SWZ otrzymują brzmienie:**

**3) Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewni:**

**a) w okresie obowiązywania gwarancji serwis pojazdu bazowego, łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami, realizowany bezpłatnie w ASO oferowanej marki ambulansu; koszty wymiany materiałów i części eksploatacyjnych w okresie gwarancji będzie pokrywał Zamawiający,**

**b) w okresie obowiązywania gwarancji serwis zabudowy specjalnej medycznej (sanitarnej), łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami, realizowany w siedzibie Zamawiającego, na koszt Zamawiającego,**

**c) w okresie obowiązywania gwarancji:**

– reakcja serwisu pojazdu bazowego na zgłoszoną awarię zgodnie z warunkami gwarancji producenta pojazdu bazowego,

– reakcja serwisu zabudowy specjalnej medycznej (sanitarnej) na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia,

**d) w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu, wymianę tego elementu na oryginalnie nowy (nie dotyczy elementów zużywalnych, np. oleje, klocki hamulcowe, filtry, itp.).**

**W Rozdz. III SWZ skreśla się pkt. 9.1.4. W § 5 Załącznika nr 4 do SWZ skreśla się ust. 4.**

**Pkt. XV Załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje brzmienie:**

1.	W okresie obowiązywania gwarancji serwis pojazdu bazowego, łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami, realizowany
----	---

	bezpłatnie w ASO oferowanej marki ambulansu. Koszty wymiany materiałów i części eksploatacyjnych w okresie gwarancji będzie pokrywał Zamawiający.
2.	W okresie obowiązywania gwarancji serwis zabudowy specjalnej medycznej (sanitarnej), łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami, realizowany w siedzibie Zamawiającego, na koszt Zamawiającego.
3.	W okresie obowiązywania gwarancji: - reakcja serwisu pojazdu bazowego na zgłoszoną awarię zgodnie z warunkami gwarancji producenta pojazdu bazowego; - reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej (medycznej) na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia; rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia (wymóg minimalny).
4.	W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu, wymianę tego elementu na oryginalnie nowy (nie dotyczy elementów zużywalnych, np. oleje, klocki hamulcowe, filtry, itp.)

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans w kolorze białym, który to kolor jest dopuszczony normą PN-EN 1789 ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans bez bocznych poduszek powietrznych ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

23. Czy Zamawiający dopuści, aby sterowanie ogrzewaniem niezależnym od pracy silnika realizowane było przez oryginalny sterownik urządzenia ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

24. Czy Zamawiający dopuści ambulans bez szyberdachu ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

25. Czy Zamawiający dopuści ambulans wyposażony w dwa fabryczne akumulatory o łącznej pojemności 172 Ah ? Nadmieniamy, iż norma PN-EN 1789 wymaga akumulatorów o łącznej pojemności 160 Ah dla ambulansu typu C.

**Odp. Zamawiający dopuszcza dwa fabryczne akumulatory o łącznej pojemności min. 160Ah.**

26. Prosimy o podanie modelu urządzenia do masażu serca użytkowanego przez Zamawiającego?

**Odp. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej LUCAS 3.**

27. Czy Zamawiający dopuści ambulans wyposażony we wpinany przepływomierz do regulacji przepływu tlenu bez sufitowego punktu poboru tlenu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

28. Czy Zamawiający dopuści ambulans wyposażony w uchwyt oraz drukarkę Epson model Workforce WF-100W ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innego uchwytu wraz z dedykowaną drukarką.**

29. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

Wyjaśnienie. Ilość lamp oraz ich rozmieszczenie nad noszami umożliwia pełne oświetlenie pacjenta. Tym samym nie ma konieczności regulacji kierunku padającego światła.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

30. Czy Zamawiający dopuści ambulans z fotelem dla personelu na prawej stronie wyposażony w jeden podłokietnik ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

31. Czy Zamawiający wydłuży termin dostarczenie przedmiotu zamówienia do 20 grudnia 2022 r. ?

**Odp. Niniejsze zamówienie finansowane jest ze środków przyznanych przez Wojewodę Pomorskiego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Pomorskim a SPS ZOZ w Lęborku w § 2 ust. 2 wyznacza termin realizacji zadania i wykorzystania przyznanych środków do 15 grudnia 2022 r. W związku z powyższym Zamawiający nie może wydłużyć terminu dostawy poza termin wyznaczony umową z Wojewodą Pomorskim.**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SWZ, treści Załącznika nr 2 do SWZ oraz treści Załącznika nr 4 do SWZ jak w załącznikach do niniejszych wyjaśnień. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

Pozostałe zapisy SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.