



Nr sprawy: **68/PNE/SW/2023**

Sosnowiec, dnia 26.01.2024r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Pn.: „**Dostawa odczynników wraz z najmem analizatorów i wyposażeniem pomocniczym.**”

W związku z udzielonymi odpowiedziami, prosimy o uwzględnienie w Załączniku nr 3 – Formularzu asortymentowo – cenowym, wszelkich dopuszczeń Zamawiającego w danych częściach oraz pozycjach, poprzez wpisanie którego zestawu i pytania dopuszczenie dotyczy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

ZESTAW NR 1

Pytanie nr 1

Dot. części nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki próbki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie informuje, że modyfikuje Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Dotyczy Części 5, pozycji 9 - prosimy o dopuszczenie próbek do OB z 3,2 % cytrynianem sodu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy Części 5, Warunki graniczne - prosimy o dopuszczenie próbek do OB z terminem ważności minimum 7 miesięcy w chwili dostawy. Probówki te mają krótszy termin ważności w momencie opuszczenia linii produkcyjnej ze względu na antykoagulant w postaci płynnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy Części 5, parametry wymagane dla aparatu do OB - prosimy o dopuszczenie w pełni sprawnego aparatu wyprodukowanego w 2017 roku. Konstrukcja tych aparatów sprawia, że zachowują one dokładność pomiarową przez długie lata.

Odpowiedź:



Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 5

Dotyczy Części 5, parametry wymagane dla aparatu do OB - prosimy o odstąpienie wymogu wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatu do OB, w przypadku zaoferowania aparatu, który ich nie wymaga, zgodnie z instrukcją i oświadczeniem producenta, które dostarczymy wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie wraz z oświadczeniem producenta.

Pytanie nr 6

Dotyczy projektu umowy, § 3, pkt 4. - prosimy o dopuszczenie dostarczania towaru opisanego w języku angielskim i oznakowanego za pomocą międzynarodowych skrótów i symboli, które są w pełni zrozumiałe dla profesjonalnych użytkowników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7

Dotyczy Części 5, parametrów ocenianych, pkt 4. - prosimy o uznanie tego parametru za spełniony oraz przyznanie za niego punktów w przypadku zaoferowania probówek do koagulologii o konstrukcji typu "sandwich" (podwójne ścianki PP i PET), dla których zostały przeprowadzone kliniczne badania porównawcze z probówkami BD Vacutainer z "pełnym" wypełnieniem.

Uzyskane z pobranej do nich krwi wyniki koagulologiczne są porównywalne klinicznie do uzyskanych z krwi pobranej równocześnie do probówek BD Vacutainer ze zminimalizowaną wolną przestrzenią. Badania te obejmowały również pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną. Dokumenty potwierdzające wyniki tych badań dostarczymy wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, oczekuje probówek do koagulologii z ograniczoną wolną przestrzenią. .

ZESTAW NR 2

Pytanie nr 1

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 2

Dotyczy SWZ, Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Parametry graniczne analizatora, pkt 25: Prosimy o usunięcie ww. postanowienia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby móc zbierać odpady po środkach niebezpiecznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów. Ponadto wytwórca odpadu zobowiązany jest do przekazania odpadu firmie, która posiada stosowne zezwolenia. Przyjęcie odpadu bez stosownych zezwoleń grozi karą zarówno po stronie przekazującego, jak i przyjmującego odpad. W związku z powyższym scedowanie odpowiedzialności odbioru pustych opakowań po odczynnikach na Wykonawcę jest niezgodne z prawem, ponieważ to Zamawiający jest wytwórcą odpadu i on powinien zutilizować powstały odpad, bez względu na to czy jest on niebezpieczny czy nie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ





Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Tabela asortymentowo-cenowa: Czy Zamawiający może określić ile badań zamierza wykonać na analizatorze głównym, a ile na analizatorze zastępczym? Podanie tych wartości jest niezbędne do prawidłowego oszacowania odczynników, ponieważ analizatory mogą zużywać różne ilości odczynników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ilość badań 90% na analizatorze głównym, 10% na zastępczym.

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Tabela asortymentowo-cenowa: Czy Zamawiający w kolumnie „Koszt pojedynczego oznaczenia” wyrazi zgodę na podanie średniej wartości oznaczenia z kosztu odczynników w danym trybie badania? Odczynniki wykorzystywane są również do innych czynności niż same oznaczenia (np. płukania), dlatego koszt oznaczenia powinien być średnim kosztem badania na podstawie wszystkich zużytych odczynników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Tabela asortymentowo-cenowa, kolumna 5, Wielkość opakowania/ ilość oznaczeń: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w tabeli asortymentowo cenowej w kolumnie „Wielkość opakowania/ilość oznaczeń” podać średnią ilość cykli możliwą do wykonania z opakowania odczynnika? Odczynniki hematologiczne wykorzystywane są nie tylko do wykonywania oznaczeń, ale też np. konserwacji, płukania itp., a Wykonawca odpowiednio szacuje ilość odczynnika, która wystarczy na podaną ilość oznaczeń oraz na czynności konserwacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Warunki graniczne, pkt 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych głównego i back up, które posiadają wspólną krew kontrolną oraz w większości wspólne odczynniki? Analizator główny ze względu na większą ilość oznaczanych parametrów posiada tych odczynników więcej, ale te odczynniki, na których pracuje analizator back up są wspólne z analizatorem głównym i mogą być stosowane zamiennie na jednym i drugim analizatorze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Warunki graniczne, pkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego, dla którego termin ważności jest zgodny z terminem na opakowaniu i wynosi do 2 miesięcy, a dystrybucja materiału kontrolnego odbywa się wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy? Krew kontrolna jest materiałem, o krótkim okresie ważności z uwagi na swoją specyfikę wewnętrzną, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważny materiał kontrolny. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego skalkulowania oferty dlatego prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie krwi kontrolnej skalkulowanej w ilości uwzględniającej datę przydatności na opakowaniu i w ilości gwarantującej codzienne wykonanie kontroli.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.



Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Warunki graniczne, pkt 3: Czy Zamawiający opisując wymagania dotyczące materiału kontrolnego wymaga również, aby kontrola wewnątrzlaboratoryjna była również kontrolą zewnątrzlaboratoryjną producenta, która oparta jest o wyniki kontroli codziennej parametrów morfologii krwi oraz płynów z jam ciała, przesyłana online automatycznie, bezpośrednio z analizatorów, po wykonaniu oznaczenia bez konieczności zatwierdzenia i użycia nośników zewnętrznych, bez ingerencji użytkownika. Zaoferowanie odpowiedniego systemu/platformy do oceny tejże kontroli jakości, w którym Zamawiający będzie mógł porównywać wyniki uzyskane na analizatorach z wynikami innych użytkowników pracujących na tych samych modelach analizatorów, czyli z tzw. grupą porównawczą. Program posiadający akredytację organizatorów badań biegłości ISO 17043.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 9

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Warunki graniczne, pkt 5: W związku z tym, iż materiał kontrolny jest rozdysponowywany zgodnie z harmonogramem dostaw prosimy o dodanie zapisu iż „materiały/krew kontrolna ważna 2 miesiące w przypadku, gdy będzie dostarczana zgodnie z harmonogramem dostaw”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SWZ, część 1 (warunki graniczne pkt.5)

Pytanie nr 10

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Warunki graniczne, pkt 8: „Raporty transportu odczynników do siedziby Zamawiającego.” Prosimy o doprecyzowanie zapisu. Czy Zamawiający miał na myśli dokument dostawy potwierdzający ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 11

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Parametry graniczne analizatora, pkt 1: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby pomiar retikulocytów wykonywany był tylko na aparacie podstawowym czy również na zapasowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pomiar retikulocytów winien być możliwy do wykonania na obu analizatorach.

Pytanie nr 12

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Parametry graniczne analizatora, pkt 1: Czy w związku z wymogiem oznaczania retikulocytów Zamawiający wymaga, aby oznaczanie retikulocytów odbywało się bez żadnych wstępnych przygotowań, wraz z podziałem retikulocytów w zależności od stopnia dojrzałości, podania ekwiwalentu hemoglobiny w retikulocycie, parametru pokazującego zmianę trendu w hemoglobinizacji RBC i RET, które stanowią dodatkową wartość kliniczną przy diagnostyce pacjentów z niedokrwistościami z powodu niedoboru żelaza oraz wspomagają proces monitorowania leczenia takich pacjentów. Wszystkie wymienione parametry powinny być parametrami diagnostycznymi (IVD) raportowanymi na wyniku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 13





Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Parametry graniczne analizatora, pkt 2: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymagane wydajności analizatorów dotyczą trybu CBC oraz CBC+DIFF.

Odpowiedź:

Zadamawiający potwierdza, iż wymagane wydajności analizatorów dotyczą trybu CBC oraz CBC+DIFF.

Pytanie nr 14

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Parametry graniczne analizatora, pkt 2: W punkcie 2 Zamawiający podaje wymagania dotyczące wydajności analizatorów, jednocześnie bardzo ważną kwestią jest ilość aspirowanego przez analizatory materiału do badań, czy zatem Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jeden z analizatorów pobierał max. 30 ul krwi do badania morfologii krwi, co pozwoli zapewnić wykonanie oznaczeń nawet z bardzo małych objętości krwi?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 15

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Parametry graniczne analizatora, pkt 7: Czy Zamawiający wymaga, aby podane liniowości dotyczyły próbki pierwotnej (bez wstępnego rozcieńczenia) dla obu zaoferowanych analizatorów hematologicznych?

Odpowiedź:

Tak, wymaga.

Pytanie nr 16

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Parametry graniczne analizatora, pkt 8: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymienione wymagane parametry diagnostyczne dotyczą analizatora podstawowego oraz zapasowego.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 17

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Parametry graniczne analizatora, pkt 9: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż opisana wymagana funkcjonalność dotyczy analizatora podstawowego oraz zapasowego.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 18

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Parametry graniczne analizatora, pkt 10: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż opisana wymagana funkcjonalność dotyczy analizatora z możliwością oznaczania retikulocytów oraz płytek metodą optyczną, tj. analizatora podstawowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż opisane wymagania funkcjonalności dotyczą obu analizatorów.

Pytanie nr 19

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Parametry graniczne analizatora, pkt 14,15: Zamawiający wymaga dołączenia do analizatorów drukarki laserowej z możliwością wydruku w kolorze. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia tonerów/bębnow do zaoferowanej drukarki, a jeżeli tak - na jaką ilość wydruków należy je dostarczyć?

Odpowiedź:

Tak, na około 17000 wydruków na 36 miesięcy.



Pytanie nr 20

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Parametry graniczne analizatora, pkt 18: Czy oprócz wymagania dostarczenia instrukcji obsługi Zamawiający wymaga, aby instrukcja obsługi wbudowana była również w oprogramowanie analizatorów, dająca możliwość automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwiająca wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora? Znacznie ułatwi to działania związane z czynnościami konserwacyjnymi oraz skróci czas na manualne szukanie konkretnych informacji w instrukcji.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 21

Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ, Część 1

Parametry graniczne analizatora, pkt 22: Zamawiający wymaga w pkt 22 parametrów wymaganych: „Całodobowa pomoc serwisowa z podaniem telefonu i danych osoby odpowiedzialnej, a w przypadku awarii naprawa do 24 godzin od daty zgłoszenia. W przypadku równoczesnej awarii dwóch analizatorów i przedłużającej się naprawy firma dostarczy urządzenie zastępcze oraz pokrywa koszty wykonania badań u Wykonawcy wyznaczonego przez Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem transportu próbek w tym próbek PILNYCH. Urządzenie zastępcze o identycznych parametrach jak dzierżawione. Kontakt telefoniczny z serwisem 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby całodobowa pomoc serwisowa i kontakt z serwisem 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia dotyczyła możliwości całodobowego zgłaszania awarii w formie mailowej; pomoc na miejscu i pomoc telefoniczna w dni robocze od 7:30 do 17:00, a w dni wolne od pracy pomoc telefoniczna i zdalna w godzinach 9:00-14:00, naprawa do 24 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze? Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch analizatorów hematologicznych: głównego i zastępczego - w przypadku awarii głównego analizatora, analizator zastępczy jest po to, aby zapewnić wykonywanie badań do momentu naprawy analizatora głównego

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza takie rozwiązanie.

ZESTAW NR 3

Pytanie nr 1

dotyczy części 2

Czy zamawiający wymaga analizatora wykorzystującego technikę opartą na wiskozymetrii, przez co nie wrażliwą na zabarwienia osocza, lipemię oraz bilirubinemię, a także hemolizę (w stężeniach nie wpływających na aktywację krzepnięcia)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ pkt. 2 warunków granicznych dla analizatora: Analizatory posiadają możliwość wykonania oznaczeń metodami : krzepięciową, chromogenną i immunologiczną.

Pytanie nr 2

dotyczy części 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na połączenie pozycji 7 i 8 w przypadku zaoferowania materiału kontrolnego w zakresach patologicznym i prawidłowym jako jeden produkt (jeden numer katalogowy)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie.



Pytanie nr 3
dotyczy części 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli cenowej i osocze kontrolne w zakresach wartości prawidłowych i patologicznych dla D-Dimer?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 4
dotyczy części 2

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym w danym momencie tylko jeden analizator ma bezpośrednią komunikację z siecią, a przełączenie pomiędzy analizatorami następuje za pomocą przełącznika

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie. Punkt 2 warunków granicznych analizatora mówi o naprzemiennej pracy analizatorów na tych samych odczytnikach, materiałach kontrolnych i zużywalnych.

Pytanie nr 5
dotyczy części 2

Czy zamawiający dopuści termin na usunięcie awarii jednego z aparatów z 24 h na 72h w sytuacji kiedy zastosowane będą 2 aparaty (podstawowy i backup)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6
dotyczy części 2

Dotyczy części 2, parametry graniczne analizatora punkt 9.

Czy poprzez określenie metody ilościowej z szerokim zakresem oznaczalności D-Dimerów zamawiający rozumie oznaczenie do 4000ng/mL FEU w pierwszym pomiarze i 12 000ng/mL w drugim pomiarze?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 7
dotyczy części 2

Czy zamawiający wymaga aby oferowany analizator używał pojedynczych kuwetek jednorazowych nie połączonych w bloki co zapewnia brak strat w przypadku wykonywania pojedynczych badań?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie, które optymalizuje koszty.

ZESTAW NR 4

Pytanie nr 1
Pytanie dot. części 7

Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu dostawy do 10 dni roboczych?

Oferowany asortyment to skomplikowane testy, częściowo oparte na tkankach zwierzęcych i często wykonywane pod potrzeby użytkownika (dotyczy kompozycji tkanek jak i ich formatu). Oczywiście w przypadku gdy testy będą dostępne, dostawa nastąpi w możliwie najkrótszym terminie. Tym niemniej ze względu na wrażliwość na temperaturę unikamy wysyłki w dni poprzedzające dni wolne, ponieważ nigdy nie można wykluczyć bez winy kogokolwiek, że przesyłka utknie na trasie i może czekać w niewłaściwych warunkach na dotarcie do celu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.



ZESTAW NR 5

Pytanie nr 1

Zał. nr 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tabeli asortymentowo-cenowej kolumny z nazwą handlową oferowanych produktów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Zał. nr 3, Warunki graniczne dla odczynników, pkt 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby karty charakterystyk zostały dostarczone po podpisaniu umowy nie wraz z pierwszą dostawą? Uzasadnienie: Towar wysyłany jest z magazynu – gdzie pracownicy pakują towar nie wiedząc, która dostawa jest pierwsza.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Zał. nr 3, Warunki graniczne dla odczynników, pkt 14 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na 72 godziny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje warunki graniczne (załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia).

Pytanie nr 4

Zał. nr 3, Warunki graniczne dla odczynników, pkt 15 oraz zał. nr 8a §8 ust. 4 – Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z wzorem umowy czas na dostarczenie i odebranie reklamowanych odczynników to 48 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z modyfikacją warunków granicznych odczynników w pytaniu 3.

Pytanie nr 5

Zał. nr 3, Warunki graniczne dla analizatora podstawowego i zapasowego, pkt 22 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na 48 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Zał. nr 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie 'o ile dotyczy'? Uzasadnienie: Nie wszystkie produkty, np. materiały eksploatacyjne, wymagają dokumentów potwierdzających, że mogą być stosowane w placówkach ochrony zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

W związku z zapisem w formularzu asortymentowo-cenowym „do w/w ilości badań na dwóch analizatorach zgodnie z adnotacją dotyczącą parametrów w tym próbówki do przygotowania kału do ozn. Kalprotektyny, elastazy trzustkowej”, prosimy o informację czy nie nastąpiła pomyłka pisarska, ponieważ w wykazie badań nie ma oznaczeń kalprotektyny i elastazy trzustkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jest to omyłka pisarska.





Pytanie nr 8

Czy poprzez zapis „Odczynniki od jednego producenta nie mniej niż 80%, Zamawiający rozumie, że odczynniki i analizator mają stanowić spójny system analityczny i pochodzić od jednego producenta nie mniej niż 80%?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę, w której odczynniki do: CK; CKMB; ACP; Mleczany; Lipaza i UIBC wymagają mieszania ze sobą 2 płynnych składników przed wstawieniem na pokład analizatora?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 10

Czy zamawiający zaakceptuje ofertę, w której odczynnik do ACP nie jest wyposażony w kod kreskowy i wstawiany jest w przypisane mu miejsce w karuzeli odczynnikowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający zaakceptuje wykonywanie HbA1C tylko na analizatorze podstawowym?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający zaakceptuje analizator zapasowy wyposażony w 88 kuwet pomiarowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 13

Czy w związku z zapisem „Możliwość ciągłego dostawiania próbek w dedykowanych do analizatora statywach bez przerywania ciągłości pracy analizatorów, analizatory wyposażone w dodatkowe karuzele z chłodzeniem, bez dostępu światła, na badania CITO, kalibratory i kontrole identyfikowane za pomocą kodów kreskowych, Zamawiający wymaga analizatorów wyposażonych w statywy zróżnicowane kolorystycznie w zależności od materiału: próbki, kalibratory, kontrole?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 14

Czy w związku z zapisem „Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim” Zamawiający oczekuje złożenia oferty na analizator posiadający oprogramowanie w języku polskim?

Odpowiedź:

Tak





Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że analizator podstawowy o wydajności maksymalnej 800 oznaczeń fotometrycznych i zapasowy o wydajności maksymalnej do 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę spełnia wymagania Zamawiającego opisane w punkcie 3 SWZ.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowych elektrod referencyjnych i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i dodatkowe elektrody referencyjne są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 18

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatora biochemicznego na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zaoferowania analizatorów z wielorazowymi szklanymi kuwetami niewymagającymi okresowej wymiany w czasie trwania umowy dopuszcza możliwość interwencyjnej wymiany uszkodzonej pojedynczej kuwety przez serwis producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie.





Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że punkty oceniane za wymóg „elektrody bezobsługowe” spełniają elektrody, które nie wymagają żadnej dodatkowej obsługi poza czynnościami konserwacyjnymi i kalibracją, a dodatkowo elektroda referencyjna jest konserwowana w całości przez serwis producenta?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego odczynniki, które w ulotkach odczynnikowych nie posiadają informacji, że są przeznaczone do wykonywania oznaczeń w płynach z jam ciała. Natomiast oferowane analizatory są przeznaczone do „analizy próbek surowicy, osocza, moczu oraz innych typów próbek. Inne typy próbek odnoszą się do pozostałych płynów ustrojowych, takich jak np. płyn mózgowo-rdzeniowy, mieszczących się w zakresie lepkości surowicy”. Zarówno przeznaczenie analizatora jak i zakresy pomiarowe odczynników umożliwiają ich zastosowanie do diagnostyki różnego rodzaju płynów mimo braku zapisu szczegółowego, że służy do analizy płynów z jam ciała. Oferowany analizator posiada opcję automatycznego rozcieńczenia i zagęszczenia próbki badanej co zwiększa możliwości diagnostyczne oferowanego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe

Pytanie nr 22

Pytania do umowy – zał. nr 8a:

§2 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin przydatności do zużycia był nie krótszy niż 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż zmodyfikował załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia do SWZ (warunki graniczne odczynników, część nr 3).

Pytanie nr 23

Pytania do umowy – zał. nr 8a:

§3 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień przy pomocy sklepu internetowego „E-store”? Uzasadnienie: Zamawiający korzystając z tej opcji ma możliwość składania zamówień przez całą dobę, może kontrolować prawidłowość zamówienia: nr katalogowe i ceny, otrzymuje automatyczne informacje o statusie zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, ma możliwość śledzenia Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. Tel.: 22 355 15 00 Al. Jerozolimskie 181 A, 02-222 Warszawa Fax: 22 227 04 14 www.beckmancoulter.com Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000312057 Kapitał zakładowy 2 700 000 złotych NIP 527-25-81-485 przesyłki znajdującej się w dostawie, posiada dostęp do historii zamówień oraz dostęp do faktur oraz informacji o zaległych płatnościach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 24

Pytania do umowy – zał. nr 8a:

§4 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: „dostarczyć i zainstalować Urządzenie w Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary 41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1 w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy;”?





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25

Pytania do umowy – zał. nr 8a:

§8 ust. 1 – zgodnie z pytaniem nr 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż zmodyfikował załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia do SWZ (warunki graniczne odczynników, część nr 3).

Pytanie nr 26

Pytania do umowy – zał. nr 8a:

§8 ust. 2 pkt 1 oraz 2 – zgodnie z pytaniem nr 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na 72 godziny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Pytania do umowy – zał. nr 8a:

§8 ust. 3 i 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 28

Pytania do umowy – zał. nr 8a:

§8 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 29

Pytania do umowy – zał. nr 8a:

§9 ust. 1 pkt. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w wysokości 1% wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki względem terminów wskazanych w zamówieniach lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

§9 ust. 1 pkt. 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary i zmianę zapisu w następujący sposób: „w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 3 – w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego albo Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



Pytanie nr 30

Pytania do umowy – zał. nr 8a:

§9 ust. 1 pkt. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 3 – w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego albo Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 31

Pytania do umowy – zał. nr 8a:

§9 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Łączna maksymalna wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownych nie przekroczy 30% wysokości łącznego umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 3 umowy.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 32

Pytania do umowy – zał. nr 8a:

§9 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Poza przypadkami określonymi w przepisie art. 456 ustawy Pzp i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, bądź pozostałych postanowieniach Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy, i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 3 umowy, w przypadkach, gdy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 33

Pytania do umowy – zał. nr 8a:

§9 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie przez Wykonawcę różnicy kosztów wynikającej z powierzenia wykonania dostawy podmiotowi trzeciemu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na pokrycie przez wykonawcę kosztów i szkód poniesionych przez Zamawiającego wskutek niewykonania umowy i konieczności skorzystania z wykonania zastępczego.

ZESTAW NR 6

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Część 1, Warunki graniczne, pkt 6: Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy? Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub oświadczenie o zapewnieniu całodobowego dostępu online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem:”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.





Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Część 1, Parametry graniczne analizatora, pkt 22: Uprzejmie prosimy o ujednoczenie zapisu z Załącznikiem nr 8a do SWZ – wzór umowy dostawy towaru i najmu urządzeń §8 ust. 7 i zastąpienie zwrotu „a w przypadku awarii naprawa do 24 godzin od daty zgłoszenia” wyrażeniem „a w przypadku awarii naprawa do 48 godzin w dni robocze od chwili przystąpienia do naprawy”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje załącznik nr 8a do SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 8a do SWZ – wzór umowy dostawy towaru i najmu urządzeń §3 ust. 7: Czy Zamawiający pod pojęciem „protokół zdawczo-odbiorczy” rozumie dokument dostawy WZ potwierdzający ilość oraz rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4

Dotyczy Załącznika nr 8a do SWZ – wzór umowy dostawy towaru i najmu urządzeń §3 ust. 11 pkt 1): Czy Zamawiający dopuści kontakt e-mailowy w sprawach merytorycznych i informowania o potencjalnych zagrożeniach, w celu przyspieszenia przepływu informacji między Wykonawcą a Użytkownikiem w trakcie realizacji Umowy? Jeśli tak to prosimy o podanie adresu e-mail.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe i modyfikuje załącznik nr 8a do SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy Załącznika nr 8a do SWZ – wzór umowy dostawy towaru i najmu urządzeń §4 ust. 2: Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6

Dotyczy Załącznika nr 8a do SWZ – wzór umowy dostawy towaru i najmu urządzeń §6 ust. 15: Wykonawca wskazuje, iż długotrwały okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, czyni umowę szczególnie podatną na oddziaływanie czynników cenotwórczych. Prosimy zatem o modyfikację zapisu na zapis w brzmieniu: „W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

Dotyczy Załącznika nr 8a do SWZ – wzór umowy dostawy towaru i najmu urządzeń §7 ust. 3: Prosimy o wykreślenie zapisu „wraz z wymaganym dokumentem, o którym mowa w §3 ust. 7 umowy”. Wykonawca wskazuje, iż dokument potwierdzający fakt należytego wykonania dostarczenia i odbioru towaru (dokument dostawy) pozostaje w posiadaniu Zamawiającego w chwili dostawy i nie ma konieczności dostarczania go wraz z fakturą.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 8

Dotyczy Załącznika nr 8a do SWZ – wzór umowy dostawy towaru i najmu urządzeń §8 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby możliwość całodobowego zgłaszania awarii dotyczyła formy mailowej oraz faksu, a zgłoszenia awarii telefonicznie następowało w dni robocze od 7:30 do 17:00 a w dni wolne od pracy w godzinach 9:00 – 14:00? Jeśli tak prosimy o modyfikację zapisu na zapis w brzmieniu: „Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania awarii Urządzenia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem faksu bądź e-maila: Nr fax e-mail Zamawiający jest również uprawniony do zgłaszania awarii Urządzenia telefonicznie w dni robocze od 7:30 do 17:00 a w dni wolne od pracy w godzinach 9:00 – 14:00 Nr tel”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe i modyfikuje załącznik nr 8a do SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy Załącznika nr 8a do SWZ – wzór umowy dostawy towaru i najmu urządzeń §8 ust. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu naprawy, po którym Wykonawca jest zobowiązany do wstawienia urządzenia zastępczego po poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe i modyfikuje załącznik nr 8a do SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy Załącznika nr 8a do SWZ – wzór umowy dostawy towaru i najmu urządzeń §9 ust. 1 pkt 1): Prosimy o modyfikację niniejszego postanowienia i usunięcie zwrotu „umownego brutto określonego w § 6 ust. 3” Wykonawca wskazuje, iż zastrzeżenie kary umownej naliczanej od maksymalnego wynagrodzenia umowy ma charakter rażąco zawyżony.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

Dotyczy Załącznika nr 8a do SWZ – wzór umowy dostawy towaru i najmu urządzeń § 9 ust. 1 pkt 4): Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie po wyrażeniu „w wysokości 0,01%” zwrotu „wartości brutto pozostałej do realizacji umowy”. Prosimy również o zastąpienie zwrotu „za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki” wyrażeniem „za każdą rozpoczętą 6 godzinę zwłoki”. Naliczanie kary umownej za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki sprawia, że istnieje znaczna dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż modyfikuje załącznik nr 8a do SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy Załącznika nr 8a do SWZ – wzór umowy dostawy towaru i najmu urządzeń § 9 ust. 6 pkt 2): Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie poprzez dodanie po zwrocie „w terminie 48h” wyrażenia „w dni robocze z przyczyn zależnych od Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

ZESTAW NR 7

Pytanie nr 1

Dotyczy części 2

Prosimy o wyjaśnienie czy zapis (pkt.7. warunków granicznych odczynników) "Należy uwzględnić dodatkową ilość odczynników na wykonywanie badań w próbkach w których doszło do przekroczenia liniowości metody ok 40%" dotyczy testu DDimer. ? Zwracamy uwagę, że testy różnych producentów mają różne liniowości i im większa liniowość testu w pierwszym badaniu, tym mniejsza konieczna ilość "powtórek". Prosimy zatem o uzależnienie koniecznej liczby dodatkowych odczynników od podstawowego zakresu liniowości testu w pierwszym badaniu i szacunkowe określenie (np w %) próbek o wartościach:

- < 4000 ng/ml FEU

- pomiędzy 4000-7500 ng/ml FEU

-powyżej 7500 ng/ml FEU.

Informacje te są konieczne dla obliczenia właściwej ilości powtórek testów do DDimerów w zależności od oferowanego testu.

Odpowiedź:

PT zgodnie z procedurami producenta – 5% wyników badania jest poza zakresem, APTT zgodnie z procedurami producenta – 10% wyników badania jest poza zakresem,

D-Dimer - < 4000 ng/ml FEU mieści się 70% wyników

pomiędzy 4000-7500 ng/ml FEU mieści się 10% wyników

powyżej 7500 ng/ml FEU mieści się 30% wyników

Pytanie nr 2

Dotyczy części 2

Czy Zamawiający dopuści analizatory o wydajności 110 ozn h dla PT i APTT?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy części 2

Czy Zamawiający dopuści analizatory z 40 próbkami na pokładzie z możliwością ich ciągłego załadowywania/wyładowywania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy części 2

Czy Zamawiający dopuści analizatory z 26 chłodzonymi miejscami odczynnikowymi na pokładzie z możliwością ich ciągłego załadowywania/wyładowywania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

5.Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w par. 3 ust. 9 - Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi w czasie nie przekraczającym 24 h **w dni robocze**. Termin 24h wskazany w par. 3 ust. 9 jest zbyt krótki w przypadku weekendów, gdyż może być niemożliwy do spełnienia.





Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

ZESTAW NR 8

Pytanie nr 1

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem zawartym w pkt 2 Parametry graniczne analizatorów (załącznik nr 3 do SWZ) oraz opisem najmu zawartym tabeli formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ) Zamawiający wymaga także zapewnienia dwóch pipet multidozujących oraz dozownika do odczynnika LISS?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 2

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem zawartym w pkt 5 Parametry graniczne analizatorów (załącznik nr 3 do SWZ) oraz opisem najmu zawartym tabeli formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 3 do SWZ) Zamawiający dopuszcza dostarczenie termometru i wilgotnościomierza w postaci jednego urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

Prosimy o potwierdzenie, że wskazana ilość wydruków w pkt 10 Parametry graniczne analizatorów (załącznik nr 3 do SWZ) została uwzględniona w pkt 7 formularza asortymentowo-cenowego tj. 210 000 wydruków badań serologicznych?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie Pakietu nr 6 Zamawiający wymaga aby dostawy wszystkich zaoferowanych produktów odbywały się nie rzadziej niż raz na miesiąc wg załączonego do oferty/dostarczanego raz w roku harmonogramu dostaw na dany rok, a KRYTERIUM oceny ofert TERMIN DOSTAWY będzie dotyczył dostaw pilnych w trybie „CITO”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat



Prosimy o potwierdzenie, że dla produktów krwinkowych Zamawiający wymaga minimum 4 tygodniowego terminu ważności od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i jego siedzibą poza granicami RP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenie oprogramowania do obsługi Pracowni Serologii i Banku krwi wraz ze sprzętem komputerowym?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymaga oprogramowania do obsługi pracowni serologii i banku krwi wraz ze sprzętem komputerowym i innym wymaganym do pracy.

Pytanie nr 8

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

W związku z wymogiem całodobowej pomocy serwisowej (zał. nr 3 do SWZ, Parametry graniczne analizatorów, pkt 16 oraz opis najmu zawarty w formularzu asortymentowo- cenowym) Zamawiający dopuści aby była ona sprawowana 7 dni w tygodniu w godz. 8:00-20:00 (również w dni wolne i święta), a w pozostałych godzinach było możliwe zgłaszanie awarii/usterek w formie wiadomości tekstowej lub nagrania głosowego za pomocą systemu teleinformatycznego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 9

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

W związku z wymogiem zapewnienia pomocy serwisowej wraz z podaniem telefonu i danych osoby odpowiedzialnej (zał. nr 3 do SWZ, Parametry graniczne analizatorów, pkt 16) Zamawiający dopuści, aby w ofercie Wykonawca podał numer infolinii serwisowej bez podawania osób odpowiedzialnych, ze względu na fakt, iż praca na infolinii ma charakter zmianowy i pomoc serwisowa jest sprawowana przez wielu inżynierów serwisu zatrudnionych u Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 10

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności



metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

Prosimy o potwierdzenie, że podana w ilości badań w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnie „Ilość badań/ 3 lata” (załącznik nr 3 do SWZ) uwzględnia badania kontrolne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rubryka ilość badań na 3 lata podaje ilość badań na pacjenta. Należy doliczyć ilość asortymentu na wykonanie badania kontrolnych. Wykonawca musi doliczyć ilość asortymentu na wykonanie kontroli, kolumn i innych zgodnie z warunkami granicznymi pkt. 2. Kontrola wykonywana na 2 aparatach rano plus przeciwciała na jednym analizatorze wieczorem.

Pytanie nr 11

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający umożliwi zdalne połączenie do urządzeń wymagających diagnostyki w ramach zdalnego serwisu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza takie rozwiązanie pod podpisaniu stosowanych umów.

Pytanie nr 12

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

Prosimy o potwierdzenie, że w Zamawiający jako archiwizacja elektroniczna (pkt 11 parametrów granicznych analizatora – zał. nr zał. 3 do SWZ) oczekuje możliwości dodania skanu wyniku badania, protokołu badania, wyniku konsultacji i innych w postaci zdjęcia lub PDF oraz możliwością dodania załącznika w postaci DOC, XLS do badania / zlecenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższe.

Pytanie nr 13

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jako archiwizacja elektroniczna wyników (pkt 11 parametrów granicznych analizatora – zał. nr zał. 3 do SWZ) oczekuje możliwości podpisania badania w postaci PDF i zachowania go w zasobach bazy danych oferowanego systemu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza powyższego.

Pytanie nr 14

Dotyczy Części 6 – Dzierżawa automatycznego analizatora wraz z analizatorem zapasowym z wyposażeniem i zakupem odczynników do badań serologicznych z możliwością wykonania badań grup krwi i prób zgodności metodą mikrokolumnową, wraz z podłączeniem analizatorów do sieci informatycznej – na okres 3 lat

Prosimy o potwierdzenie, że po zakończeniu umowy Zamawiający oczekuje pozostawienia pliku bazy danych w sposób formalnie umożliwiający odtworzenie w ogólnodostępnym systemie SQL w celu dostępu do zgromadzonych w ramach tego postępowania danych?

Odpowiedź:

Tak.





ZESTAW NR 9

Pytanie nr 1

Dotyczy formularza cenowego dla pakietu 5.

Prosimy o potwierdzenie czy w kolumnie „ilość opakowań” Wykonawca podaje ilość opakowań do 2 miejsc po przecinku (jeśli wychodzą niepełne opakowania), bądź oczekuje zaoferowanie pełnych opakowań z zaokrągleniem w górę ofertowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje podania pełnych opakowań zaokrąglonych w górę.

Pytanie nr 2

Dotyczy próbek do pakietu nr 5, warunki graniczne nr 4.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od próbek do pozycji 20 – tylko i wyłącznie dla materiałów zużywalnych do aparatu do OB.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 5, warunki graniczne nr 9 – Karty charakterystyki

a. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu w zamian za przedstawienie strony www producenta do samodzielnego pobierania kart charakterystyki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

b. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie oświadczenia Wykonawcy o braku takich substancji dla produktów nie posiadających kart charakterystyki

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy warunków granicznych nr 12 dla pakietu nr 5.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu reklamacji do 3 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy warunku nr 10 do najmu aparatu dla pakietu nr 5.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu odbierania odpadów przez Wykonawcę. Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów systemu nie zaś usługa odbierania odpadów, do których niezbędne są odpowiednie zezwolenia itp

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy §3 ust. 7 wzoru umowy dostawy i dzierżawy.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności podpisywania protokołów i dołączania ich do faktury (§7 ust.3).



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy §9 ust. 3 umowy dostawy i dzierżawy.

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie sumy kar umownych do 40% wartości umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 8

Dotyczy §9 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy dostawy i dzierżawy.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na „ w wysokości 1% wartości zamówienia cząstkowego – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu, o którym mowa w §3 ust. 6 Umowy”. Zapis w jego pierwotnym stanie jest nieprecyzyjny i pozwala na obliczanie Zamawiającemu kary na dwa sposoby od wartości umowy (co jest zdaniem Wykonawcy karą nadmierną biorąc pod uwagę ilości pozycji w postępowaniu i czas trwania umowy) bądź od wartości zamówienia cząstkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9

Dotyczy §9 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy dostawy i dzierżawy.

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kary umownej od wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 próbkę z żelem separującym spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza próbkę z żelem separującym w poz. 1 .

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści w poz.14 igłę cienkościenną w rozmiarze 0,8? Igła cienkościenna w rozmiarze 0,8 posiada zdecydowanie większą średnicę wewnętrzną niż standardowa igła 0,8, dzięki czemu zapewnia ona przepływ krwi jak w standardowej igle w rozmiarze 0,9, a zachowuje taką samą średnicę zewnętrzną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści w poz. 15a zaferowanie igły systemowej z zabezpieczeniem przy igle, zamiast przy uchwycie? Analogiczne rozwiązanie jak w poz.14

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.





Pytanie nr 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie jakiej objętości strzykawkę do gazometrii w poz. 19 oczekuje, 1ml czy 3 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza objętość strzykawkę około 2-3 ml.

Pytanie nr 14

Czy zamawiający dopuści w poz.22 zaoferowanie kontroli zewnątrz laboratoryjnej wykonywanej co kwartał – tj. 4 razy do roku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie punktu 4 parametrów ocenianych, czy Zamawiający ma na myśli konstrukcję ograniczającą tzw. wolną przestrzeń próbki i związaną z tym aktywacją płytek? Oraz czy oczekuje potwierdzenia powyższego parametru w materiałach producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje konstrukcję ograniczającą tzw. wolną przestrzeń próbki i związaną z tym aktywacją płytek co ma być potwierdzone w materiałach..

**Dyrektor
ds. Ekonomicznych
i Zarządzania Majątkiem
Agnieszka Kozak**

