

Lublin, dnia 15.11.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

**Dotyczy: Dostawa aparatury medycznej – 2 części. Załącznik Nr 7.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych i ocenianych
Część 2 – Aparat KTG**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści aparat z głowicą TOCO wodoszczelną o zakresie 0-99. Poziom odniesienia: 10?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem kolorowy LCD nie dotykowym (sterowanie za pomocą pokręteł i przycisków na obudowie)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowaną drukarką format papieru: papier w formie składanki o długości 150mm. Jest to popularny format papieru KTG, stosowany m. in. w aparatach firmy Philips, Edan?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuści aparat z zapisem na pendrive w formacie umożliwiającym odczyt danych w dedykowanym oprogramowaniu dostarczanym razem z aparatem KTG?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający dopuści aparat zasilany zewnętrznym dedykowanym zasilaczem niemedycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający dopuści aparat ze statywem jednym malowanym proszkowo, 4 kółka w tym min. 2 z hamulcem, dwie półki na aparat KTG/akcesoria?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający dopuści aparat bez wbudowanych gniazd zasilających?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.