



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, 25.03.2022 r.

ZP.261.11.2022

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-40023195-a9d0-11ec-baa2-b6d934483bfb

dotyczy: postępowaniu prowadzonego w trybie podstawowym na **dostawę ambulansu transportowego wraz z wyposażeniem**. Znak sprawy ZP-TP/11/22

I. Działając w oparciu o art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania nosze umożliwiające transport pacjenta o znacznym wzroście, umożliwiające przygięcie głowy do klatki piersiowej , odgięcie głowy do tyłu, ułożenie na wznak bez możliwości dodatkowego przedłużenia noszy, zachowując tym samym wymaganą funkcjonalność?

Odp. Zamawiający dopuszcza nosze umożliwiające transport pacjenta o znacznym wzroście, umożliwiające przygięcie głowy do klatki piersiowej , odgięcie głowy do tyłu, ułożenie na wznak bez możliwości dodatkowego przedłużenia noszy.

2. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania nosze posiadające wysuwane uchwyty przednie i składane uchwyty tylne do przenoszenia noszy, zachowując tym samym wymaganą funkcjonalność?

Odp. Zamawiający dopuszcza nosze posiadające wysuwane uchwyty przednie i składane uchwyty tylne do przenoszenia noszy oraz składane barierki boczne.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania transporter umożliwiający prowadzenie na wprost i bokiem, zarówno poza budynkami, jak i w terenie otwartym, na kółkach o średnicy mniejszej niż 125 mm?

Odp. Kółka transportera muszą mieć średnicę min. 125 mm.

4. Czy Zamawiający wymaga transporter wyposażony w system automatycznego składania/rozkładania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych z wciskaniem przycisków czy zwalnianiem dźwigni i blokad podwozia, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę?

Odp. Zamawiający wymaga, aby transporter wyposażony był w system niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu, pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę.

5. Zamawiający opisując parametry wagowe noszy oraz transportera dopuszcza zaoferowanie zestawu o wadze (45 kg + 36 kg) wynoszącej nawet 81 kg. Zgodnie z aktualnymi zapisami normy PN-EN 1865-1+A1:2015, pkt. 4.2.3, maksymalna waga zestawu transportowego może wynosić do 51 kg. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wbrew **art. 36 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 Nr 191 poz. 1410)** oraz niezgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia Nr 179/2020/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, dopuści do zaoferowania nosze i transporter, niespełniające wszystkich wymagań aktualnej zharmonizowanej Normy PN-EN 1865-1+A1:2015

4.2.3 Mass

The mass excluding mattress and patient restraints shall not be more than:

- Stretcher part: 23 kg;
- Undercarriage including stretcher: 51 kg max (combined weight);
- Stretcher part with integrated undercarriage: monoblock 45 kg.

NOTE In all cases the mass should be as low as possible.

Odp: Zamawiający rezygnuje z określenia maksymalnej wagi noszy głównych oraz transportera noszy głównych. Zaoferowana waga zestawu transportowego musi spełniać wymagania normy PN EN 1865-1+A1:2015-08.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż pierwotnie wyspecyfikowane w dokumentach zamówienia, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień lub modyfikacji treści SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia dokonanych zmian w treści Załącznika nr 2 do SWZ oraz zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i nr pytania).

- II. Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

1. Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Formularza parametrów wymaganych, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ:

1) Pkt. XVI. 6 otrzymuje brzmienie:

„Wyposażone w podgówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający przedłużenie powierzchni leża w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne. Zamawiający dopuszcza nosze główne posiadające zamiast podgówek umożliwiającego przedłużenia powierzchni leża, zagłówek umożliwiający odgięcie

głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak, posiadający odpinany stabilizator głowy. Zamawiający dopuszcza nosze główne umożliwiające transport pacjenta o znacznym wzroście, umożliwiające przygięcie głowy do klatki piersiowej, odgięcie głowy do tyłu, ułożenie na wznak bez możliwości dodatkowego przedłużenia noszy.”

2) Pkt. XVI. 7 otrzymuje brzmienie:

„Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne. Zamawiający dopuszcza nosze posiadające wysuwane uchwyty przednie i składane uchwyty tylne do przenoszenia noszy oraz składane barierki boczne.”

3) Pkt. XVI. 10 otrzymuje brzmienie:

„Waga oferowanych noszy zgodnie z wymogami normy PN EN 1865-1+A1:2015-08”

4) Pkt. XVII. 11 otrzymuje brzmienie:

„Waga transportera zgodnie z wymogami normy PN EN 1865-1+A1:2015-08”

Pozostałe zapisy SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.