



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, 25 października 2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**e-mail: platforma zakupowa**

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemiedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 40/PN/2022.**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**1) Dotyczy Zadania nr 54, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie kołder o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierny dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z urządzeniem Bair Hugger - system mocowania za pomocą velcro

Prosimy o dopuszczenie kołdry wielodostępowej o wymiarach 217x91 cm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** kołder o parametrach opisanych powyżej.

## 2) Dotyczy Zadania nr 54, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kołder o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierne dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z urządzeniem Bair Hugger - system mocowania za pomocą velcro

Prosimy o dopuszczenie kołdry wielodostępowej o wymiarach 217x91 cm

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** kołder o parametrach opisanych powyżej.

## 3) Dotyczy Zadania nr 54, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie kołder o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierne dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z urządzeniem Bair Hugger - system mocowania za pomocą velcro

Prosimy o dopuszczenie kołdry wielodostępowej o wymiarach 217x91 cm

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** kołder o parametrach opisanych powyżej.

#### **4) Dotyczy Zadania nr 54, poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie kołder o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierne dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z urządzeniem Bair Hugger - system mocowania za pomocą velcro

Prosimy o dopuszczenie kołdry wielodostępowej o wymiarach 195x100 cm

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** kołder o parametrach opisanych powyżej.

#### **5) Dotyczy Zadania nr 54, poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie kołder o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierne dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z urządzeniem Bair Hugger - system mocowania za pomocą velcro

Prosimy o dopuszczenie kołdry wielodostępowej o wymiarach 195x1008 cm

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie dopuszcza** kołder o parametrach opisanych powyżej.

**6) Dotyczy Zadania nr 54, poz. 6**

Prosimy o odstąpienie od zapisu „czujnik jedнокrotnego użytku do zastosowania z termometrem do pomiaru temperatury głębokiej Bair Hugger 37010; złożony z dwóch warstw pianki do zastosowań medycznych oraz elastycznego obwodu, dwa skalibrowane termistory, pamięć trwała; rezystancyjny obwód grzewczy; technologia nieinwazyjna, pomiar ciągły; rozmiar czujnika: 4,1 cm średnicy, 0,5 cm grubości; materiał: pianka medyczna, klej medyczny, elastyczny obwód PET, port cyfrowy - wyjście cyfrowe 0 (-12 do +12); czas wyrównania temperatury ok. 3 min; zakres pomiaru: 25°C-43°C; termin ważności czujnika - 36 miesięcy”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na odstąpienie od powyższego wymogu.

**7) Dotyczy Zadania nr 55, poz. 5, 6, 7, 8**

Prosimy o podanie technologii w jakiej ma pracować czujnik.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że obecnie używa czujników producenta Masimo oraz ECONET.

**8) Dotyczy Zadania nr 55, poz. 7, 8, 11**

Prosimy o wydzielenie pozycji 7, 8, 11 do oddzielnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydzielenie pozycji 7, 8, 11 do oddzielnego zadania.