



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 23

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/ 3121 /2022

Data: 28.07.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2062/2022

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 1 Poz. 6 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli w rozmiarze 1,7x45mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 1 Poz. 7 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli w rozmiarze 2,1x45mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 1 Poz. 8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści wycenę standardowej kaniuli ze skrzydełkami, wykonanej z FEP, bez portu bocznego, w rozmiarze 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 1 Poz. 8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli bez skrzydełek, wykonanej z FEP, bez portu bocznego, w rozmiarze 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 2 Poz. - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli w rozmiarze 0,7x19mm, przepływ 23ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 6 – dotyczy Pakietu 2 Poz. - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli pediatrycznej bezpiecznej wykonanej z FEP, z 2 paskami RTG, w rozmiarze 26G 0,6x19mm, przepływ 17ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 7 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 5 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę), ale nie wymaga.

PYTANIE nr 8 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 6 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę 50ml MARGOMED Luer-Lock, powszechnie stosowanych w szpitalach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 9 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 7 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę bursztynowych 50ml MARGOMED Luer-Lock, powszechnie stosowanych w szpitalach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 10 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę pakowanych w opakowania x 20szt., karton zbiorczy x 240szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 11 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 9 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę cewnikowych 100ml z łącznikiem Luer-Lock innego producenta niż Polfa, z końcówką strzykawki ściętą standardowo/prosto?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 12 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 10 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę bursztynowych 50ml MARGOMED Luer-Lock, powszechnie stosowanych w szpitalach?

Odpowiedź: Pakiet 5 poz. 10 nie dotyczy strzykawkę 50 ml. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 13 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 15,16 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę pakowanych x 25szt., opakowanie zbiorcze x200szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 14 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 18 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę 100ml z końcówką Luer-Lock?

Odpowiedź: Pakiet 5 nie zawiera poz.18.

PYTANIE nr 15 – dotyczy Pakietu 5 Poz. 18 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawkę 100ml cewnikowych z końcówką Luer?

Odpowiedź: Pakiet 5 nie zawiera poz.18.

PYTANIE nr 16 – dotyczy Pakietu 7 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający wymaga asortymentu jednego Producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga asortymentu jednego Producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności.

PYTANIE nr 17 – dotyczy Pakietu 7 Poz. 8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,3x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 18 – dotyczy Pakietu 7 Poz. 8 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,5x16mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 19 – dotyczy Pakietu 9 Poz. - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę op. x 50 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.



PYTANIE nr 20 – dotyczy Pakietu 11 Poz. - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Czy Zamawiający dopuści wycenę op. x 100 szt. z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi
i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

Z poważaniem