



## REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl  
centrala: (012) 261-88-00

Kraków, 03.07.2023r.

### ZMIANA TREŚCI SWZ DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

#### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-17/23

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 137 ust. 1 w zw. z art. 137 ust. 2 i art. 137 ust. 4 w zw. z art. 137 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 r., poz. 1710) dalej „ustawa”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, w wprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę odczynników do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV, HCV, HIV w pulach osocza metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, archiwizacją materiału badanego oraz dzierżawą niezbędnej aparatury z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem** (znak sprawy j. w.), zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

Sekcja IV SWZ otrzymuje brzmienie:

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
**„Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV, HCV, HIV pulach osocza metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi, archiwizacją materiału badanego oraz dzierżawą niezbędnej aparatury z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem.”**
2. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia dotyczące przewidywanych ilości, parametrów jakościowych zawiera Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. Ilekroć Zamawiający w treści SWZ wskazuje konkretne normy lub procesy lub produkty, które mogłyby prowadzić do ograniczenia konkurencji, postanowienia te należy interpretować jako wymagania przykładowe. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem spełnienia przez zaoferowany przedmiot wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego. Ciężar dowodu w przedmiotowym zakresie spoczywa na Wykonawcy.
4. Zamawiający informuje, że maksymalne obciążenie użytkowe stropów w pomieszczeniu nad II piętrzem, w którym system diagnostyczny będzie posadowiony wynosi 200kg/m<sup>2</sup>. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu diagnostycznego (analyzera) o masie przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe stropów jedynie w przypadku złożenia wraz z ofertą ekspertyzy budowlanej sporządzonej przez PROBADEx-KRAKÓW Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Niepołomicach ul. Mokra 20, poczta 32-005 Niepołomice, e-mail: konstrukcja@probadex.pl. Treść ekspertyzy musi wskazywać na możliwość posadowienia systemu diagnostycznego (analyzera) we wskazanym pomieszczeniu. Ekspertyza nie może mieć charakteru warunkowego, wariantowego czy wprowadzać jakichkolwiek warunków co do okoliczności przyszłych i niepewnych.
5. Zamawiający wskazuje następujące miejsca posadowienia systemu diagnostycznego (analyzerów): pok. 3.6 III p., Budynek przy ul. Rzeźniczej 11 w Krakowie.
6. W przypadku poniesienia szkody w związku z niemożnością wykonywania badań w laboratoriach Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy tej szkody poprzez zapłatę różnicy pomiędzy badaniami zleconymi na zewnątrz, a badaniami wykonywanymi w laboratoriach Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.



## REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rcsik.krakow.pl  
centrala: (012) 261-88-00

---

10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania wymogu o którym mowa w art. 95 ustawy.
11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania wymogu o którym mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy.
12. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art.94 ustawy.
13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy polegających na dostawie odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań w kierunku RNA HAV i DNA Parvo B19 w pulach osocza o wartości nieprzekraczającej 30% zamówienia podstawowego.
14. Oznaczenie kodowe CPV: **38434000-6- Analizatory, 33124110-9 - Systemy diagnostyczne, 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne, 33696200-7 - Odczynniki do badania krwi.**
15. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu odczynników, materiałów zużywalnych w ilości nie mniejszej niż 80% prognozowanego zużycia. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych odczynników do wartości nie przekraczającej 33% wartości zamówienia podstawowego. Prawo opcji wykonywane będzie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

Niniejsze zmiany stanowią integralną treść specyfikacji warunków zamówienia. Jednocześnie zamawiający informuje, że na stronie postępowania zostało udostępnione ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2023/S 125-397044 z dnia 03.07.2023r..

Z up.

mgr Robert Kochański  
Specjalista ds. Zamówień Publicznych  
RCKiK w Krakowie