



Znak: AE/ZP-27-30/23

Tarnów, 2023-05-10

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych.**

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL 1,5 przy spełnionych pozostałych parametrach?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 240mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL $\leq 1,5$?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarach S-XL?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rękawice były środkiem ochrony indywidualnej?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rękawice na opakowaniu miały potwierdzenie spełnianych norm (normy potwierdzone dokumentacją techniczną)?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice klasy Is?
8. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice o AQL 1,5?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane na palcach i dłoni?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia na opakowaniu zgodności z normą EN 420 (potwierdzone dokumentacją techniczną)?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe AQL 1,5?
12. **Dotyczy załącznik nr 1 i kolumna nr 4 oraz SWZ pkt 6.1** Prosimy o doprecyzowanie terminu związania umową/ wymaganych ilości asortymentu. Formularz cenowy wskazuje na ilości asortymentu na okres 6ciu miesięcy natomiast SWZ wskazuje na okres dostaw 12mcy. Czy to oznacza że ilości z formularza cenowego należy podwoić?
13. **Dotyczy SWZ 22.1** Zwracamy się z prośbą o podanie częstotliwości zamówień w miesiącu. Pozwoli to nam oszacować koszty dostaw a tym samym zaoferować odpowiednią cenę sprzedaży. Jednocześnie prosimy o określenie sposobu dostawy asortymentu. Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu.) Czy Zamawiający oczekuje dostaw paczkami czy też dopuszcza możliwość dostaw paletami?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Zamawiający nie określił czy rękawiczka ma być pudrowana od wewnątrz czy bez pudrowa. Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie opisu.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 2 Załącznika nr 4 do SWZ dla rękawic oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 1.**
- Ad. 2** Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące długości (pkt 3 Załącznika nr 4 do SWZ) rękawic oferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.**
- Ad. 3** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 2 Załącznika nr 4 do SWZ dla rękawic oferowanych w **Pakiecie Nr 2 poz. 1.**
- Ad. 4** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2 poz. 1** rękawic w rozmiarach: S, M, L, XL, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.
- Ad. 5** Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 4 Załącznika nr 4 do SWZ dla rękawic oferowanych w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** w zakresie środka ochrony osobistej..



Ad. 6 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 8 Załącznika nr 4 do SWZ dla rękawic oferowanych w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.**

Ad. 7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** rękawic klasy Is, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 8 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 2 Załącznika nr 4 do SWZ dla rękawic oferowanych w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.**

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** rękawic mikroteksturowanych na palcach i dłoni, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 10 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 9 Załącznika nr 4 do SWZ dla rękawic oferowanych w **Pakiecie Nr 4 poz. 1.**

Ad. 11 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w pkt 2 Załącznika nr 4 do SWZ dla rękawic oferowanych w **Pakiecie Nr 1 poz. 1.**

Ad. 12 Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z póź. zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/ W Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SWZ w Pakiecie Nr 1, 2, 3, 4 w nagłówku tabeli w kolumnie 4 **zapis o treści:** „Ilość na okres 6 miesięcy”.

zmienia na zapis: „Ilość na okres 12 miesięcy”.

Ad. 13 Zamawiający nie jest w stanie określić liczby dostaw w miesiącu – w warunkach szpitalnych zbyt wiele zmiennych wpływa na zapotrzebowanie na dany asortyment. W pkt 22.1 SWZ Zamawiający określił, że dostawy mają się odbywać loco magazyn Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawy paczkami jak i paletami.

Ad. 14 Zamawiający nie określił czy rękawiczka zaoferowana w **Pakiecie Nr 4 poz. 1** ma być pudrowana od wewnątrz czy bez pudrowa ponieważ dopuszcza oba rodzaje pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SWZ.

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.12 działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z póź. zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 16.05.2023r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 16.05.2023r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.06.2023r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 16.1., 17.1., 18.1., Załączniku Nr 1 oraz działając na podstawie art.286 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź.zm.) zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu Załącznik Nr 1 do SWZ – Formularz Cenowy po zmianie treści SWZ.

gk

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

