



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271

☎ 32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 12.04.2023 r.

DZP – 12/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa wyrobów medycznych - uzupełnienie

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu z oddzielnie dostarczonymi fartuchami?

Skład zestawu: 1 serweta samoprzylepna min. wym. 150 x 240 cm, 1 serweta samoprzylepna min. wym. 170 x 175 cm, 2 serwety samoprzylepne min. wym. 75 x 90 cm , **1 przylepna taśma mocująca 9x50cm;** 2 ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm, 1 obłożenie na stolik MAYO 80x140 (+/- 5 cm) w formie worka **złożonego** w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki. Zestaw owinięty w nakrycie stolika narzędziowego o min. wym. 140 x 190 cm. Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa+ włóknina polipropylenowa) o min. gramaturze 53g/m², odporność na penetrację płynów min. 150 cm H₂O.

Oddzielnie pakowane: 2 fartuchy chirurgiczne rozmiar L i jeden fartuch chirurgiczny XL wykonane z włókniny typu **SMMMS** o min. gramaturze 35 g/m². Rękawy zakończone elastycznymi mankietami z poliestru. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającą związanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, przy szyi **rzep** umożliwiający regulację.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania niżej opisanego fartucha, minimalnie **różniącego się** od opisanego w SWZ?

Fartuch chirurgiczny jałowy, pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej typu **SMMMS** o gramaturze min. 35 g/m², z elastycznymi mankietami z dzianiny min. **6cm**. Rzepy przy szyi umożliwiające regulację **2,5cm i 10-12,5cm** Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, wiązany na troki zgrzane ultradźwiękowo, umieszczone w specjalnym kartoniku. W opakowaniu 2 ręczniki celulozowe do osuszania rąk **oraz wewnętrzne owinięcie z papieru krepowego**. Rozmiar M- dł. **125cm**, L – **135 cm**, XL – **145 cm**, XXL- 155 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 6 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, iż w opisie przedmiotu zamówienia w poz. 3 doszło do omyłki i zamawiający wymaga zaoferowania fartuch jałowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha niesterylne, ale dopuszcza sterylne.

Pytanie nr 4 – dot. Pakiet nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania niżej opisanego fartucha, minimalnie **różniącego się** od opisanego w SWZ?

Fartuch chirurgiczny **jałowy**, pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej typu **SMMMS** o gramaturze min. 35 g/m², z nieprzemakalnymi wstawkami z przodu i przedramionach o gramaturze **50g/m²**, z elastycznymi mankietami z dzianiny min. **6** cm. Rzepy przy szyi umożliwiające regulację **2,5cm i 10-12,5cm** Szwy wykonane ultradźwiękowo. Tylne części fartucha zachodzące na siebie, konstrukcja fartucha zapewnia zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, wiązany na troki zgrzane ultradźwiękowo, umieszczone w specjalnym kartoniku . Rozmiar M- dł. **126** cm, L - **137**cm, XL – **147**cm, XXL- 155 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dot. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w PAKIECIE NR 13 - implanty do stabilizacji międzywyrostkowej kręgosłupa lędźwiowego – DEPOZYT dopuszcza możliwość złożenia oferty na: Implant wykonany z PEEK o szerokości 13mm i wysokościach 8, 10, 12, 14, 16mm. Służy do mocowania między wyrostkami poprzecznymi kręgow, zbudowany z dwóch części polimerowych zespolonych tytanową osią. Implant dostosowany do implantacji na poziomie L1-L5. Części te stanowią blok zaopatrzony w równoległe płaszczyzny nośne oraz okalające je z przedniej strony ramiona naprowadzająco-pozycjonujące, a z drugiej strony ramiona zabezpieczające. Implant po otwarciu blokuje się na wyrostkach stabilizując cały segment kręgosłupowy i tworząc ze sobą układ w kształcie litery H. Ramiona po rozłożeniu tworzą wraz z korpusem swoistą „kołyskę”, w której znajduje się wyrostek kolczysty, zabezpieczając implant przed przemieszczeniem oraz wysunięciem z przestrzeni międzywyrostkowej. Implant zapewnia instalowanie małoinwazyjne, dostęp jednostronny, przy zachowaniu więzadła nadkolczystego, nie wymaga dodatkowych elementów zabezpieczających przed wysunięciem. ImplantY dostarczane w wersji sterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dot. Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuść zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy (185cm H₂O)
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Gramatura serwet 65g/m²
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

30x60 cm, taśma przyklepna 5 x 100 cm;

- 1 kieszeń dwukomorowa samoprzylepna 30 x 40 cm;
- 1 fartuch chirurgiczny standard, z włókniny typu SMS, rozm. L;
- 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione, z włókniny typu SMS z nieprzemakalnymi wstawkami, rozm. XL;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przyklepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dot. Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach;

M – 115 cm

L – 127 cm

XL – 135 cm

XXL – 140 cm

Pozostałe wymaganie zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dot. Pakiet nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach;

M – 115 cm

L – 127 cm

XL – 135 cm

XXL – 140 cm

Pozostałe wymaganie zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dot. Pakiet nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2, poz. nr 1-4: Siatkę, do naprawy przepuklin pachwinowych i brzusznych, niewchłaniającą, polipropylenową, monofilamentową, lekką, grubość siatki 0,40 mm, porowatość 86,7%, wielkość porów max 2,98 mm, gramatura 48 g/m², grubość nici 120 μm, bez niebieskiej nici, w rozmiarach zgodnych z SWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 10 – dot. Pakiet nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2, poz. nr 5: Siatkę do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, dociętą, niewchłaniającą, polipropylenową, monofilamentową, ukształtowaną anatomicznie z otworem na powrózek, o grubości 0,53 mm, gramaturze 88 g/m², porowatości 82%, wielkości porów max 2,22 mm, grubości nici 120 µm, w rozmiarze 5 x 11 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 – dot. Pakiet nr 2, poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2, poz. 6,7: Siatkę do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, wewnątrztrzewnową, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową, z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylen (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,62 mm, gramaturze średniej 108 g/m², porowatości 85%, wielkości porów max 1,36 mm, z grubości nici 120 µm i 180 µm, oznaczeniem strony implantacji, posiadającą pamięć kształtu, w rozmiarze:

Poz. nr 6: fi 12 cm,

Poz. nr 7: 14 x 18 cm/owal

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 – dot. Pakiet nr 10, poz. 1

Czy zamawiający w postępowaniu Dostawa wyrobów medycznych - uzupełnienie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, nr sprawy DZP - 12/2023, pakiet 10, pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie kleju tkankowego o objętości 4 ml i składzie proporcjonalnie 2 razy większym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 – dot. Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z fartuchami zawierający

1 fartuch chirurgiczny standardowy rozmiar L (130cm) i 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione XXL (152cm) wykonane z tkaniny typu SMS (SSMMS) o min. gramaturze 35 g/m². Fartuchy posiadają zapinanie na szyi za pomocą rzepu wielokrotnego użytku z możliwością dużego zakresu regulacji zapięcia. Obłożenie w formie worka złożone w sposób umożliwiający aplikację zgodną z zasadami aseptyki. Pozostałe składowe i parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 – dot. Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej typu SMS (SSMMS) z elastycznymi mankietami z dzianiny 7,5 cm (+/-1cm). Rzep przy szyi umożliwiający regulację min. 9,5 cm. Rozmiar M- dł. 120 cm, L - 130 cm, XL - 140 cm, XXL- 152 cm +/- 2 cm.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 – dot. Pakiet nr 6, poz. 3

Czy w opisie przedmiotu zamówienie nie doszło do pomyłki i zamiast fartucha jałowego jest niejałowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha niejałowy, ale dopuszcza jałowy.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 16 – dot. Pakiet nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny **jałowy**, pełnobarierowy z włókniny polipropylenowej typu SMS (SSMMS) o gramaturze min. 35 g/m², z nieprzemakalnymi wstawkami z przodu i na przedramionach o gramaturze 38 g/m², z elastycznymi mankietami z dzianiny 7,5 cm (+/-1,5). Rzep przy szyi umożliwiający regulację min. 9,5 cm. Rozmiar M- dł. 120 cm, L - 130 cm, XL - 140 cm, XXL- 152 cm +/- 2 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dot. Pakiet nr 6, poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego z fartuchami o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm z włókniny spunlace

1 x fartuch chirurgiczny standard, L

2 x fartuch chirurgiczny standard, XL

Fartuchy z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², w okolicy karku zapięcie na standardowy rzep.


Pozostałe parametry fartuchów zgodne z opisem.

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dot. Pakiet nr 6, poz. 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w rozmiarach i długościach: M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm, XXL – 157 cm (tolerancja wymiarów +/- 3 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 – dot. Pakiet nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów jałowych, spełniających pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 – dot. Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 1 pod pojęciem „Nić pojedyncza, syntetyczna, polipropylenowa, niewchłaniałna” rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłaniałny, jednowłóknowy z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 21 – dot. Pakiet nr 1, poz. 2, 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 2 i 3 pod pojęciem „Nić pleciona, syntetyczna z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana, wchłaniana. Okres podtrzymywania tkankowego ok. 14 dni w 75%, okres wchłaniania 56-70 dni.” rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, udokumentowany w instrukcji obsługi okres podtrzymywania tkankowego do 35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 – dot. Pakiet nr 1, poz. 4 i 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 4 i 5 pod pojęciem „Nić pojedyncza syntetyczna z poliestru polidwuoksanonu o okresie podtrzymywania tkankowego 50% około 6 tygodni, wchłanialna w czasie ok.180-210 dni.” rozumie i będzie wymagał szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 – dot. Pakiet nr 1, poz. 4 i 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 4 i 5 dopuści również podwiązki endoskopowe z aplikatorem o długości nici 53cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 – dot. Pakiet nr 13

Czy w pakiecie nr 13: Implanty do stabilizacji międzywyrostkowej kręgosłupa lędźwiowego - DEPOZYT Zamawiający dopuści zaoferowanie przedmiotu zamówienia wg następującego opisu: Dynamiczna stabilizacja do rozpierania wyrostków kolczystych za pomocą sterylnej niemetalowej protezy międzykręgowej:

- Elastyczny, niemetalowy atraumatyczny implant do rozpierania wyrostków kolczystych,
- Budowa jednoelementowa - symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa,
- Mocowanie implantu za pomocą atraumatycznych linek, będących integralną częścią implantu, końcówki linek wyposażone w igły wygięte w hak,
- Elastyczny materiał części nośnej implantu: silikon, materiał linek i powłoki implantu: siatka poliestrowa,
- Wysokości od 8 do 16 mm ze skokiem co 2 mm,
- Implant dostarczany w sterylnym opakowaniu,
- W instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia bez uszkodzania i z zachowaniem więzadła tylnego,
- W instrumentarium dystraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych,
- Komplet: 1 implant międzytrzonowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 25 – dot. Pakiet nr 7, poz. 1

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony składanej teleskopowo o wymiarach 13x235cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 – dot. Pakiet nr 7, poz. 2

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej pokrowca na aparaturę RTG z gumką o wymiarach 76x91cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 – dot. Pakiet nr 7, poz. 3

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej pokrowca na aparaturę RTG z gumką o wymiarach 127x64cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 – dot. Pakiet nr 7, poz. 4

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na ramię C o wymiarach 104x188cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 – dot. Pakiet nr 7, poz. 5

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnej osłony na mikroskop z soczewką Vari-Lens 2 o średnicy 65mm i wymiarach 122x305cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30 – dot. Pakiet nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje sterylnej osłony na sondę USG o wymiarach 10 cm x 244 cm, sterylny zestaw zawiera :osłonę na głowicę USG - 1 sztuka, serweta o wymiarach: 40 cm x 40 cm - 1 sztuka, sterylny żel do USG 20 g - 1 sztuka, gumki i taśmy do mocowania osłony po 2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 – dot. Pakiet nr 12, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje sterylnej osłony na głowicę ultrasonograficzną w rozmiarze 10cm x 240 cm, bezłateksowej, składanej teleskopowo, pakowanej pojedynczo, w zestawie ze sterylnym żel do USG, paskiem adhezyjnym (warstwa lepna), samoprzylepnymi taśmami mocującymi, gumkami mocującymi oraz sterylną serwetą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 – dot. Pakiet nr 12, poz. 1 - dot. Projektu Umowy § 3 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 33 – dot. Projektu Umowy § 3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„ W przypadku odmowy realizacji dostawy lub jej części Wykonawca w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin roboczych od otrzymania zamówienia, poinformuje o tym fakcie Zamawiającego faksem lub e-mailem. W takim przypadku Zamawiający może dokonać zakupu wraz z dostawą u innego Dostawcy

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



**Województwo
Śląskie**

obciążając Wykonawcę różnicą ceny wynikającą z zakupu u tego Dostawcy. Różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego asortymentu wynikającej z załącznika nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku zakupu zastępczego nie stosuje się zapisów umowy z §8 ust. 1. ”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 34 – dot. Projektu Umowy § 8 ust. 1 ppk.1.7 – pakiet 1-12

Umowa przewiduje okres obowiązywania 12 miesięcy, w tym okresie mogą nastąpić przypadki losowe (kolizje drogowe, warunki atmosferyczne i inne), które mogą spowodować opóźnienie w dostawie. W odniesieniu do uprawnień wynikających z projektu umowy w zakresie obciążenia Wykonawcy karami umownymi oraz dokonania przez Zamawiającego zakupu zastępczego na koszt Wykonawcy wnosimy o usunięcie zapisu z punktu 1.7 dotyczącego naruszenia obowiązku opisanego w treści §3 ust.8 ze względu na fakt, że Wykonawca zgodnie z §8 ust. 1 ppk.1.1 projektu umowy poniesie konsekwencje związane z niewykonaniem dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 35 – dot. Projektu Umowy § 9 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 9 ust. 2 Zamawiający ma prawo do zrealizowania przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy u innego dostawcy, co jest równoznaczne z rezygnacją z wykonania dostawy. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.2”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 36 – dot. rozdziału X pkt.1 b

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty wymaganych w pkt.1b dokumentów na rzecz przedstawienia oświadczenia tak jak w przypadku produktów leczniczych i zmieni treść zapisu w pkt.1b na następujący:

b) Oświadczenie, że oferowany sprzęt/wyrób medyczny spełnia wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974), obowiązujące w Polsce jak i w Unii Europejskiej, a więc posiadają wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu, atesty i świadectwa ich stosowania np. Deklarację zgodności CE. Dokumenty potwierdzające powyższe zostaną przedstawione na każde wezwanie Zamawiającego do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37 – dot. pakietu nr 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Opis	Ilość
SERWETA o gramaturze 56 g/m2, 240X150CM PRZYLEPIEC	1
SERWETA o gramaturze 56 g/m2, 180X170CM PRZYLEPIEC	1
SERWETA o gramaturze 56 g/m2, 90X75CM PRZYLEPIEC	2
POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 24GSM 50MIC Z 1 WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI	1
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1
TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL	1
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD L	1
MATODRESS FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD XL	2

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Gramatura 56g/m², wykonana z włókniny polipropylenowej oraz folii polietylenowo-polipropylenowej – rozciąganie na sucho: 75 N rozciąganie na mokro: 80 N, odporność na przenikanie cieczy 250 H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 150, chłonność 570%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Janusz Kuśmierz

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie