



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 30.09.2022 r.

**Znak sprawy Nr RPoZP 25/2022**

**Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 17**

**PYTANIE 1** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 26 poz. 1,10,12, serwet wykonanych z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min.73g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro min. 143/118 kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 999 cm H<sub>2</sub>O.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.**

**PYTANIE 2** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 26 poz. 2-7,11,13,14,16- 21 serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m<sup>2</sup>, odporności na przenikanie cieczy min. 200 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho/mokro min. 89/61 kPa, odporności na rozrywanie wzdłuż/poprzecznie min. 87/48 N.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.**

**PYTANIE 3** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 26 poz. 2-7,11,13,14,16- 21 serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, odporności na przenikanie cieczy min. 990 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho/mokro min. 105/83 kPa, odporności na rozrywanie wzdłuż/poprzecznie min. 46 N.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.**

**PYTANIE 4** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 26 poz. 15 ręcznik celulozowe o gramaturze min.70g/m<sup>2</sup>, pakowane po 2szt. o wymiarach 30x35 cm . PANEP s.r.o. Sp. z o.o. Oddział w Polsce 1 Dywizji Pancerniej 45 43-382 Bielsko - Biała Tel.: +48 33 816 07 82, fax: +48 33 822 06 04 [www.panep.pl](http://www.panep.pl)

**Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

**PYTANIE 5** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 26 poz. 9 taśmę samoprzylepną 10x50 cm pakowaną po 1szt. w opakowaniu zbiorczym 300 szt. zamiast 70.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.**



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

---

PYTANIE 6 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 26 poz. 12 serwetę trójwarstwową o wym. 200x200 cm lub 200x240 cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.**

PYTANIE 7 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 26 poz. 12 serwetę dwuwarstwową o wym. 200x200 cm lub 200x240 cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza w/w asortymentu.**

PYTANIE 8 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 26 poz. 22 prześcieradło ochronne, laminowane o wym. 80x200 cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza w/w asortyment.**

KOMENDANT

  
płk mgr Krzysztof Jurkowski

BD 91/ 810 59 82