



MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK
MEDYCZYNY PRACY
SPZOZ

Płock, dnia 27.05.2022 r.

Do Wykonawców

Znak sprawy: ZP.264.17.2022

Dotyczy: dostawy sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5

W związku z nadesłanymi pytaniami odnośnie wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu jw. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania Wykonawców:

1. Część 1, pozycja 4-9- Czy zamawiający dopuści opak. 50 sztuk z przeliczeniem ilości?
2. Część 1, pozycja 4-9- Czy zamawiający miał na myśli Igły iniekcyjne : 0,5x 25, 07x30,0,9x40,1,2x 40, 0,7x40, 0,8x40?
3. Część 1, pozycja 18- Czy zamawiający dopuści kompresy 10x 10 x 2 szt.?
4. Część 1, pozycja 18- Czy zamawiający dopuści kompresy 10x 10 x 5 szt.?
5. Część 1, pozycja 19- Czy zamawiający dopuści lancety pakowane po 50 sztuk z przeliczeniem ilości?
6. Część 1, pozycja 19- Czy zamawiający dopuści lancety pakowane po 200 sztuk z przeliczeniem ilości?
7. Część 1, pozycja 36- czy zamawiający dopuści plaster wykonany z folii?
8. Część 1, pozycja 42- Czy zamawiający dopuści plaster op. = 18 sztuk ?
9. Część 1, pozycja 45- Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady 3,5L-4.0L?
10. Część 1, pozycja 47- Czy zamawiający miał na myśli pojemnik 1l?
11. Część 1, pozycja 53- Czy zamawiający dopuści serwetę chirurgiczna jałową chłonną w rozmiarze 50x50 ?
12. Część 1, pozycja 53- Czy zamawiający dopuści serwetę chirurgiczna jałową chłonną w rozmiarze 38x45?
13. Część 1, pozycja 55- Czy dopuści w opakowaniu papierowym 1 sztukę?
14. Część 1, pozycja 67- Czy dopuści wodę utlenioną 100 ml?.
15. Część 1, pozycja 69- Czy zamawiający dopuści żel do EKG 250 ml, z przeliczeniem ilości?
16. Część 1, pozycja 75- Czy zamawiający dopuści wycenę łączną – 400 opakowań gazy opatrunkowej 5x5 a'3 opakowań w lokalizacji Płock ?
17. Część 1, pozycja 77- Czy zamawiający miał na myśli przyklepiec w rozmiarze 2,5 cm x 5 m a 16 sztuk?
18. Część 3 Płock, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści podkład medyczny z perforacją co 38 cm w rozmiarze 50 x 50 cm, z przeliczeniem ilości?
19. Część 3 Płock, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści podkład medyczny z perforacją co 38 cm w rozmiarze 50 x 50 cm, z przeliczeniem ilości?
20. Część 3 Warszawa, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści podkład medyczny z perforacją co 38 cm w rozmiarze 50 x 50 cm, z przeliczeniem ilości?
21. Część 3 Radom, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści podkład medyczny z perforacją co 38 cm w rozmiarze 50 x 50 cm, z przeliczeniem ilości?
22. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 19 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.
23. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lancetów GlucoDr.?

Płock Warszawa Radom	ul. Kolegialna 17 Al. Wojska Polskiego 25 ul. Rodziny Winczewskich 5	24 267 84 52 22 560 00 40 48 330 93 22	24 262 88 42 22 560 00 41 48 330 93 23	plock@mwomp.pl warszawa@mwomp.pl radom@mwomp.pl	NIP: 774 15 46 233 Regon: 000301569 KRS: 0000139991

Mazowsze.
serce Polski







[Handwritten signature]

24. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 24 z pakietu 1 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Ad. 1. Część 1, pozycja 4-9 - Zamawiający dopuszcza opak. 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 2. Część 1, pozycja 4-9 - Zamawiający miał na myśli Igły iniekcyjne: 0,5x 25, 07x30,0,9x40,1,2x 40, 0,7x40, 0,8x40.
- Ad. 3. Część 1, pozycja 18 - Zamawiający dopuszcza kompresy 10x 10 x 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 4. Część 1, pozycja 18 - Zamawiający dopuszcza kompresy 10x 10 x 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 5. Część 1, pozycja 19 - Zamawiający dopuszcza lancety pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 6. Część 1, pozycja 19 - Zamawiający dopuszcza lancety pakowane po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 7. Część 1, pozycja 36 - Zamawiający nie dopuszcza plastra wykonanego z folii.
- Ad. 8. Część 1, pozycja 42 - Zamawiający dopuszcza plaster op. = 18 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 9. Część 1, pozycja 45 - Zamawiający dopuszcza pojemnik na odpady 3,5L-4,0L.
- Ad. 10. Część 1, pozycja 47 - Zamawiający nie miał na myśli pojemnika 1l.
- Ad. 11. Część 1, pozycja 53 - Zamawiający dopuszcza serwetę chirurgiczną jałową chłonną w rozmiarze 50x50.
- Ad. 12. Część 1, pozycja 53 - Zamawiający nie dopuszcza serwetki chirurgicznej jałowej chłonnej w rozmiarze 38x45.
- Ad. 13. Część 1, pozycja 55 - Zamawiający dopuszcza w opakowaniu papierowym 1 sztukę.
- Ad. 14. Część 1, pozycja 67 - Zamawiający dopuszcza wodę utlenioną 100 ml.
- Ad. 15. Część 1, pozycja 69 - Zamawiający dopuszcza żel do EKG 250 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 16. Część 1, pozycja 75 - Zamawiający dopuszcza wycenę łączną – 400 opakowań gazy opatrunkowej 5x5 a'3 opakowań w lokalizacji Płock.
- Ad. 17. Część 1, pozycja 77 - Zamawiający miał na myśli przylepiec w rozmiarze 2,5 cm x 5 m a 16 sztuk.
- Ad. 18. Część 3 Płock, pozycja 1 - Zamawiający dopuszcza podkład medyczny z perforacją co 38 cm w rozmiarze 50 x 50 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 19. Część 3 Płock, pozycja 2 - Zamawiający dopuszcza podkład medyczny z perforacją co 38 cm w rozmiarze 50 x 50 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 20. Część 3 Warszawa, pozycja 1 - Zamawiający dopuszcza podkład medyczny z perforacją co 38 cm w rozmiarze 50 x 50 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 21. Część 3 Radom, pozycja 1 - Zamawiający dopuszcza podkład medyczny z perforacją co 38 cm w rozmiarze 50 x 50 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.
- Ad. 22. i 24. Zamawiający wydzieli pozycje 19 i 24 z pakietu 1 oraz utworzy dla nich odrębne zadanie. Zmodyfikowane dokumenty dotyczące powyższego zostaną zamieszczone na platformie zakupowej Zamawiającego.
- Ad. 23. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lancetów GlucoDr.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Główny Księgowy
Beata Rakowska

					
Płock Warszawa Radom	ul. Kolegialna 17 Al. Wojska Polskiego 25 ul. Rodziny Winzewskich 5	24 267 84 52 22 560 00 40 48 330 93 22	24 262 88 42 22 560 00 41 48 330 93 23	plock@mwomp.pl warszawa@mwomp.pl radom@mwomp.pl	NIP: 774 15 46 233 Regon: 000301569 KRS: 0000139991

Mazowsze.
serce Polski

[Handwritten signature]

