



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 27.10.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 33/2021

Dotyczy: trybu podstawowego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą aparatów oraz pasków wysyconych gradientem do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 3

1. Czy Zamawiający w pakiecie 2 odstąpi od wymogu dot. aparatu do barwienia Grama – „Możliwość rozbudowania aparatu o cytowirówkę” ?

Uzasadnienie: Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu produkt równoważny w postaci aparatu do barwienia metodą zanurzeniową z zachowaniem pozostałych parametrów. Umożliwi to możliwość złożenia większej ilości ofert, sprawnej ich oceny, jak również zwiększenia konkurencyjności i dostępu do zamówienia a tym samym umożliwienia szerszego i łatwiejszego dostępu do postępowania wszystkim Wykonawcom. Zezwoli to również na możliwość ubiegania się o jego udzielenie większej ilości wykonawców wg. Obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów lub zasad. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Odp. Zamawiający nie odstąpi od wymogu „Możliwość rozbudowania aparatu o cytowirówkę ” ze względu na przewidywane rozszerzenie badań o badania cytologiczne. Zamawiający dopuszcza dostarczenie osobnego urządzenia w postaci cytowirówki.

Zamawiający wymaga aparat do barwienia metodą Grama, który nanosi odczynnik za pomocą dysz natryskowych w pełni automatyczny, wykonujący utrwalenie, barwienie i suszenie preparatów. Proponowany aparat do barwienia metodą zanurzeniową nie jest równoważny z wymogami Zamawiającego

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/ 810 59 82