



Goczałkowice - Zdrój dn.20.03.2023r.

DFS.382.1.2023.ESM
ZD/674.../2023

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz odzieży ochronnej 1 x raz użytku, materiałów opatrunkowych oraz testów dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. mieszczącego się w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Uzdrowskiej 54. (znak sprawy: DFS.382.1.2023.ESM)

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do zaproszenia o treści :

Pakiet nr 1 poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylniej bezpiecznej wykonanej z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie wielowarstwowe nierozzerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności paski RTG muszą pokrywać min. 80% powierzchni cewnika, inkorporowane w materiał cewnika. Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Rozmiar i przepływ: 22G/25mm (0,9) 36ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylniej bezpiecznej wykonanej z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie wielowarstwowe nierozzerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności paski RTG muszą pokrywać min. 80% powierzchni cewnika, inkorporowane w materiał cewnika. Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Następujący rozmiar i przepływ : 20G/32mm (1,1) 60ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839





Pakiet nr 1 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylniej bezpiecznej wykonanej z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające światło igły, w celu ochrony przed zachlapaniem krwią (zabezpieczenie igły w postaci osłonki kodowanej kolorystycznie zgodnie z rozmiarem, z automatyczną aktywacją w momencie wycofywania igły). Opakowanie wielowarstwowe nierozzerwalne, blister w opakowaniu sztywny, przezroczysty. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi, w celu uzyskania doskonałej widoczności paski RTG muszą pokrywać min. 80% powierzchni cewnika, inkorporowane w materiał cewnika. Port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45 stopni do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC, logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Następujący rozmiar i przepływ : 18G/45mm (1,3) 90ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na mocz o pok. 100ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5 poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników (0,7L; 1L; 2L; 3-3,5L; 5L) pakowanych w kartonowe opakowania zbiorcze, która ułatwiają transport i magazynowanie a także znacznie lepiej zabezpieczają produkt przed uszkodzeniem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 5 poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych z polipropylenu ? Tylko taki materiał zapewnia odporność na przebicie i elastyczność pojemnika a także pozwala na efektywne spalanie zebranego materiału.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 5 poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników wykonanych w technologii wtrysku pod wysokim ciśnieniem? Obecnie na rynku dostępne są również pojemniki na odpady medyczne produkowane w technologii rozdmuchu, co sprawia, że powstałe pojemniki mogą posiadać zniekształcenia i zmienną, nie jednolitą grubość ścianki. Rozdmuch jest metodą dedykowaną do opakowań o stosunkowo małej grubości ścianki i niewygórowanych wymaganiach technicznych (np. butelka PET, które nie są odporne na przebicie). Tylko metoda wtrysku pod wysokim ciśnieniem gwarantuje odpowiednią strukturę i twardość pojemników oraz jednakową grubość ścianek na całej powierzchni, co zapewnia zgodną z obowiązującą normą odporność na przebicie, a w rezultacie zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo personelu medycznego podczas użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.





Pakiet nr 5 poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga aby zaofertowane pojemniki (0,7L; 1L; 2L; 3-3,5L; 5L) posiadały szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przeciekanie płynów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 6 poz. 4


Czy Zamawiający kieliszki na leki pakowane po 80szt z przeliczeniem ilości opakowań do pełnych opakowań (tj. 203 op.)?

Odpowiedź Zamawiającego: W przypadku zaofertowania produktu zawierającego inną ilość sztuk niż zamieszczona w formularzu asortymentowo-cenowym należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pakiet nr 6 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie wziernika wykonanego z PP, nietoksycznego barwnika o wymiarze:

d (mm)	D (mm)	L (mm)
2,5	14,25	35,0



Kompatybilność:

Welch Allyn, Universal, KleenSpec 2,5 mm

Biokompatybilność:

- brak działania cytotoksycznego (ISO 10993-5)
- ujemny test podrażnienia śródskórnego (ISO 10993-10)
- brak uczuleń (ISO 10993-10)

Wziernik nie zawiera naturalnego lateksu, ftalanów ani związków pochodzenia zwierzęcego lub biologicznego.

Sterylizacja i data ważności:

- produkt nie sterylizowany
- okres przydatności 5 lat od daty produkcji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofertowanie wziernika wykonanego z PP, nietoksycznego barwnika o wymiarze:

d (mm)	D (mm)	L (mm)
4,0	14,25	29,0



Kompatybilność:

Welch Allyn, Universal, KleenSpec 4,0 mm



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839

**Biokompatybilność:**

- brak działania cytotoksycznego (ISO 10993-5)
- ujemny test podrażnienia śródskórnego (ISO 10993-10)
- brak uczuleń (ISO 10993-10)

Wziernik nie zawiera naturalnego lateksu, ftalanów ani związków pochodzenia zwierzęcego lub biologicznego.

Sterylizacja i data ważności:

- produkt nie sterylny
- okres przydatności 5 lat od daty produkcji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6 poz. 7-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny na wzierniki pakowane w op. a' 250szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój • ul. Uzdrowska 54 • woj. śląskie

• Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 • www.gozdroj.pl • e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

• Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 638181134 • Regon 000291888 • Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 43.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839

