



Wrocław, dnia 11.06.2024r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Nr sprawy Szp-242/FZ-041/2024

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę Wózkówanny hydraulicznej

Pytanie nr.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość złożenia ważnej oferty z urządzeniem wysokiej klasy renomowanej szwedzkiej firmy o parametrach zbliżonych lub lepszych do wymaganych. Pozytywne odpowiedzi na wszystkie pytania pozwolą nam wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie hydraulicznej wózkówanny posiadającej:

- udźwig do 175 kg
- maksymalną szerokość 75,5cm, maksymalną długość 196,5cm
- przedział podnoszenia 54 cm – 86,4 cm
- materac montowany na leże za pomocą listwy zatraskowej, bez czasochłonnych śrub, bez stosowania centralnego zamka

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr.2

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 40 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

KIEROWNIK DZIAŁU
Zapewnienia i Zamówień Publicznych
[Podpis]
Renata Komara