



Znak: AE/ZP-27-21/19

Tarnów, 2019-05-17

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO na dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, lat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocele dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 2.** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie Nr 4 poz. 2 zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera.

Zestaw do tracheostomii przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego zawierającego niezbędne przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurki tracheostomijnej z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu z atraumatycznym inserterem. Opakowanie zestawu: zestaw zapakowany jest na jednej sztywnej tacy z osobno zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej sterylności, a nie ma wpływu na wykonanie zabiegu

**Zestaw zawiera :**

- Skalpel
- Strzykawkę 5ml
- Iglę (14G) z teflonową osłonką
- Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie **NiTiNolu** (stop nikiel z tytanem)
- Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR
- Kateter prowadzący (biały)
- Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą poślizgową (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)
- 4 tampony z gazy 10x10cm
- Rurkę tracheostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw) :  
Rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu w rozmiarach 7,8,9 (do wyboru).

Każda tracheostomijna rurka wyposażona jest w **atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki** (silikonowa osłonka no-step).

Rurka posiada kołnierz obrotowy, poruszający się wokół dwóch osi,


2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem,

Obturator,

Tasiemkę mocującą,

Sterylny żel nawilżający 2,7g.

Fig. 1



**Unikalną cechą atraumatycznego insertera jest specjalna silikonowa osłonka no-step** (bez przeskoku), która zapewnia gładkie przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki. (Rysunek w załączeniu)

Poglądowe zdjęcie dotyczące silikonowej osłonki no-step. (fig. 1 i 2)

Fig. 2



2. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 1.** Czy Zamawiający wydzieli **z Pakietu Nr 4 poz. 1** do odrębnego pakietu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaofertowania w Pakiecie Nr 4 poz. 2 zestawu do tracheostomii przezskórnej opisanego w pytaniu.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu Nr 4 poz. 1 do osobnego pakietu.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. Platforma internetowa Zamawiającego
3. a/a

Zastępca Dyrektora

*mgr Danuta Nosek*

